# 快速指南

**C-tune II**

# AUTOREM

## 简介

本快速指南将介绍 C-tune II 中的 AutoREM 工具。您可以从验配主题下方的左侧导航栏访问 AutoREM 工具

AutoREM 可以执行集成的真耳测量 (REM)，对 65 dB SPL 输入信号 - 国际言语测试信号 (ISTS) 的正常语音自动匹配目标。

AutoREM 工具可帮助执行集成助听器验配验证，而这通常是使用外部 REM 设备/软件模块手动完成。



# 快速指南

## 使用工具前

使用 AutoREM 前请注意以下方面：

- AutoREM 功能可与外部软件产品 OTOsuite□Affinity Suite 以及相关外部硬件配合使用。因此，它与 IMC2 兼容（遵循 InterModuleCommunication protocol no. 2□ □
- 兼容性：AutoREM 工具适用于所有双耳和单耳 Mojo 助听器型号，可用于 C-tune II 中的所有验配公式：Coselgi 验配公式 (WFR)，NAL-NL2。DSL v5.0 儿科或成人。
- AutoREM 的体验水平功能始终设置为*关闭*，且在进行 AutoREM 后保持关闭状态。
- AutoREM 仅适用于 Universal-1 程序。如果在使用 AutoREM 后添加程序，则这些程序会保留由于 AutoREM 而作出的任何增益更改。如需在进行 AutoREM 后对附加至 Universal-1 的程序进行微调，同时保持 AutoREM 的结果不变，则您可能要取消该程序的链接，以进行程序特定的调整。
- 我们建议您先进行反馈测试和原位听力测定，再使用 AutoREM 工具。

## 4 步简易流程

在 AutoREM 窗口中间选择*打开 AutoREM*，启动 AutoREM。对话框随即打开，其中的进度条显示简单的工作流程，包含测量的四个步骤：校准、REUG、Match REIG65 和 REIG80/50

1. **探管校准**
   第一步是校准，可以执行探管校准以校准单个探管，每位新客户都需要更改探管。

2. **真耳未助听增益 (REUG) 测量**
   第二步是 REUG，可以在 65 dB SPL 下针对 ISTS 执行真耳未助听增益测量，以便能够计算客户的单个介入增益。

3. **真耳介入增益 (REIG) 测量和 65 dB SPL 输入信号 - ISTS 自动匹配目标**
   完成 REUG 测量后，单击第三步：*Match REIG65*，以在 65 dB SPL 输入水平下对当前助听器增益执行 REIG 测量。AutoREM 之后会自动为左右耳的增益单独匹配目标，然后重新进行验证测量。如果希望重新执行或删除 AutoREM，您可以随时单击*放弃 REIG 测量*。

4. **80 和 55 dB SPL 输入信号 - ISTS 的真耳介入增益 (REIG) 测量**
   如需在 80 dB 和/或 55 dB SPL 输入水平下执行 REIG 测量，以验证响亮输入和小声输入水平下的助听器增益，您可以进入第四步 *REIG80/55*，即最后一步。请注意，不会为这些测量自动执行目标匹配。

在整个过程中，AutoREM 对话框后面的主 C-tune II 窗口中的性能图形会更新，您从中可以了解验配情况。请注意，背景中的性能图形显示的是“标准”耳朵，而对话框图形显示的是“个别”耳朵。

AutoREM 程序的所有 4 个步骤均可使用静音/取消静音按钮。

在完成 AutoREM 并关闭对话框后，AutoREM 窗口对于每个助听器都会显示复选标记，表示 AutoREM 已成功完成。您也可以在此查看测量日期。

执行 AutoREM 后，如有需要，您可以导航至微调主题，进一步微调助听器。

本文件将以电子形式提供。如需获取本说明的纸质版，可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 索取，不另行收费，预计交付时间为 7 个日历日。您也可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 查阅本文件。

Copyright © Coselgi.保留所有权利。

文件版本：2.0 发布日期：2023-08