クイックガイド

C-tune II

補聴器の構成

はじめに

このクイックガイドでは、C-tune II の「補聴器の構成」画面について説明します。この画面から DEX、CROS/BiCROS、補聴器の構成にアクセスできます。DEX と CROS/BiCROS については、別のクイックガイドがあることにご注意ください。

補聴器の構成

「補聴器の構成」ウィンドウは、下記の 4 つのタブから構成されます。



- **お知らせ音**このタブでは、補聴器が使用する各お知らせ音を定義できます。一部のお知らせ音を無効にすることもできます。お知らせ音のオン/オフ設定はバイノーラルでのみで、デフォルトではオンになっていることにご注意ください（パートナー紛失を除く）。このタブでは、レベルオフセットなどの機能にもアクセスできます補聴器によっては、これらの設定がオン/オフ設定のすぐ下にあるものや、ウィンドウの右上にある「*設定*」ボタンをクリックしてアクセスする別の機能としてあるものもあります。ドロップダ

ウンリストで、希望する機能設定を選択します。イージートーンとイージーボイスのレベルもオフセットできます。

- **ユーザーコントロール。**スタートアップモードやプログラムなど補聴器のユーザーコントロールや音量コントロールの設定を定義できます。
- **接続型構成。** 接続型機能をオンまたはオフにします。デフォルト設定は「オン」です。
- **クリニックオプション。**サービスアラーム機能やセーフティコード機能があります。これらの機能は補聴器の音の設定には関係ありません。サービスアラームは次回ユーザー訪問時をお知らせし、セーフティコードはわからない限り一定期間補聴器のフィッティングができなくなりますので注意してください。

モバイルデバイスとの接続

Bluetooth モバイルデバイスとペアリング可能な補聴器があります。Bluetooth デバイスとの接続がうまくいかない場合、補聴器内のペアリング情報を削除し、再度設定することで解決できる場合があります。以下の手順に従ってください。

1. 「モバイルデバイスとの接続」ウィンドウを開きます。
2. 「すべてのペアリングを削除」をクリック。ペアリングを削除するか確認する画面が開きます。
3. 「*はい*」をクリックします。補聴器内の Bluetooth ペアリング情報が削除されます。なお、COM-DEX や CALL-DEX を使用するための情報には影響ありません。
4. Bluetooth デバイス（スマホ、タブレットなど）において、補聴器へのペアリング情報を手動で削除します。
5. モバイルデバイスで再度補聴器との Bluetooth ペアリングを設定します。Bluetooth ペアリングの設定方法については、モバイルデバイスの取扱説明書を参照してください。

説明ツール

「その他のツール」では、「DEX 説明ツール」ウィンドウにアクセスできます。このウィンドウでは、DEX デバイスを表示してそれぞれのボタンやインジケーターを定義できます。

この文書は、電子データで供給されています。印刷版をご希望の場合は、http://widex.pro/gps-startup-guide で無償で入手できます。配送には 7 営業日ほどかかります。また、文書は http://widex.pro/gps-startup-guide からもダウンロードできます。

Copyright © Coselgi.無断複写・転載を禁じます。

文書バージョン：5.0。発行日：2022 年 05 月