クイックガイド

C-tune II

セッションスタート

はじめに

C-tune II を開くと、最初に「セッションスタート」の概要ウィンドウが表示されます。C-tune プログラムのフロントページです。



補聴器の検出

- 初回来店時：「接続」ボタンを押すと、「補聴器の検出」ダイアログボックスが開きます。補聴器が接続されると、「フィッティング」概要へ移行します。

- 再来店時：「接続」ボタンを押すと、「補聴器の検出」ダイアログボックスが開きます。補聴器が接続されると、「セッションスタート」概要へ移行します。この概要には、ユーザーの補聴器に関する新しい情報があれば、表示されます。

セッションスタートの基本情報

ウィンドウには、現在のフィッティングに関わる機器の情報、ユーザーに関する基本情報が表示されます。このウィンドウの目的を以下に記します。

- フィッティングの概要を把握する

- 前回のフィッティング/来店以降の新しい情報を確認する
- 補聴器に接続する前に必要な設定をする
- C-tune について理解する（初心者向け）
- 調整担当者の操作自由度を高める

各区画について

オージオグラムエリアの下に、いくつか区画があります。「*DEX* 」区画は常に表示されており、補聴器が接続されているかに応じて、「*開始可能な項目*」や「*新しい補聴器データ*」も表示されます。

- DEX とアクセサリ
  補聴器が接続されると、使用可能な DEX とアクセサリが表示されます。この区画で DEX デバイスを選択してもマッチングできないことにご注意ください。ただし、DEX アイコンをクリックして DEX マッチングウィンドウを開くことができます。デバイスの隣に小さな緑色の矢印が表示されていれば、そのデバイスは補聴器とマッチングされています。

- 開始可能な項目
  新しいユーザーを選択すると、初回来店時でも再来店時でもこの区画が表示されますが、内容が変わる場合があります。この区画から、補聴器に接続したり、「補聴器の選択」ウィンドウに移動したりできます。

- 新しい補聴器データ
  前回 C-tune に接続された時から変更されているデータを表示します。これにより、前回のセッション以降の新しい情報の概要を把握できます。自動体験レベルが変更されていれば、この区画のテキストの下にあるアイコンでレベルを確認できます、

- Coselgi の詳細
  Coselgi の詳細へのリンクを表示します。このリンクから Coselgi ホームページに移動して、Coselgi が取り扱う製品について知ることができます。

  テキストを選択すると、一部の機能にアクセスできます。選択した機能を設定できるウィンドウへ直接移動します。

セッションスタートツール

「セッションスタート」ウィンドウから多数のツールを使用できます。

- **ファームウェアアップデート**を利用すると、補聴器や補助デバイスに利用可能なアップデートをインストールできます。この機能はすべての補聴器で利用できるわけではありませんので、注意してください。

- **データ移行設定**を利用すると、ペアのうち 1 つの補聴器を置き換えられます。ペアのうち 1 つの補聴器しか利用できず、ペアリングを解除することなく置き換える必要がある場合、この機能を利用してください。
- **品質確認**では、補聴器の機器をチェックして、テストボックスで補聴器をテストできます。
- **補聴器データ移行**では、同一シリーズの補聴器間で設定をコピーできます。この機能はすべての補聴器が対象ではありません。
- **C-tune 設定**では、C-tune II プログラムの全般的な設定を変更できます。例えば、言語や最初に表示するグラフの選択が可能です。

この文書は、電子データで供給されています。印刷版をご希望の場合は、http://widex.pro/gps-startup-guide で無償で入手できます。配送には 7 営業日ほどかかります。また、文書は http://widex.pro/gps-startup-guide からもダウンロードできます。

Copyright © Coselgi.無断複写・転載を禁じます。

文書バージョン：5.0。発行日：2022 年 5 月