クイックガイド

C-tune II

ファームウェアアップデート

はじめに

このガイドでは、C-tune II
の「セッションスタート」画面にある「ファームウェアアップデート」機能について説明します。

ファームウェアアップデート機能

可能な限り、デバイス間の通信を円滑にするには、デバイスのファームウェアを最新にする必要があります。「セッションスタート」画面から「ファームウェアアップデート」ウィンドウを開き、選択したデバイスのステータス概要を確認します。

「ファームウェアアップデート」ウィンドウで、次のデバイスのステータスを確認できます。

- BT 機能付き補聴器（モバイルデバイスと通信する補聴器の場合）
- PRO LINK

最新ファームウェアをインストールする必要がある旨がステータスボタンで示されている場合、クリックしてアップデートを開始できます。

補聴器のファームウェアアップデート

モバイルデバイスと通信できる補聴器の場合、可能な限り円滑に通信できるように、補聴器のファームウェアを最新の状態にしておくことが重要です。

補聴器のファームウェアは、ユーザーがモバイルデバイスでアップデートできますが、「*補聴器のファームウェアアップデート*」機能からでも実行できます。C-tune

にある補聴器のファームウェアを最新の状態にするには、C-tune
ソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。

「ファームウェアアップデート」ウィンドウを開いて補聴器に接続すると、補聴器ボタンが表示されます。補聴器のファームウェアのバージョンに応じて、表示されるステータスが異なります。

- 「*新しいアップデートが必要です*」。補聴器のファームウェアをアップデートして、Bluetooth 機能が動作していることを確認する必要があります。
- 「*新しいアップデートを推奨します*」。 補聴器のファームウェアのアップデートを推奨します。
- 「*ファームウェアは最新です。再インストール可能です*」。補聴器のファームウェアが C-tune のファームウェアと一致しており、ファームウェアを再インストールできます。
- 「*ファームウェアは最新です*。補聴器のファームウェアが C-tune のファームウェアより新しくなっています。新しいバージョンの C-tune が利用可能か確認してインストールすることを推奨します。

補聴器ボタンをクリックすると、「補聴器のアップデート」ダイアログボックスにインストール中の補聴器のファームウェアバージョンと進行状況が表示されます。アップデートが正常に完了したかどうか通知され、「ファームウェアアップデート」タブに戻ります。

アップデートが完了しなかった場合、問題の情報と操作の進め方が表示されます。

PRO LINK のファームウェアアップデート

「ファームウェアアップデート」ウィンドウを開いて PRO LINK をフィッティングデバイスに選択すると、 PRO LINK ボタンが表示されます。PRO LINK
のファームウェアのバージョンに応じて、表示されるステータスが異なります。

- 「*アップデートの確認*」。PRO LINK ボタンをクリックして利用可能なアップデートを確認する必要があります。
- 「*新しいアップデートが必要です*」。PRO LINK のファームウェアをアップデートして使用できるようにする必要があります。
- 「*新しいアップデート利用可能*」。PRO LINK のファームウェアのアップデートを推奨します。
- 「*ファームウェアは最新です*。PRO LINK のファームウェアが C-tune のファームウェアと一致しています。

PRO LINK ボタンをクリックすると、「PRO LINK
のアップデート」ダイアログボックスに進行状況が表示されます。アップデートが正常に完了したかどうか通知され、「*ファームウェアアップデート*」タブに戻ります。

アップデートが完了しなかった場合、問題の情報と操作の進め方が表示されます。

この文書は、電子データで供給されています。印刷版をご希望の場合は、http://widex.pro/gps-startup-guide で無償で入手できます。配送には7営業日ほどかかります。また、文書は http://widex.pro/gps-startup-guide からもダウンロードできます。

Copyright © Coselgi.無断複写・転載を禁じます。

文書バージョン：1.0。発行日：2020 年 11 月