COMPASS GPS

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS

Bevezetés

Üdvözöljük a Widex® Compass™ GPS illesztőszoftverében. A COMPASS a WIDEX legújabb hallókészülékeinek könnyű illesztését biztosítja a Noah szoftverrel együttműködve. Ebben a leírásban megtalálja rendszerkövetelményeket, a telepítés folyamatát, az automatikus frissítések leírását, valamint a COMPASS és a COMPASS súgó megnyitásának és bezárásának módját is.

Használata: a Compass GPS audiológusok által használható illesztő program a hallókészülékek illesztéséhez és finomállításához, valamint a kiegészítő eszközök párosításához.

Megjegyzés: Amennyiben súlyos probléma merülne fel, kérjük, jelentse az eszköz gyártójának.

Telepítés előtt

Mielőtt telepíti a COMPASS-t, bizonyosodjon meg róla, hogy számítógépe alkalmas a COMPASS futtatásásra, és hogy nincs-e szükség egyéb szoftverek telepítésére a megfelelő működéshez. Ha szüksége van kiegészítő szoftverre, letöltheti az Internetről, vagy vegye fel a kapcsolatot a WIDEX képviselőjével, aki segít Önnek a be.

Rendszerkövetelmények

Bizonyosodjon meg róla, hogy a rendszer teljesíti a COMPASS futtatásához szükséges követelményeket. A legfontosabb követelmények a következőek:

Minimum követelmények	
Internettel és biztonsággal kapcsolatos kérdések	Az illesztőszoftver internetkapcsolattal, illetve anélkül is működik. A COMPASS GPS Updater működéséhez azonban szükséges internetkapcsolat. Javasoljuk, hogy számítógépe rendelkezzen frissített vírusvédelmi szoftverrel és tűzfallal. Az illesztőszoftver nem tartalmaz ügyféladatokat. Az ügyféladatok

Minimum követelmények	
	egy ügyféladat-kezelő rendszerben, például a Noah rendszerben tárolódnak. Javasoljuk, hogy az ügyféladat-kezelő rendszer jelszóval vagy fizikai hozzáférés-ellenőrző eszközzel legyen védve.
Operációs rendszer	Windows 10 PRO, Verzió 1607 vagy későbbi verziókhoz *
.NET	.NET Framework 4.7.2 Ha nEARcom programozó egységet használ, .NET 2.0 szükséges. (a .NET Framework 3.5 telepítőjében megtalálható)
RAM	2 GB
CPU	1.8 GHz
Hard drive	1000 MB szabad
Windows energiagazdálkodás	Nagy teljesítményszint
Képernyőfelbontás	1366x768
Méretarány és elrendezés (betűméret)	100% javasolt

* Ne feledje, hogy az ARM-alapú Windows 10 S és Windows Home nem támogatott, és hogy a Windows-t regisztrálni és aktiválni kell.

A COMPASS GPS V4.6 előfeltételei	
Microsoft Visual C++	• Microsoft Visual C++ 2017 (x64) • Microsoft Visual C++ 2017 (x86) • Microsoft Visual C++ 2013 (x86)
Microsoft .NET Framework	Microsoft .NET Framework 4.7.2
Ha a fentiek közül egy vagy több feltétel nem teljesül, a COMPASS GPS telepítője ezeket is telepíti az Előfeltétel installáció részeként, mielőtt a COMPASS GPS telepítése megkezdődne. Lehet, hogy a számítógép többször is újra fog indulni, legalább a .NET telepítése után. Minden telepítő fájl a megtalálható a mappában **\ISSetupPrerequisites**	
{237BF186-A2AF-48C2-BFC9-0AA2DA3829DD}	Microsoft Visual C++ 2017 (x64)
{72AAD3AB-420C-41F0-9BE5-D854C4037DEF}	Microsoft Visual C++ 2017 (x86)
{BFF4A593-74C5-482F-9771-7495035EBBB0}	Microsoft .NET Framework 4.7.2
{C3DFB4AD-52AB-442A-A51C-04ED229A8540}	Microsoft Visual C++ 2013 (x86)
USBLink	Widex USB Link driver

Windows Frissítés

Mielőtt telepíti a COMPASS-t, bizonyosodjon meg róla, hogy a Windows friss. Ha szüksége van további információra a frissítés telepítéséről, a Microsoft Support internetes oldalán talál segítséget.

A COMPASS GPS telepítése

A COMPASS telepítéséhez kövesse a lent leírt lépéseket a telepítési folyamat során. Kérjük, bizonyosodjon meg róla, hogy ha rendelkezik Noah szoftverrel, azt bezárta, mielőt elkezdi a COMPASS telepítését A Noah telepítéséhez, kérjük nézze át a Noah dokumentációját. Ha hálózatban dolgozik, akkor a COMPASS telepítése a hálózat minden egyes kliensén szükséges.

Javasoljuk a Noah 4 legfrissebb verziójának használatát, és a megjelenő frissítéseinek telepítését.

A COMPASS GPS szoftver telepítéséhez kövesse a következő lépéseket.

1. Helyezze be a COMPASS GPS telepítő eszközt a számítógépe meghajtójába. A Telepítés ablak automatikusan megnyílik. Ha ez nem történik meg, nyissa meg a Windows Intézőt, és kattintson duplán a *Setup.exe* fájlra. Ha az install program letöltött verziójával rendelkezik, keresse meg a *Setup.exe* file-t, és kattintson rá duplán.

2. Válassza a *Tovább* gombot az üdvözlő ablakban.

3. Olvassa el a Licencszerződést, és válassza ki a következőt: *I accept the terms in the licence agreement*. Kinyomtathatja a *Nyomtatás* gombra való katintással.

4. Válassza a *Tovább* gombot a folytatáshoz.

5. Válassza a *Tovább* gombot az alpértelmezett hely kiválasztásához. Választhat másik helyet is a COMPASS GPS program számára a *Change (Módosítás)* gomb megnymásával. Ezután kattintson a *Tovább* gombra.

6. Válassza ki a nyelv(ek)et, amit a COMPASS használata során használni kíván. Válasszon egy nyelvet a bal oldali listából, és kattintson az *Add (Hozzáadás)* gombra . Ez a bal oldali listából a jobb oldaliba helyezi a kiválasztott nyelvet. Ha hibázott, a *Remove (Eltávolítás)* gombra kattintva eltávolíthatja a nyelvet a kiválasztott nyelvek listájából.

7. Kattintson a Tovább gombra, ha kiválasztotta a nyelv(ek)et.

8. Válassza ki a COMPASS fő nyelvét. A COMPASS ezen a nyelven nyílik meg, de a beállított nyelvek között válthat a COMPASS programon belül.

9. Válassza a *Tovább* gombot a folytatáshoz.

10. A Select Distributor (Válasszon forgalmazót) ablakban válassza ki a saját országát a legördülő listából.

11. A jelölőnégyzetben engedélyezze a COMPPASS program automatikus frissítését. Ez javasolt. Lentebb bővebben olvashat az automatikus frissítésekről.

12. Kattintson a *Tovább* gombra a folytatáshoz.

13. Válassza a *Telepítés (Install)* gombot a COMPASS telpítésének indításához. A telepítés alatt megszakíthatja a folyamatot a *Mégsem* gommbal, ha nem kívánja telepítni a programot.

14. Ha a telepítés sikeres volt, a program megkérdezi, hogy szeretné-e telepíteni a Widex USB Link drivereit.

    - Ha nem szeretné telepíteni ezeket a drivereket, vagy már telepítette őket, kattintson a "*Befejezés*"-re.

    - A szeretné telepíteni a Widex USB Link drivereket, pipálja be a jelölőnégyzetet, és válassza a "*Befejezés*"-t. Ez bezárja a COMPASS telepítő programját, és elindítja a Widex USB Link driver telepítését. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Widex USB Linkje nincs csatlakoztatva a telepítés alatt.

15. Ha a Widex USB Link driver telepítését választja, a Widex USB link driver telepítője elindul. Kattintson a *Tovább* gombra.

16. Valószínűleg megjelenik egy Windows biztonsági üzenet, amely megkérdezi, hogy biztosan szeretné-e telepíteni a szoftvert. Válassza az *Always trust software from Widex A/S (Mindig kezelje megbízhatóként a Widex A/S szoftvereit)* opciót, majd kattintson a *Telepítés* gombra.

17. Ha a telepítés sikeres volt, kattintson a *Befejezésre* a telepítési varázsló utolsó ablakában. Így bezáródik az USB Link telepítési programja.

18. Indítsa újr a számítógépét a COMPASS használata előtt.

Automatikus frissítések

Használhatja a COMPASS GPS Updater (automatikus frissítési szolgáltatás) programot, hogy COMPASS verziója mindig a legfrissebb legyen. A Widex a COMPASS újabb verzióit egy update serveren elérhetővé teszi az Interneten keresztül.

Ha bekapcsolta az automatikus frissítést a COMPASS telepítése során, a COMPASS GPS Updater minden alkalommal elindul, amikor elindítja a Windowst. A

program tálcán található, és ellenőrzi, hogy elérhető-e a COMPASS program újabb verziója. A frissítések automatikusan letöltődnek, és egy üzenet kéri, hogy telepítse a letöltött frissítéseket/a COMPASS újabb verzióját.

Kattintson az ikonra a COMPASS GPS Updater program megnyitásához. Egy ablak nyílik meg, ami megmutatja, hogy a COMPASS GPS mely verziója van telepítve, és az esetleges új COMPASS GPS program vezrziószámát.

Ha nem elérhető újabb verzió, az üzenet a következő: “Your COMPASS GPS is up to date” (“Az Ön COMPASS GPS programja naprakész”).

Ha kikapcsolta az automatikus frissítést, és szeretné megkeresni a COMPASS GPS legújabb verzióját, nyissa meg a COMPASS GPS Updater programot a *Start* menüből, vagy abból a mappából, ahová a COMPASS GPS-t telepítette.

Kattintson a *Check for update(Frissítések keresése)* gombra. A COMPASS GPS Updater ellenőrzi, hogy letölthető-e újabb verzió. Ha elérhető újabb verzió, Ön letöltheti, és telepítheti.

A COMPASS GPS megnyitása

Ha telepítette a COMPASS-t, a program készen áll a használatra. A megnyitás folyamata az Ön rendszerétől függ.

COMPASS GPS és Noah 4

Ha Noah 4 van telepítve számítógépén, és a COMPASS GPS-t a Noah előzetes elindítása nélkül nyitja meg, a COMPASS GPS a Noah alatt nyílik meg, és kéri a Noah 4-be való bejelentkezést. Ezután a Noah betegadatbázisába irányítja, ahol kiválaszthatja a pácienst, és megnyithat egy régebbi illesztést, vagy elindíthat egy új szekciót.

Ha Noah 4 van telepítve számítógépén, és a COMPASS GPS-t a Noah-ból nyitja meg, közvetlenül a COMPASS program nyílik meg, az Ön által Noah-ban kiválasztott beteg adatait használva. Ha nem választott ki beteget a Noah-ban, akkor a Noah 4 Kliens regiszter megnyílik, így ki tudja választani a klienst mielőtt megnyitja a COMPASS-t.

COMPASS GPS Noah nélkül

Ha nincs Noah telepítve a számítógépére, és önálló programként megnyitja a COMPASS GPS-t, a COMPASS GPS Saját adatbázisa indul el:

1. Kattintson duplán a COMPASS GPS ikonra az sztalon, vagy kattintson a *Start* menüben levő ikonra. Ezután be kell jelentkeznie a COMPASS GPS-be.

2. Írja be a felhasználónevet és a jelszót, és kattintson a *Bejelentkezésre (Log in)*. A COMPASS GPS Saját adatbázisa elindul.

3. Válasszon ki, vagy hozzon létre egy ügyfelet, hogy elindíthassa az illesztést a COMPASS GPS-ben. Mindenképp választania kell egy ügyfelet a Compas GPS elindítása előtt. Ha első alkalommal használja a programot, létre kell hoznia egy ügyfelet a folytatás előtt.

A COMPASS GPS bezárása

Ha kész van az illesztéssel, a bezáráshoz és az adatok mentéséhez kattintson a *Szekció befejezése* menüpontra a COMPASS GPS ablak jobb felső sarkában.

A párbeszédpanelben három lehetőség közül választhat:

- Kattintson a *Szekció befejezése* gombra az adatok mentéséhez, és a COMPASS GPS ablak bezárásához. Ezután visszatér a COMPASS GPS Saját adatbázisához.
- Kattintson a *COMPASS bezárása* gombra az adatok mentéséhez, és a COMPASS GPS és a Saját adatbázis bezárásához.
- Válassza a *Mégsem* gombot a COMPASS GPS ablakhoz való visszatéréshez.

Segítség

Ha segítségre van szüksége a COMPASS GPS-szel kapcsolatban, több lehetősége van, attól függően, hogy mely folyamatban igényel segítséget. Kattinson a Kérdőjel gombra az általános eszközök menüben.

- **COMPASS Súgó** – megnyitja a COMPASS Súgórendszerét, ahol a COMPASS program minden funkciójáról olvashat. Ezen kívül a COMPASS-ban bármikor megnyomhatja az F1 billentyűt a billentyűzetén. Ez szintén megnyitja a COMPASS Súgóját.
- **Megoldó kalauz** – válasszon a gyorssegédek közül, amelyek mindegyike a program egy-egy meghatározott témáját fedi le.
- **Videó könyvtár** – válasszon a különböző filmek közül, amelyek segítséget nyújtanak bizonyos feladatok megoldásában.
- **A COMPASS GPS-ről** – megmutatja, hogy a COMPASS melyik verziója van telepítve számítógépére, és biztosítja a segédletekhez való hozzáférést.

Ezen kívül a programban van helyi súgó a képernyőn található elemekhez. Ha a kurzort ezekre az elemekre viszi, megjelenik mellette egy rövid leírás. Az F1 gomb megnyomásával megnyithatja a COMPASS Súgót a képernyőn.

Abban az esetben, ha a COMPASS GPS telepítő eszköz sérült, vegye fel a kapcsolatot a Widex helyi forgalmazójával új telepítő eszköz beszerzéséért. Ha probléma merül fel a COMPASS GPS szoftverrel, és segítségre van szüksége a megoldásához, lépjen kapcsolatba a területileg illetékes képviselővel.

Ez a "TELEPÍTÉSI LEÍRÁS" elektronikus formájú , nyomtatott változat díjmentesen igényelhető a http://widex.pro/gps-startup-guide címen, várható szállítási idő 7 naptári nap . A "TELEPÍTÉSI LEÍRÁS" is elérhető a következő címen http://widex.pro/gps-startup-guide.

Jelölés

A Widex A/S által gyakran használt jelölések orvostechnikai eszközökön (címkék/IFU/stb.)

Jelölés	Név	Leírás
	Gyátró	A termék gyártójának neve és címe a jelölés mellett látható.
	Lásd a használati útmutatóban	Használat előtt olvassa el a fontos információkkal szolgáló használati útmutatót.
	Figyelem	Használat előtt olvassa el a figyelmeztető jelzéssel ellátott szöveget.
CE 0123	CE jelölés	A termék megfelel az európai CE-jelölési irányelvekben meghatározott követelményeknek.
SN	Gyári szám	Az UDI vonalkóddal és információval használják a gyártó gyári számának jelzéséhez
REF	Katalógusszám	Jelzi a termék katalógus (tétel) számát
MD	Orvostechnikai eszköz	Arra vonatkozó jelzés, hogy az eszköz orvostechnikai eszköz

© Widex. Minden jog fenntartva.

Dokumentum verziószáma: 7.0. Kiadva: 2023-08