クイックガイド

COMPASS GPS

フィッティング

はじめに

このガイドでは、フィッティング（初期設定）について説明します。

フィッティングの画面では、左側のバーからフィードバックテスト、センソグラム、順応、あるいは聴力データ、計算式、FT ウィザードを選択できます。



フィッティング概要

フィッティングの最初の画面で、フィッティング状況を示します。オージオグラムによるフィッティングで進めることも可能ですが、より個人差を考慮した正確なフィッティングをするために、実使用状態で測定するフィードバックテストやセンソグラムを行うことを推奨しています。

画面中に表示されるグラフの種類を切り替えるには「グラフ表示」をクリックしてリストから選びます。リアルタイム表示やスペクトル表示、出力、ゲインでの表示を指定できます。

画面の中ほどにある「フィッティング状況」では、フィッティングの基本的な情報を見られます。選ばれている補聴器シリーズによって多少の違いはありますが、「オージオグラムによる初期設定」「フィードバックテスト」「センソグラム」が行われたかわかります。

クイックガイド

フィッティングウィザード

MOMENT 以外の補聴器について、フィッティング画面の左側のナビゲーションバーから「フィッティングウィザード」を開くことができます。ウィザードでは、フィードバックテスト、センソグラムそして順応機能の設定を順に行っていくことができます。これはできるだけ個人差を考慮した正確なフィッティングをすることで補聴器の効果を最大限に発揮してもらいたい、というワイデックスの考えに基づくものです。ウィザード中のすべての測定・設定を必ずしもしなければならないわけではなく、途中でウィザードを終了することもできます。



ウィザードを開始すると画面左のナビゲーションバーに手順が示されます。1 番めのフィードバックテストから始まります。「OK」や「キャンセル」ボタンを押す必要はなく、手順に従って進めていきます。測定・設定を行い、「ウィザードの終了」を選ぶと、フィッティング概要の画面に戻ります。測定・設定したデータは更新されています。

より詳細な説明を *COMPASS* ヘルプで参照できます。？アイコンをクリックするか *F1* キーを押してください。

この文書は、電子データで供給されています。印刷されたものが御入用の場合、無償にてサイト http://widex.pro/gps-startup-guide,から依頼できます。配達には 7 営業日かかります。また、この文書は、サイト http://widex.pro/gps-startup-guide からダウンロード可能です。

Copyright © Widex. All rights reserved.

Document version:3.0. Issue date: 2020-05