スタートアップガイド

COMPASS GPS

インストールと準備

はじめに

新しい WIDEX® COMPASS™ GPS フィッティングソフトウェアは Noah 上で動作するようデザインされています。. この COMPASS によりワイデックスの最新のワイヤレス補聴器をフィッティングできます。
このガイドでは、インストール前の準備、インストール手順、自動更新、簡単な COMPASS の使い方とヘルプ機能について説明します。

使用目的: Compass GPS は、補聴器の調整やアクセサリの設定のために調整担当者が使用するものです。

注記：深刻な問題が発生した場合は、補聴器のメーカーにお問い合わせの上、問題を報告してください。

インストール前の準備

COMPASS をインストールする前に、お使いのパソコンシステムが動作環境条件を満たしているか、COMPASS の機能を使用するための一般的なプログラムがすでにインストールされているかどうか確認してください。他のソフトウェアが必要な場合、インターネット経由でダウンロードするかワイデックスへお問い合わせください。

システム動作条件

「システム情報」プログラムを使って確認することができます。最も重要な条件を下表に示します。

スタートアップガイド

最低動作条件	
インターネットとセキュリティ対策	フィッティングソフトウェアは、インターネット接続の有無にかかわらず機能します。ただし、COMPASS GPS 自動更新プログラムを使用するにはインターネット接続が必要です。 使用するコンピュータに最新のアンチウィルスシステムとファイアウォールがインストールされていることを推奨します。フィッティングソフトウェアは顧客データを含みません。顧客データは、Noah System など、顧客データシステムに保管されます。顧客データシステムはパスワードまたは物理的なアクセスコントロールで保護することを推奨します。
OS	Windows 10 Pro, バージョン 1607 以降*
.NET	.NET Framework 4.7.2 nEARcom 使用時には、 . NET 2.0（.NET Framework 3.5 含む）が必要
RAM	1 GB
CPU	1.8 GHz
ハードディスク	1000 MB 空き容量
ウィンドウズ パワー プラン	ハイパフォーマンス
スクリーン解像度	1366x768
スケールとレイアウト（フォントサイズ）	100% が推奨されます

* なお、ARM ベースの Windows 10 S と Windows Home はサポート対象外であり、Windows の登録とアクティベーションが必要です。

COMPASS GPS V4.6 に必要な条件	
Microsoft Visual C++	• Microsoft Visual C++ 2017 (x64) • Microsoft Visual C++ 2017 (x86) • Microsoft Visual C++ 2013 (x86)
Microsoft .NET Framework	Microsoft .NET Framework 4.7.2
上記のうち 1 つ以上がない場合、COMPASS GPS インストーラーは、実際の COMPASS GPS のインストール開始の前に、これらのインストールを必要な条件として行います。少なくとも.NET のインストール後に再起動が要求されます。 すべてのインストールファイルは、フォルダにあります ¥ISSetupPrerequisites¥	
{237BF186-A2AF-48C2-BFC9-0AA2DA3829DD}	Microsoft Visual C++ 2017 (x64)

スタートアップガイド

{72AAD3AB-420C-41F0-9BE5-D854C4037DEF}	Microsoft Visual C++ 2017 (x86)
{BFF4A593-74C5-482F-9771-7495035EBBB0}	Microsoft .NET Framework 4.7.2
{C3DFB4AD-52AB-442A-A51C-04ED229A8540}	Microsoft Visual C++ 2013 (x86)
USBLink	Widex USB リンク ドライバー

ウィンドウズ更新（Windows Update）

COMPASS GPS をインストールする前にウィンドウズが最新の状態に更新されているか確認してください。更新方法については、Microsoft サポートサイトを参照ください。

COMPASS GPS のインストール

Noah システムが正しくインストールされ正常に動作していることを確認しておきます。Noah のインストールについては、HIMSA からの情報を参照してください。ネットワーク構成（サーバーとクライアント）でお使いの場合、ネットワーク上の各クライアントとなっているパソコンに COMPASS GPS をインストールします。Noah4 を推奨しています。

Noah が閉じていることを確認し、下記の手順に従って COMPASS GPS をインストールしてください。





1. COMPASS GPS インストールメディア をパソコンのドライブに挿入します。画面が自動的に表示されます。表示されない場合には、エクスプローラーからメディアを表示し **Setup.exe**. をダブルクリックします。

2. 「次へ」ボタンを押します。

3. ライセンス契約の内容を確認の上、「I accept the terms in the licence agreement.」を選択します。

4. 「次へ」ボタンを押します。

5. インストール先の指定画面ですが、変更せずにそのままにしておき、「次へ」ボタンを押します。

6. 言語の選択です。左欄リストから使用する言語を選択し、「Add」ボタンで右欄へ追加します。取り消す場合には「Remove」ボタンを押します。

7. 「次へ」ボタンを押します。

8. 主に使用する言語の選択です。2 つ以上の言語を選択されている場合のみ意味があります。

9. 「次へ」ボタンを押します。

10. ドロップダウンリストより販売会社の国名を選択します。

11. 「自動更新」にチェックすることをお勧めします。次の章を参照ください。

12. 「次へ」ボタンを押します。



13. 「インストール」ボタンでインストールを開始します。インストール開始までに数分程度時間がかかる場合があります。

14. インストールが成功すると Widex USB Link ドライバーのインストールをするか問われます。

    a. ドライバーが既にインストールされていて改めてインストールしない場合、「Finish」で終了します。

    b. ドライバーをインストールする場合、チェックボックスをチェックし、「Finish」を押します。インストールプログラムは終了し、続いてドライバーのインストールが開始されます。USBlink がパソコンに接続されていないことを確認してください。



15. ドライバーのインストールを選択した場合、インストール画面で「Next」を押します。

16. ウィンドウズのセキュリティ画面が表示された場合、「 *Always trust software from Widex A/S* 」を選択しインストールてください。



17. インストールの最後の画面で「 Finish 」ボタンを押し、終了します。

18. パソコンを再起動した上で、 COMPASS GPS を起動してください。

自動更新

COMPASS GPS 更新モジュールにより、新しいバージョンの確認、インストールを自動的に行うことができます。COMAPSS GPS の新しいバージョンは、インターネット上の更新サーバーより供給されます。

スタートアップガイド

COMAPSS GPS インストール時に「自動更新」にチェックすると、更新モジュールにより新しいバージョンが確認されます。ウィンドウズ OS を起動するたびに更新モジュールが起動し、新しいバージョンがあるか確認します。新しいバージョンが用意されている場合、自動的にダウンロードされ、インストール作業を続行するかどうかメッセージが表示されます。

1. ウィンドウズにログインすると、更新モジュールが起動し、タスクバーに表示されます。

2. 更新がある場合、メッセージが表示されます。このアイコンをクリックすると更新モジュールが開きます。

   インストールされている COMPASS GPS のバージョン情報と更新可能となった新しいバージョンの情報が表示されます。

   新しいバージョンがない場合、「使用中の COMPASS GPS は最新」と表示されます。



3. 「閉じる」で終了します。

「自動更新」を無効にしていても、更新モジュールを起動し、新しいバージョンの確認を行えます。：

1. 「スタート」－「すべてのプログラム」－「Widex」－「COMAPSS GPS」にある COMPASS GPS Updater を起動します。

2. 「更新の確認」ボタンをクリックし、新しいバージョンが用意されているか確認します。

   新しいバージョンが用意されていれば、ダウンロードしてインストールできます。なければ「使用中の COMAPSS GPS は最新」と表示されます。

3. 「閉じる」で終了します。

COMPASS GPS を起動する

パソコンの設定により、起動の仕方が異なります。

COMPASS GPS と Noah 4

Noah 4 がインストールされている場合に、先に Noah を開かずに COMPASS GPS を起動すると、自動的に Noah 4 の中で動作し、Noah 4 へのログイン画面が表示されます。Noah システムの顧客一覧が表示されるので、顧客データを選択しフィッティングを行います。

スタートアップガイド

先に Noah システムを起動し、その中から COMPASS GPS を起動した場合、Noah の顧客一覧から選択されたデータで COMPASS GPS が動作します。顧客データを選択していない場合、COMPASS GPS が開く前に Noah の顧客一覧が表示され、データを選択できます。

Noah を使用しないで COMPASS GPS を起動

Noah システムがインストールされてない場合、スタンドアローンとして COMPASS GPS を開きます。この場合、COMPASS GPS スタンドアローン データベースが開きます。

1. パソコンデスクトップ画面上の COMPASS GPS アイコンをダブルクリックし起動すると、COMPASS GPS へのログイン画面が表示されます。

2. イニシャルとパスワードを入力し、「ログイン」を選択、COMPASS GPS スタンドアローン データベースが開きます。

3. 顧客データの新規作成または選択をし、COMPASS GPS でフィッティングをします。COMPASS GPS を開く前に顧客が選択されている必要があります。初めて使用する際、顧客の新規作成から始めます。

COMPASS GPS を閉じる

フィッティングが終わったら COMPASS GPS 画面右上の「セッションの終了」をクリックしデータ保存後、セッションを閉じます。



3 つの選択肢があります。：

- 「セッションの終了」 データ保存後、COMPASS GPS 画面を閉じます。COMPASS GPS スタンドアローン データベース画面へ戻ります。
- 「COMPASS を閉じる」 データ保存後、COMPASS GPS 画面と スタンドアローン データベース画面の両方を閉じます。
- 「キャンセル」 COMPASS GPS 画面へ戻ります。

ヘルプの参照

COMPASS GPS の使い方に不明な点がある場合、各種のヘルプ資料を参照できます。画面右上にあるクエスチョンマーク（?）アイコンをクリックします。

- COMPASS ヘルプ - COMPASS ヘルプシステムを開き、プログラムの機能について調べられます。このヘルプは、F1 キーを押しても起動されます。（内容は英文）
- クイックガイド - 代表的な項目に関するガイド資料を参照できます。

スタートアップガイド

- ビデオライブラリ - 代表的な手順を映像により確認できます。
- COMPASS GPS について - インストールされている COMPASS のバージョンの確認、サポートツールの起動ができます。

さらに COMPASS 画面内にはツールチップ機能があり、画面上の要素（グラフ、ボタン、入力欄など）にマウスカーソルを合わせると簡単な説明が表示されるようになっています。

インストールメディアの不具合など問題がありましたら、ワイデックスへお問い合わせください。COMPASS GPS を使う上で問題があり、解決する必要がある場合、ワイデックスへ連絡するか、ソフトウェア開発サポートチームへメールしてください。

この “スタートアップ ガイド” は電子データで供給されています。印刷されたものが御入用の場合、無償にてサイト http://widex.pro/gps-startup-guide, から依頼できます。配達には 7 営業日かかります。また “スタートアップ ガイド” は、サイト http://widex.pro/gps-startup-guide からダウンロード可能です。

記号

Widex A/S が共通して使用する医療機器の表示（ラベルや取扱説明書など）

記号	タイトル	説明
	製造元	製品の製造者名と製造所の所在地
	取扱説明書を参照	取扱説明書には重要なお知らせが記載されていますので、ご使用前に必ずお読みください。
	警告	警告記号を伴う事項は、製品のご使用前に必ずお読みください。
CE 0123	CE マーク	製品は、CE マークに関する欧州指令によって定められた要件に適合しています。
SN	製造番号	UDI バーコードとともに製品のバージョンを特定する製造番号
REF	カタログ番号	製品のカタログ（品目）番号
MD	医療機器	本機器が医療機器であることを示します

© Widex. All rights reserved

Document version: 7.0. Issued: 2023-08