# クイックガイド

**COMPASS GPS**

# 使用操作

## はじめに

このガイドでは、「使用操作」について説明します。DEX 機器,CROS/BiCORS の設定、補聴器の構成がありますが、DEX 機器および CROS/BiCORS 設定については各々のクイックガイドを参照してください。

## 補聴器の構成

HA 構成画面は下記のタブで構成されます。




- お知らせ音 – スマート スピークやスマート トーンの設定をします。お知らせ音のオン・オフ、音量、周波数などを指定できます。試聴ボタンをクリックすると、補聴器から実際にお知らせ音を再生し、ユーザーにとって気づくのに十分であるかどうかの確認を行えます。スマート スピークの言語・話者の変更も可能です。
- **ライトインジケータ**ライトインジケータが搭載される一部の補聴器では、このタブが表示されます。ここでライトインジケータの動作を設定できます。Bluetooth のペアリング、特別なケアが必要などの機能をオンまたはオフにできます。
- ユーザーコントロール – ボリュームコントロールやプログラムボタンの設定をします。
- 両耳間 構成 – 両耳協調機能のオン・オフを指定します。初期設定はオン。

- 調整担当者用設定 – 次回点検のお知らせやデータ保護暗証番号の設定をします。これらの設定は補聴器の音の設定には関係ありません。暗証番号を設定すると、暗証番号がわからない限り一定期間補聴器への接続ができなくなりますので注意してください。

## モバイル機器との接続

Bluetooth モバイル機器とペアリング可能な補聴器があります。Bluetooth 機器との接続がうまくいかない場合、補聴器内のペアリング情報を削除し、再度設定することで解決できる場合があります。以下の手順にしたがってください。

1. 「モバイル機器との接続」画面を開きます。
2. 「すべてのペアリングを削除」をクリック。ペアリングを削除するか確認の画面が開きます。
3. 「はい」をクリック。補聴器内の Bluetooth ペアリング情報が削除されます。なお COM-DEX や CALL-DEX を使用するための情報には影響ありません。
4. Bluetooth 機器（スマホ、タブレットなど）において、補聴器へのペアリング情報を手動で削除します。
5. モバイル機器で再度補聴器との Bluetooth ペアリングを設定します。モバイル機器の取扱説明書を参照ください。

### 説明ツール

「説明」では、DEX 機器の使い方を説明する画面が表示されます。ボタンや表示の説明、ビデオによる操作説明をみることもできます。

より詳細な説明を *COMPASS* ヘルプで参照できます。？アイコンをクリックするか *F1* キーを押してください。

# クイックガイド

この文書は、電子データで供給されています。印刷されたものが御入用の場合、無償にてサイト http://widex.pro/gps-startup-guide,から依頼できます。配達には 7 営業日かかります。また、この文書は、サイト http://widex.pro/gps-startup-guide からダウンロード可能です。

© Widex. All rights reserved

Document version: 4.0. Issued: 2021-06