KISA KILAVUZ

COMPASS GPS


ODYOMETRİ

Giriş

Bu kısa kılavuzda Odyogram, REUG ve RECD ile ilgili temel bilgiler verilmektedir. Odyometri aracını OTURUMU BAŞLAT ve UYGULAMA başlıkları altında bulabilirsiniz. Odyometri aracı odyogram, REUG ve RECD ile ilgili bilgiler içerir.

Odyogram

Odyogram sekmesi ana çalışma alanının alt yarısındadır. Bu sekmede hastanın odyogram sırasındaki odyometrik koşullar girilir. Bu sekmede aşağıdaki seçenekler bulunur:



- Aşağı-açılır listeden bir Ölçüm tipi seçin. Odyometri (dB HL), ABR (dB nHL) ve ABR/ASSR (dB eHL) arasında seçim yapabilirsiniz.
- Aşağı-açılır listeden bir ileteç tipi seçin. Yerleşik mikrofon ve köpük uç yanında Yerleşik mikrofon ve kulak kalıbı arasında seçim yapabilirsiniz. Ancak Ölçüm tipi altından Odyometri (dB HL) seçeneğini seçersiniz, daha fazla seçeneğiniz olur: Kulaklık, Serbest alan (0°), Serbest alan (45°) ve Serbest alan (90°).
- Ölçüm tipi aşağı-açılır kutusundan ABR (dB nHL) seçeneğini seçerseniz nHLDen eHL'ye düzeltmeyi değiştirebilirsiniz.

REUG



REUG sekmesi Odyogram sekmesinin yanındadır. REUG sekmesinde hastanız için yaptığınız REUG değerlerini girebilirsiniz.

İleteç tipi olarak Serbest alanı kullanıyorsanız hastanızın Kişisel Gerçek-kulak cihazsız kazanç değerlerini aşağıdaki tabloya girebilirsiniz. Öncelikle sekmenin orta kısmında yer alan onay kutucuklarını kullanarak Ortalama ya da Kişisel REUG değerlerinden hangisini kullanacağınızı belirleyin. Varsayılan değer Ortalama'dır.

Kişisel REUG değerlerini diğer kulağa aktarmak için Sağ/sol kulağa kopyala tuşuna tıklayın.

RECD



RECD sekmesi REUG sekmesinin yanındadır. RECD sekmesinde hastanız için ölçtüğünüz RECD değerlerini girebilirsiniz.

Öncelikle sekmenin orta kısmında yer alan onay kutucuklarını kullanarak ortalama ya da kişisel RECD değerlerinden hangisini kullanacağınızı belirleyin. Kişisel RECD değerleri ile çalışacaksanız, aşağı açılır listeden RECD ölçümü için 2cc eşleri ve RECD ölçümü için kullanılan İleteç tipini seçin. Daha sonra ölçülen değerleri alanlara giriniz. Değerler 1 dB.lik adımlarla değiştirilebilir.

Kişisel RECD değerlerini diğer kulağınıza aktarmak için Sağ/sol kulağa kopyala tuşuna tıklayın.

COMPASS'ın hesaplamalarında RECD (gerçek-kulak eşler farkı) değerlerini kullandığını unutmayın.

Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadır. Bu belgenin basılı formunu http://widex.pro/gps-startup-guide adresinden ücretsiz olarak talep edebilirsiniz, tahmini gönderim süresi 7 takvim günüdür. Bu belgeyi http://widex.pro/gps-startup-guide adresinde de bulabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi ve yönlendirme için, COMPASS yazılımındaki üst gezinme çubuğuna tıklayarak ya da klavyenizde F1 tuşuna basarak Yardım sistemini açın

© Widex. Tüm hakları saklıdır

Belge sürümü: 2.0. Yayınlanma: 2019-11