COMPASS GPS

COMPASS GPS 의 전용 데이터베이스

COMPASS GPS 의 전용 데이터베이스는 피팅 소프트웨어에 들어가기 전에 고객을 생성 및 선택할 수 있는 전용 데이터베이스입니다. 다른 사무자동화 시스템을 사용하지 않고도 이 데이터베이스를 통해 고객에 대한 신상정보와 청각적 정보는 물론, 피팅과 청력도 세션에 관한 모든 정보를 기록할 수 있습니다. Noah 또는 Noah OAS 시스템에서 COMPASS 를 실행하는 경우 COMPASS GPS 는 COMPASS GPS 전용 데이터베이스 대신에 Noah 의 데이터베이스를 사용하게 됩니다.

청력도에는 측정한 HTL (기도역치), BCL (골도역치), UCL (불쾌레벨) 값을 입력할 수 있습니다. 데이터베이스를 통해 고객의 모든 청력도를 볼 수 있으며 최근 청력도를 수정할 수 있습니다. 마지막에 저장한 청력도는 COMPASS GPS 의 연산과 예측값에 기초로 사용됩니다.

데이터베이스는 고객에 대해 실시한 피팅과 청력도 세션의 리스트를 보여줍니다. 이 고객 리스트에서 최근 및 예전의 피팅세션을 열 수 있습니다. 최근 청력도를 열거나 과거의 청력도 세션을 볼 수 있습니다.

COMPASS GPS 전용 데이터베이스 열기

귀하의 설치 상태에 따라 COMPASS GPS 전용 데이터베이스는 다르게 열립니다.

Noah 없이 COMPASS GPS 만 사용

Noah 가 설치되어 있지 않은 경우 COMPASS GPS 를 단독 프로그램으로 열면 곧바로 COMPASS GPS 전용 데이터베이스 화면이 나타납니다:

1. 바탕화면의 COMPASS GPS (전용 데이터베이스) 아이콘을 더블클릭하거나 *시작* 메뉴의 해당 아이콘을 클릭합니다. COMPASS GPS 에 로그인하는 창이 나타납니다.

퀵 가이드

2. 귀하의 *이니셜*과 *비밀번호*를 입력한 후 *로그 인*을 선택합니다. COMPASS GPS 의 전용 데이터베이스가 열립니다.

3. 고객을 선택 또는 생성하면 COMPASS GPS 에 들어가 피팅을 할 준비가 된 것입니다. COMPASS GPS 를 열기 전에 우선 고객을 선택해야 합니다. 프로그램을 처음 실행하는 경우 계속하기 전에 고객을 생성해야 합니다.

COMPASS GPS 와 Noah 4

Noah 4 가 설치되어 있는 경우 Noah 를 먼저 열지 않은 상태에서 COMPASS GPS 를 바로 실행하면 COMPASS GPS 가 Noah 와 연동하여 열리게 됩니다.

1. 바탕화면에 있는 COMPASS GPS 아이콘을 더블클릭하거나 *시작* 메뉴에서 COMPASS GPS 아이콘을 클릭합니다. Noah 4 의 로그인 창이 나타납니다.

2. 귀하의 사용자 이름과 비밀번호를 확인하고 *확인* 버튼을 선택합니다. Noah 4 의 환자 브라우저 창이 열립니다. 이 환자 브라우저는 Noah 4 에서 실행할 때와 동일한 방법으로 사용합니다. 이곳에서 환자 (고객)를 추가, 수정, 삭제할 수 있습니다. Noah 4 에서 설정해 둔 열이 그대로 이 브라우저에 나타납니다.

3. 환자를 선택합니다. 환자를 선택한 즉시 해당고객의 데이터가 COMPASS GPS 의 '고객 탐색' 창에 표시됩니다. 이곳에서 해당 고객에 대한 기존의 세션을 열거나 새로운 세션을 시작할 수 있습니다. 또한 그 고객에 대한청력도를 수정 또는 생성할 수 있습니다.

4. *새로운 세션* 또는 *세션 열기*를 선택하여 '고객 탐색' 창을 닫으면 COMPASS GPS 가 열립니다.

Noah 4 가 설치되어 있는 경우 COMPASS GPS 를 Noah 안에서 실행하면 Noah 에서 선택한 고객의 데이터를 사용하여 곧바로 COMPASS 프로그램으로 이동합니다. Noah 에서 고객을 선택하지 않은 경우 Noah 4 의 환자 브라우저가 열리므로 COMPASS 를 실행하기 전에 고객을 선택할 수 있습니다.

COMPASS GPS 의 전용 데이터베이스 창

COMPASS GPS 를 열면 귀하의 고객 리스트를 보여주는 COMPASS GPS 전용 데이터베이스 창이 자동으로 나타납니다. COMPASS GPS 를 계속하기 전에 우선 고객을 선택해야 합니다.

고객을 선택하였으면 고객에 관한 정보가 다양한 항목에 나타납니다. 다음의 옵션이 포함되어 있습니다:

- **고객**: 귀하가 생성한 고객 리스트입니다. 이 리스트는 고객의 성을 기준으로 정렬됩니다. 고객의 세션을 열려면 해당고객을 더블클릭합니다. 고객에 대한 피팅 세션이 이미 존재하는 경우 가장 마지막 세션이 열립니다.

퀵 가이드

- **고객 선택:** Noah 4 의 '환자 브라우저'에서 이미 고객을 선택한 경우 '고객 리스트' 대신 이 버튼이 표시됩니다. Noah 4 의 환자 브라우저로 돌아가 다른 고객을 선택할 필요가 있을 경우 이 버튼을 클릭하십시오.

- **세션**: '고객 리스트'에서 고객을 선택하면 세션 리스트에 해당고객에 대하여 저장되어 있는 모든 피팅 및 청력도 세션이 표시됩니다. 마우스 포인터를 피팅 세션에 가져가면 해당 세션에 대한 특이사항을 볼 수 있습니다. 열려고 하는 피팅 세션을 더블클릭하십시오. 과거의 청력도를 보려면 해당 세션을 선택한 후 *보기* 버튼을 클릭합니다.

- **최근 청력도**: 이 항목은 항상 마지막에 저장한 청력도 정보를 표시합니다. 청력도를 수정하려면 *청력도 수정* 버튼을 클릭합니다. 과거의 청력도는 수정할 수 없고 보기만 가능합니다. 청력도가 작성되어 있지 않다면 *청력도 입력* 버튼을 클릭하여 청력도 창을 여십시오.

- **최근 장치**: 이 항목은 마지막 피팅 세션에서 선택했던 보청기와 DEX 장치를 표시합니다. 각 장치의 형태명과 제품번호도 표시됩니다.

- **고객 특이사항**: 고객, 피팅 및 기타에 대한 일반적인 사항을 텍스트로 기록하는 항목입니다. 이 항목은 특정 세션과 연결되지는 않습니다. COMPASS GPS 전용 데이터베이스 창이나 '고객 편집' 화면에서 입력한 모든 텍스트가 나타납니다.

COMPASS GPS 전용 데이터베이스 창의 좌측 상단에 있는 아래 아이콘을 통해 고객에 대한 탐색과 여러 작업을 할 수 있습니다:



고객 생성. 신규 고객을 생성합니다. 고객 생성에 대한 추가정보는 아래를 참고하십시오.



고객 편집. 선택한 고객의 정보를 수정합니다.



고객 삭제. 선택한 고객을 데이터베이스에서 삭제합니다. 아이콘을 클릭하면 해당고객을 삭제할 것인지 되묻습니다. 데이터베이스에서 고객을 영구 삭제하려면 *예*를 선택하십시오.




찾기. 고객의 이름 (이름, 중간 이름, 성) 또흔 생년월일을 항목에 입력합니다. 검색을 시작하려면 엔터 키를 누르거나 아이콘을 누릅니다. 아이콘이 X 표로 바뀝니다. 검색을 완료하여 전체 고객 리스트를 다시 보려면 'X' 아이콘을 클릭합니다.

고객 분류 기준: 드롭다운 리스트를 사용하여 고객 리스트의 정렬방법을 선택합니다. 이름이나 성을 오름차순, 내림차순으로 정렬할 수 있고, 가장 최근의 세션을 가졌던 고객들이 리스트 상단에 나오도록 선택할 수 있습니다.

COMPASS GPS 의 전용 데이터베이스 창에서 고객 기록을 생성 또는 선택하였으면 다음중 하나로 계속 진행합니다.


퀵 가이드



- 창의 우측 하단에 있는 *새로운 세션* 버튼을 클릭하여 선택한 고객에 대하여 새로운 세션을 시작할 수 있습니다.
- *세션 리스트*에서 과거의 피팅 세션을 선택하려면 *세션 열기* 버튼을 클릭하여 해당 세션에 대한 작업을 할 수 있습니다.
- 브라우저와 COMPASS GPS 를 종료하려면 *GPS 종료*를 클릭합니다. Noah 4 는 귀하가 마지막으로 선택한 고객을 기억합니다. 5 분 이내에 COMPASS GPS 를 다시 열면 동일한 고객이 자동으로 선택되고, COMPASS GPS 가 바로 열리게 됩니다.

고객 편집

고객을 생성 또는 수정할 때 고객 편집 창이 열립니다. COMPASS GPS 전용 데이터베이스 창에서 *고객 생성*과 *고객 편집* 아이콘중 어느 것을 선택하더라도 동일한 대화상자가 열립니다. 고객에 관한 신상정보를 입력하려면 이 대화상자를 사용하십시오.



귀하가 원하는 여러 항목을 입력할 수 있습니다만 고객의 이름과 성은 반드시 입력하셔야 합니다.

대화상자를 확장하려면 *항목 더 보기* 아이콘을 사용하여 고객에 대한 모든 정보를 펼칩니다.


고객의 신상정보 이외에도 고객에 관한 특이사항을 입력할 수 있습니다. 고객 특이사항 항목에 입력한 모든 텍스트는 해당고객 선택시 COMPASS GPS 전용 데이터베이스 창에 표시됩니다. 이로써 고객에 대한 중요한 정보를 항상 손쉽게 확인할 수 있습니다.

'고객 편집' 화면상에서 작업 중에는 마우스를 사용하여 해당항목을 클릭하여 이동하거나 키보드의 Tab 키를 눌러 다음 항목으로 이동할 수 있습니다.

'고객 편집'의 작성 또는 수정을 완료하였으면 *확인* 버튼을 눌러 정보를 저장한 후 대화상자를 닫습니다.

퀵 가이드

청력도



*청력도 입력*을 선택하거나 *최근 청력도* 항목에서 *청력도 수정* 버튼을 클릭하면 청력도 편집 화면이 열립니다. 빈 청력도 편집화면이 열리거나 해당고객에 대하여 마지막으로 저장한 청력도가 열리게 됩니다. 과거의 청력도를 보려면 *세션* 리스트에서 선택한 후 *보기* 버튼을 클릭하거나 '세션 리스트'의 해당항목을 더블클릭합니다.

입력한 청력도는 COMPASS GPS 의 연산시 기초로 사용됩니다.

고객의 청각역치 레벨을 입력하려면 마우스 커서를 청력도 위에 둔 상태에서 측정값에 대한 기호가 삽입되도록 청력도를 클릭합니다. 숫자화된 위치 가이드가 커서 옆에 나타나 정확한 위치에 기호를 삽입할 수 있도록 도와줍니다.

다른 기호를 삽입하려면 화면 중앙에서 형태를 선택합니다.

- 기도청력 데이터를 입력하려면 HTL (Hearing Threshold Level)을 사용합니다.
- 골도청력 데이터를 입력하려면 BCL (Bone Conduction Level)을 사용합니다.
- 불쾌레벨 데이터를 입력하려면 UCL (UnComfortable Level)을 사용합니다.

동일형태의 기호들은 청력도 내에서 서로 자동으로 연결됩니다. 기호를 잘못 입력한 경우, 예를 들어 1000 Hz 에 잘못된 수치를 입력하였으면 1000 Hz 선상에서 다른 위치를 클릭하면 변경됩니다. 삽입한 기호를 삭제하려면 오른쪽 마우스 버튼으로 해당기호를 클릭합니다.

청력도 작업이 완료되었으면 *확인*을 선택하여 청력도 모듈을 닫습니다.

모든 데이터를 삭제하려면 창의 좌측 하단에 있는 *청력도 삭제* 버튼을 사용하십시오. 이 버튼을 클릭하면 해당 청력도를 삭제할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다. 청력도를 데이터베이스에서 영구 삭제하려면 *예*를 클릭하십시오.

값을 변경하지 않고 청력도 창을 닫으려면 *취소* 버튼을 클릭하십시오.


퀵 가이드

COMPASS GPS 의 종료

피팅 세션을 마쳤으면 COMPASS GPS 창의 우측 상단에 있는 *세션 종료*를 선택하여 작업을 닫고 데이터를 저장합니다.

대화상자가 표시되면 아래 세 가지중 선택할 수 있습니다:

- 세션 데이터를 저장하고 COMPASS GPS 의 창을 닫으려면 *세션 종료*를 선택합니다. 이후 COMPASS GPS 전용 데이터베이스 창으로 되돌아갑니다.
- 데이터를 저장하고 COMPASS GPS 창과 COMPASS GPS 전용 데이터베이스를 모두 닫으려면 *COMPASS 종료*를 선택합니다.
- COMPASS GPS 창으로 되돌아가려면 *취소*를 선택합니다.



이 문서는 전자형태로 제공됩니다. 이 설명서의 종이 버전은 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서 무상으로 요청하실 수 있으며 배송은 영업일 기준 7 일 정도 소요됩니다. 이 문서는 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서도 제공됩니다.

Copyright © Widex. All rights reserved.

Document version: 3.0. Issue date: 2019-11