COMPASS GPS

LA BASE DE DONNÉES AUTONOME DE COMPASS GPS

Introduction

La base de données autonome de COMPASS GPS est une petite base de données qui vous permet de créer et de sélectionner votre patient avant d'ouvrir le logiciel de programmation. La base de données vous permet de suivre l'évolution des données démographiques et audiologiques concernant vos patients et de toutes les sessions de mesure d'audiogramme et de programmation, même si vous n'avez pas accès à la totalité du système de gestion. Si COMPASS GPS est exécuté sous Noah ou sous un système de gestion Noah, COMPASS GPS utilise la base de données Noah au lieu de la base de données autonome de COMPASS GPS.
Dans l'audiogramme, vous pouvez entrer les valeurs HTL, BCL et UCL mesurées. La base de données vous permet de consulter tous les audiogrammes que vous avez entrés pour votre patient et vous pouvez éditer le dernier audiogramme. Le dernier audiogramme sert de base pour les estimations et les calculs effectués par COMPASS GPS.

La base de données affiche une liste de sessions d'audiogramme et de programmation que vous avez réalisées avec votre patient. Vous pouvez ouvrir la dernière session de programmation ainsi que toute session précédente depuis la liste du patient. Vous pouvez également ouvrir la dernière session d'audiogramme ou consulter les anciennes sessions d'audiogramme.

Ouvrir la base de données autonome

Selon votre configuration, la base de données autonome de COMPASS GPS s'ouvre de différentes manières.

COMPASS GPS sans Noah

Si Noah n'est pas installé sur votre ordinateur et que vous ouvrez COMPASS GPS comme un programme autonome, vous serez directement dirigé vers la base de données autonome de COMPASS GPS :

1. Double cliquez sur l'icône COMPASS GPS (Base de données autonome) de votre bureau ou cliquez sur l'icône dans le menu *Démarrer*. Connectez-vous à COMPASS GPS comme demandé.

2. Entrez vos *Initiales* et votre *Mot de passe*, puis sélectionnez *Connexion*. La base de données autonome de COMPASS GPS s'ouvre.

3. Sélectionnez ou créez un patient et vous serez prêt à entrer dans COMPASS GPS pour réaliser une programmation. Vous devez sélectionner un patient avant de pouvoir ouvrir COMPASS GPS. Si c'est la première fois que vous ouvrez le programme, vous devez créer un patient avant de pouvoir continuer.

COMPASS GPS et Noah 4

Si Noah 4 est installé sur votre ordinateur et que vous ouvrez COMPASS GPS sans avoir préalablement ouvert Noah, COMPASS GPS s'ouvre de manière transparente sous Noah.

1. Double cliquez sur l'icône COMPASS GPS de votre bureau ou cliquez sur l'icône COMPASS GPS dans le menu *Démarrer*. Connectez-vous à Noah 4 comme demandé.

2. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis sélectionnez *OK*. Cela ouvre le navigateur patient de Noah 4. Le navigateur patient fonctionne de la même manière que sous Noah 4. Vous pouvez créer, éditer et supprimer des patients. Le navigateur affiche les colonnes que vous avez définies dans votre logiciel Noah 4.

3. Sélectionnez un patient. Dès que vous aurez sélectionné votre patient, la base de données autonome de COMPASS GPS s'ouvrira avec les données du patient. Vous pouvez désormais ouvrir une session existante ou créer une nouvelle session pour le patient. Vous pouvez également éditer ou créer un audiogramme pour votre patient.

4. Sélectionnez *Nouvelle session* ou *Ouvrir session* pour fermer la fenêtre Base de données autonome de COMPASS GPS et ouvrir COMPASS GPS.

Si Noah 4 est installé sur votre ordinateur et que vous ouvrez COMPASS GPS depuis Noah, vous êtes directement dirigé vers le programme COMPASS qui utilise les données du patient que vous avez sélectionné dans Noah. Si vous n'avez pas sélectionné de patient dans Noah, le navigateur patient de Noah 4 s'ouvre afin que vous puissiez sélectionner un patient avant d'ouvrir COMPASS GPS.

La fenêtre de la base de données autonome de COMPASS GPS

Lorsque vous ouvrez COMPASS GPS, vous êtes automatiquement dirigé vers la base de données autonome de COMPASS GPS qui affiche une liste de vos patients. Vous devez sélectionner un patient avant de pouvoir entrer dans COMPASS GPS.

Lorsque vous aurez sélectionné un patient, les divers champs du navigateur afficheront les données concernant le patient. Vous disposez de diverses options :

- **Patients** : Ceci est une liste des patients que vous avez créés. La liste est triée selon les noms de famille des patients. Pour ouvrir une session avec le patient, double cliquez sur ce patient. Si des sessions de programmation existent déjà pour ce patient, la dernière session s'ouvrira.

- **Sélectionner un patient** : Si vous avez déjà sélectionné un patient dans le navigateur patient de Noah 4, ce bouton s'affiche au lieu de la liste de patients. Cliquez sur le bouton si vous avez besoin de retourner au navigateur patient et de sélectionner un autre patient.

- **Sessions** : Dès que vous aurez sélectionné un patient dans la liste des patients, la liste Session affiche toutes les sessions de programmation et d'audiogramme que vous avez réalisées pour le patient. Si vous maintenez le pointeur de votre souris au-dessus d'une session de programmation, vous pourrez consulter les commentaires relatifs à la session. Double cliquez sur une session de programmation pour l'ouvrir. Si vous voulez consulter un audiogramme plus ancien, sélectionnez la session, puis cliquez sur le bouton *Affichage*.

- **Dernier audiogramme** : Ce champ affiche toujours les données du dernier audiogramme. Si vous voulez éditer l'audiogramme, cliquez sur le bouton *Éditer audiogramme*. Vous ne pouvez pas éditer les audiogrammes précédents, mais vous pouvez les consulter. Si vous n'avez pas encore réalisé d'audiogramme, cliquez sur le bouton *Entrer un audiogramme* pour ouvrir la fenêtre de l'audiogramme.

- **Appareil actuels** : Ce champ affiche les aides auditives et les appareils DEX sélectionnés pendant la dernière session de programmation. Vous pouvez consulter le nom des modèles et les numéros de série des appareils.

- **Commentaires concernant les patients** : Il s'agit d'un champ de texte que vous pouvez utiliser pour des commentaires généraux sur votre patient, la programmation ou autres. Ce champ n'est pas connecté à une session en particulier. Il affiche tout texte entré soit dans la fenêtre Base de données autonome de COMPASS GPS, soit dans l'éditeur patient.

En haut de la fenêtre Base de données autonome de COMPASS GPS, vous pouvez rechercher des patients et travaillez avec des patients :

 **Créer un patient**. Créer un nouveau patient. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur la création des patients.

 **Éditer un patient**. Éditer les données sur le patient sélectionné.

 **Supprimer un patient**. Supprimer le patient sélectionné de votre base de données. Lorsque vous cliquez sur cette icône, on vous demande si vous êtes sûr de vouloir supprimer le patient. Répondez *Oui* pour supprimer définitivement le patient de votre base de données.

 **Rechercher**. Saisissez un nom (prénom, autre prénom ou nom de famille) ou une date de naissance dans le champ. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur l'icône de recherche. L'icône se transforme en croix. Si vous avez effectué une recherche et que vous voulez afficher de nouveau la totalité de la liste des patients, cliquez sur la "croix".


Trier les clients par : Utilisez la liste déroulante pour choisir comment vous voulez trier la liste de vos patients. Vous pouvez les trier par leurs prénoms ou par leurs noms de famille, de façon croissante ou décroissante, et vous pouvez choisir d'afficher les patients dont les sessions sont les plus récentes en haut de la liste.

Lorsque vous aurez fini de travailler avec la fenêtre Base de données autonome de COMPASS GPS, vous pourrez continuer :

- Cliquez sur *Nouvelle session* pour créer une nouvelle session avec le patient sélectionné.


- Sélectionnez une session existante depuis la liste *Sessions*, puis cliquez sur *Ouvrir session* pour travailler avec la session.

- Cliquez sur *Fermer GPS* pour fermer le navigateur et COMPASS GPS. Veuillez noter que Noah 4 se souvient de votre sélection de patient. Si vous ouvrez de nouveau COMPASS GPS dans les 5 minutes qui suivent, le même patient est automatiquement sélectionné et COMPASS GPS s'ouvre directement.



Éditeur patient

L'éditeur patient s'ouvre lorsque vous créez ou éditez un patient. La boîte de dialogue qui s'ouvre est la même que vous sélectionniez l'icône *Créer un patient* ou l'icône *Éditer un patient* dans la fenêtre Base de données autonome de COMPASS GPS. Utilisez la boîte de dialogue pour entrer les données démographiques concernant votre patient.



Dans la boîte de dialogue, vous pouvez remplir autant de champs que vous le souhaitez. Cependant, vous devez entrer un prénom et un nom de famille pour votre patient.

Utilisez l'icône *Plus de champs* pour élargir la boîte de dialogue et afficher toutes les informations sur votre patient.


Outre les données démographiques sur votre patient, vous pouvez également entrer des commentaires relatifs à votre patient. Tout texte entré dans le champ Commentaires concernant le patient s'affiche dans la fenêtre Base de données autonome de COMPASS GPS lorsque vous sélectionnez le patient. De cette manière, vous avez toujours un accès facile à toute information importante concernant le patient.

Lorsque vous travaillez avec l'éditeur patient, vous pouvez utiliser votre souris et cliquez sur les champs pour les sélectionner, ou vous pouvez utiliser la touche de tabulation de votre clavier pour passer au champ suivant.

Lorsque vous avez rempli les divers champs ou que vous les avez modifiés dans l'Éditeur patient, sélectionnez le bouton *OK* pour enregistrer les données et fermer la boîte de dialogue.

Audiogramme

Vous pouvez ouvrir l'éditeur audiogramme en sélectionnant le bouton *Entrer un audiogramme* ou *Éditer un audiogramme* dans le champ *Dernier audiogramme*. Cela ouvre un éditeur audiogramme vide ou le dernier audiogramme entré pour le patient sélectionné. Si vous voulez consulter un audiogramme antérieur, sélectionnez-le dans la liste *Sessions*, puis cliquez sur le bouton *Affichage* ou double cliquez sur l'entrée dans la liste Sessions.



Les données de l'audiogramme que vous entrez servent de base pour les calculs effectués par COMPASS GPS.

Pour entrer le niveau du seuil d'audition d'un patient, déplacez le curseur vers l'audiogramme, puis cliquez sur l'audiogramme pour insérer les marqueurs des valeurs mesurées. Pour vous aider à trouver la bonne position du marqueur, un guide de positionnement numérique s'affiche à côté du curseur.

Pour insérer un autre type de courbe, choisissez le type de courbe depuis le champ de sélection des courbes.

- Utilisez l'option HTL (seuil d'audition) pour entrer les données HTL en conduction aérienne.
- Utilisez l'option BCL (seuil en conduction osseuse) pour entrer les données en conduction osseuse.
- Utilisez l'option UCL (seuil d'inconfort) pour entrer les données UCL.

Tous les marqueurs du même type sont automatiquement connectés lorsqu'ils sont placés dans la zone de l'audiogramme. Si un marqueur est mal placé, par exemple sur la ligne 1000 Hz, vous pouvez le déplacer en cliquant sur un autre point de la ligne 1000 Hz. Si vous voulez supprimer le marqueur inséré, faites un clic droit sur le marqueur.

Sélectionnez *OK* pour fermer le module de l'audiogramme lorsque vous avez fini votre audiogramme.

Si vous voulez supprimer toutes les données, utilisez le bouton *Supprimer l'audiogramme* en bas à gauche de la fenêtre. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, on vous demande si vous êtes sûr de vouloir supprimer l'audiogramme. Répondez *Oui* pour supprimer définitivement l'audiogramme de votre base de données.


Si vous voulez fermer la fenêtre Audiogramme sans faire de changement, cliquez sur le bouton *Annuler*.

Fermer COMPASS GPS

Lorsque vous avez terminé une session de programmation, sélectionnez *Terminer la session* en haut à droite de la fenêtre COMPASS GPS pour fermer et enregistrer les données.

Dans la boîte de dialogue affichée, vous disposez de trois options :

- Sélectionnez *Terminer la session* pour enregistrer la session. Vous serez de nouveau dirigé vers la base de données autonome de COMPASS GPS.
- Sélectionnez *Fermer COMPASS* pour enregistrer les données et fermer la fenêtre COMPASS GPS et la base de données autonome de COMPASS GPS.
- Sélectionnez *Annuler* pour retourner à la fenêtre COMPASS GPS.



Ce document est fourni sous forme électronique. Vous pouvez faire la demande d'une version papier gratuitement sur http://widex.pro/gps-startup-guide. Délai de livraison estimé à 7 jours ouvrés. Le document est désormais disponible sur http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Tous droits réservés

Version du document : 3.0 . Publié : 2019-11