COMPASS GPS

LA BASE DE DATOS AUTÓNOMA COMPASS GPS

La base de datos autónoma COMPASS GPS es una base de datos que le permite seleccionar un cliente antes de entrar en el software de adaptación. La base de datos le permite guardar información demográfica y audiológica sobre sus clientes, además de la información de adaptación y sesiones aunque no tenga acceso a un sistema empresariales. Si ejecuta COMPASS GPS con Noah o con un sistema de negocios de Noah, COMPASS GPS utiliza la base de datos de Noah. En el audiograma puede introducir valores medidos de HTL, BCL y UCL. La base de datos le permite ver todos los audiogramas del cliente y editar el más reciente. El audiograma más reciente es el punto de partida para todos los cálculos realizados por COMPASS GPS.

La base de datos muestra una lista de sesiones de adaptación y audiograma realizadas con el cliente. Puede abrir cualquier sesión de adaptación que desee. También puede abrir la última sesión de audiograma y ver cualquiera de las anteriores.

Cómo abrir la Base de datos autónoma COMPASS GPS

Según su configuración, la base de datos autónoma COMPASS GPS se abre de modos diferentes.

COMPASS GPS sin Noah

Si no tiene Noah instalado y si abre COMPASS GPS como programa autónomo, pasará directamente a la base de datos autónoma:

1. Haga doble clic en el icono de COMPASS GPS (base de datos autónoma) en su escritorio, o en el icono ubicado en el menú *Inicio.* El programa le pedirá que se conecte a COMPASS GPS.

2. Introduzca sus iniciales y contraseña y seleccione *Conectar*. Se abre la Base de datos autónoma COMPASS GPS

3. Seleccione o cree un cliente y podrá entrar en COMPASS GPS para hacer una adaptación. Debe seleccionar un cliente para poder abrir COMPASS GPS. Si es la primera vez que abre el programa, debe crear un cliente para poder continuar.

COMPASS GPS y Noah 4

Si tiene instalado Noah 4 y abre COMPASS GPS sin haber iniciado Noah antes, COMPASS GPS se abre en Noah de un modo transparente.

1. Haga doble clic en el icono de COMPASS GPS en su escritorio, o en el icono ubicado en el menú *Inicio.* El programa le pedirá que se conecte a Noah 4.

2. Introduzca su nombre de usuario y su contraseña y haga clic en Aceptar. Esto abre el Navegador de pacientes de Noah 4. El Navegador de pacientes funciona del mismo modo que en Noah 4. Puede crear, editar y borrar pacientes. El navegador muestra las columnas definidas en Noah 4.

3. Seleccione un paciente. Una vez seleccionado un paciente, la base de datos autónoma COMPASS GPS se abre con los datos de paciente. Ahora puede abrir una sesión anterior o hacer una nueva. También puede editar o crear un audiograma.

4. Seleccione Sesión nueva o Abrir sesión para cerrar la base de datos autónoma y abrir COMPASS GPS.

Si tiene instalado Noah 4 y si abre COMPASS GPS desde Noah, pasará directamente a COMPASS y podrá utilizar los datos del cliente seleccionado en Noah. Si no ha seleccionado un cliente en Noah, se abrirá el Navegador de pacientes para que pueda seleccionar un cliente antes de abrir COMPASS.

La ventana de la Base de datos autónoma COMPASS GPS

La base de datos autónoma COMPASS GPS se inicia automáticamente al abrir COMPASS GPS con la lista de clientes visible. Debe seleccionar un cliente para poder abrir COMPASS GPS.

Una vez seleccionado un cliente, los campos del navegador muestran información sobre el cliente. Tiene varias opciones:

- **Clientes**: Es una lista de los clientes que ha creado. La lista se ordena según los apellidos del cliente. Haga doble clic en un cliente para abrir una sesión con éste. Si ya hay sesiones de adaptación, se abrirá la más reciente.

- **Seleccionar cliente** Se muestra este botón en vez de la lista de clientes si ya ha seleccionado un cliente en el Navegador de clientes de Noah 4. Haga clic en el botón si necesita volver al Navegador de clientes y elegir otro.

- **Sesiones**: Una vez que haya seleccionado un cliente en la lista, la lista Sesiones muestra todas las sesiones de adaptación y todos los audiogramas del cliente. Si mantiene el ratón sobre una sesión de adaptación, puede ver los comentarios sobre ésta. Haga doble clic en una sesión de adaptación para abrirla. Si desea ver un audiograma anterior, seleccione la sesión y haga clic en el botón *Ver.*

- **Audiograma más reciente:** Este campo siempre muestra el audiograma más reciente. Si desea editar el audiograma, haga clic en el botón *Editar audiograma.* No puede editar audiogramas anteriores, pero puede verlos. Si aún no ha hecho un audiograma, haga clic en el botón *Introducir audiograma*, haga clic en el botón del mismo nombre para abrir la ventana del audiograma.

- **Dispositivos actuales:** Este campo muestra los audífonos y las ayudas auditivas DEX seleccionados durante la última sesión de adaptación. Puede ver los dispositivos y sus números de serie.

- **Comentarios sobre el cliente**: Puede utilizar este campo de texto para introducir comentarios generales sobre el cliente. Este campo no está vinculado a una sesión concreta. Cualquier texto que haya introducido será visible en la base de datos autónoma o el Editor de cliente.

En la parte superior de la ventana de la base de datos autónoma puede buscar clientes y trabajar con ellos:



Crear cliente Crea un cliente nuevo. Vea lo siguiente para más información sobre cómo crear clientes.



Editar cliente Edita la información sobre el cliente seleccionado.



Borrar cliente Elimina el cliente seleccionado de la base de datos. Si hace clic en este icono, el programa le pedirá que confirme que desea borrar el cliente. Si responde *Sí* se borrará el cliente permanentemente de la base de datos.



Buscar Introduzca un nombre (nombre, apellido) o una fecha de nacimiento en el campo. Pulse Entrar o haga clic en el icono para iniciar la búsqueda. El icono pasa a ser una x. Si ha hecho una búsqueda y desea volver a ver la lista completa de clientes, haga clic en la x.


Ordenar clientes por: Utilice la lista para elegir cómo ordenar la lista de clientes. Tiene varias opciones: por nombre, apellido, sesión más reciente etc.

Cuando haya terminado de trabajar con la base de datos autónoma, puede continuar:


- Click *New session* to create a new session with the selected client.

- Select an existing session from the *Sessions* list, and click *Open session* to work with the session.

- Click *Close GPS* to close the browser and COMPASS GPS. Note that Noah 4 remembers your client selection. If you open COMPASS GPS again within 5 minutes, the same client is automatically selected, and COMPASS GPS opens directly.



Editor de cliente



El Editor de cliente se abre cuando crea o edita un cliente. Se abre la misma casilla de diálogo, independientemente de si elige el icono *Crear cliente* o *Editar cliente* en la base de datos autónoma. Utilice la casilla de diálogo para introducir información demográfica sobre el cliente.

Puede rellenar todas las casillas que necesite. No obstante, tendrá que introducir el nombre y apellidos de su cliente.


Utilice el icono Más campos para desplegar la casilla de diálogo y ver toda la información.

Además de la información demográfica del cliente, también podrá introducir comentarios. Cualquier texto que introduzca en el campo de Comentarios de cliente serán visualizados en la base de datos autónoma cada vez que seleccione a este cliente. De este modo, siempre tendrá acceso a cualquier información importante sobre el cliente.

Mientras trabaja en el Editor de cliente, podrá utilizar el ratón y hacer clic en los campos para desplazarse a ellos, o puede utilizar la tecla Tab para pasar al campo siguiente.

Una vez rellenados o modificados los campos deseados, seleccione el botón *Aceptar* para guardar la información y cerrar la casilla de diálogo.

Audiograma



Puede abrir el Editor de audiograma seleccionando *Introducir audiograma o Editar audiograma,* en el campo *Último audiograma.* Esto abre un Editor de audiograma sin datos o el audiograma más reciente del cliente seleccionado. Si desea visualizar un audiograma previo, selecciónelo en la lista *Sesiones* y haga clic en el botón *Ver*, o haga doble clic en la entrada de la lista de Sesiones.

Los datos de audiograma que introduzca aquí servirán como punto de partida para los cáculos realizados por COMPASS GPS.

Para introducir el nivel de umbral de audición de un cliente, ponga el cursor en el audiograma y haba clic en éste para introducir marcadores en los valores medidos. Para ayudarle a localizar la posición correcta de marcador, se muestra una guía numérica justo al lado del cursor.

Para introducir otro tipo de curva, seleccione el tipo de curva en el campo de selección de curva.

- Use la opción HTL (Hearing Threshold Level) para introducir los datos de HTL por vía aérea.
- Use la opción BCL (Bone Conduction Level) para introducir los datos por vía ósea.
- Use la opción UCL (UnComfortable Level) para introducir datos del nivel de disconfort.

Todos los marcadores del mismo tipo son conectados automáticamente una vez colocados en el área del audiograma. Si pone mal un marcador, por ejemplo a la posición a 1000 Hz, puede cambiarlo haciendo clic en otro sitio en la línea de 1000 Hz. Si desea borrar el marcador introducido, haga clic en éste una vez con el botón derecho del ratón.

Seleccione *Aceptar* para cerrar el módulo audiograma cuando haya terminado.

Si desea borrar todos los datos, use el botón *Borrar audiograma* ubicado en la esquina inferior izquierda de la ventana. Si hace clic en este botón, el programa le pedirá que confirme que desea borrar el audiograma. Si responde *Sí* se borrará el audiograma permanentemente de la base de datos.


Si desea cerrar la ventana Audiograma sin hacer cambios, seleccione el botón *Cancelar*.

Cómo cerrar COMPASS GPS

Cuando haya hecho una sesión de adaptación, seleccione *Finalizar sesión,* en la esquina superior derecha de la ventana COMPASS GPS para cerrar y guardar los datos.

Aparecerá una casilla de diálogo con tres opciones:

- Seleccione Finalizar sesión para guardar la sesión. El programa le llevará de nuevo a la base de datos autónoma.
- Seleccione *Cerrar COMPASS* para guardar los datos y cerrar las ventanas COMPASS GPS y la base de datos autónoma.
- Seleccione *Cancelar* para volver a la ventana COMPASS GPS.



Este documento se suministra en versión electrónica. Puede solicitar una versión impresa sin costo adicional en http://widex.pro/gps-startup-guide. El plazo de entrega estimado es de 7 jornadas laborales. Este documento también está a su disposición en http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Reservados todos los derechos

Versión de documento: 3.0. Fecha de emisión: 2019-11