COMPASS GPS

SAMODZIELNA BAZA DANYCH PROGRAMU COMPASS GPS

Samodzielna baza danych programu COMPASS GPS jest małą bazą danych pozwalającą wpisywać i wybierać pacjentów przed uruchomieniem oprogramowania dopasowującego. Baza ta pozwala śledzić dane demograficzne i audiologiczne klienta jak również wszystkie sesje dopasowania i pomiarów audiometrycznych nawet przy braku pełnego systemu Business. Jeżeli używamy programu COMPASS GPS w środowisku Noah lub Noah Business, będzie on korzystał z bazy danych Noah zamiast z samodzielnej bazy danych COMPASS GPS.

Na audiogram można nanieść zmierzone wartości HTL, BCL i UCL. Baza danych pozwala obejrzeć wszystkie wprowadzone audiogramy klienta edytować ostatni. Ostatni (najświeższy) audiogram jest podstawą obliczeń i oszacowań wykonywanych przez COMPASS GPS.

Baza danych zawiera listę wykonanych sesji dopasowań i badań audiometrycznych pacjenta. Można otworzyć zarówno ostatnią jak i jakąkolwiek wcześniejszą sesję dopasowania z listy pacjenta. Można też otworzyć ostatnie badanie audiometryczne lub przejrzeć starsze wyniki badań.

Otwieranie Samodzielnej bazy danych

Zależnie od ustawień, Samodzielna baza danych otwiera się w różny sposób.

COMPASS GPS bez środowiska Noah

Jeżeli Noah nie jest zainstalowany i program COMPASS GPS jest zdefiniowany, jako program samodzielny, uruchamia się on od Samodzielnej bazy danych COMPASS GPS:

1. Klikamy dwukrotnie ikonę COMPASS GPS (Samodzielna baza danych) na pulpicie lub klikamy ikonę w menu Start. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się do programu COMPASS GPS.

2. Wprowadź swoje *Inicjały* i *Hasło* i wybierz *Logowanie. Otworzy się Samodzielna baza danych programu* COMPASS GPS.

3. Wybierz lub utwórz klienta i możesz otworzyć COMPASS GPS, aby wykonać dopasowanie. Przed otwarciem programu COMPASS GPS trzeba najpierw wybrać klienta. Jeżeli otwierasz pierwszy raz program, musisz najpierw utworzyć klienta i potem kontynuować.

COMPASS GPS i Noah 4

Jeśli jest zainstalowany Noah 4 i otwieramy COMPASS GPS bez otwarcia programu Noah najpierw, COMPASS GPS otwiera się mimo to w środowisku Noah.

1. Klikamy dwukrotnie ikonę COMPASS GPS (Samodzielna baza danych) na pulpicie lub klikamy ikonę w menu Start. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się do programu Noah 4.

2. Wprowadź *Nazwę użytkownika* i *Hasło* i wybierz *OK.* Otworzy się Wyszukiwanie pacjentów Noah 4. Wyszukiwani pacjentów działa tak samo jak w Noah 4. Można dodawać, edytować i usuwać klientów. Wyszukiwarka pokazuje wcześniej zdefiniowane kolumny w programie Noah 4.

3. Wybierz klienta. Zaraz po jego wyborze otworzy się Samodzielna baza danych COMPASS GPS z danymi klienta. Teraz można otworzyć istniejącą sesję lub utworzyć nową. Można także edytować lub utworzyć nowy audiogram.

4. Wybierz *Nowa sesja* lub *Otwórz sesję, aby* zamknąć okno Samodzielnej bazy danych COMPASS GPS i otworzyć COMPASS GPS.

Jeśli jest zainstalowany Noah 4 i otwieramy COMPASS GPS z programu Noah przechodzimy bezpośrednio do programu COMPASS i używamy danych klienta wybranego w Noah. Jeżeli nie wybrałeś pacjenta w Noah, Przeglądarka pacjentów Noah 4 otworzy się umożliwiając wybór klienta przed otwarciem COMPASS.

Okno Samodzielnej bazy danych pacjentów COMPASS GPS

Gdy otwierasz COMPASS GPS, jesteś automatycznie połączony z Samodzielną bazą danych COMPASS GPS pokazującą listę klientów. Musisz wybrać klienta przed wejściem do COMPASS GPS.

Po wybraniu klienta różne pola przeglądarki pokazują informacje o kliencie. Występuje kilka opcji:

- **Klienci**: Jest to alfabetyczna lista klientów utworzona przez użytkownika. Dwukrotne kliknięcie klienta otwiera sesję. Jeżeli istnieją zapisane sesje, zostanie otwarta najświeższa. Pamiętajmy, że gdy pracujemy z Noah 4, pole to pokazuje tylko wybranego klienta i przycisk Wybór klienta. Klikając ten przycisk otwieramy listę pacjentów Noah, z której możemy wybierać klientów.

- **Wybór klienta**: Ten przycisk pojawia się zamiast listy Klienci, gdy w klient został już wybrany w Wyszukiwarce pacjentów Noah 4. Klikając ten przycisk otwieramy listę pacjentów Noah, z której możemy wybierać klientów.

- **Sesje**: Gdy tylko wybierzemy klienta z listy Klienci, na liście Sesje pokażą się wszystkie sesje dopasowania i pomiarów audiometrycznych dotyczące klienta. Jeżeli najedziesz wskaźnikiem myszki na sesję, zobaczysz komentarze napisane do sesji. Dwukrotne kliknięcie sesji dopasowania otwiera ją. Jeżeli chcesz obejrzeć starszy audiogram, wybierz sesję i kliknij przycisk Widok.

- **Ostatni audiogram**: To pole zawsze pokazuje informacje o ostatnio zapisanym audiogramie. Jeżeli chcesz edytować audiogram kliknij przycisk Edycja audiogramu. Nie można edytować wcześniejszych

audiogramów, ale można je oglądać. Jeżeli brak jest audiogramu, kliknij przycisk Wprowadź audiogram, aby otworzyć okno audiogramu.

- **Ostatnie urządzenia**: To pole pokazuje aparaty słuchowe i urządzenia DEX wybrane podczas ostatniej sesji dopasowania. Możesz zobaczyć modele i numery fabryczne urządzeń.

- **Komentarze klienta**: To pole tekstowe można użyć do wprowadzania ogólnych uwag na temat klienta, dopasowania lub innych rzeczy. Pole nie jest powiązane z konkretną sesją. Pokazuje wprowadzony tekst zarówno w Samodzielnej bazie danych COMPASS GPS jak i w Edycji klienta.

Na górze Samodzielnej bazy danych COMPASS GPS znajdują się narzędzia do szukania i pracy z klientami:

Nowy klient. Dodawanie nowego klienta. Dalsze szczegóły - patrz poniżej.


Edycja klienta. Edycja informacji o wybranym kliencie.

Usuwanie klienta. Usuwanie wybranego klienta z bazy danych. Po kliknięciu ikony zostaniesz zapytany czy na pewno chcesz usunąć klienta. Odpowiedź Tak spowoduje permanentne usunięcie klienta z bazy danych.

Szukaj. Wpisz w pole nazwę (imię, drugie imię lub nazwisko) klienta. Lista Klienci zawęża się do tych, którzy spełniają kryteria wyszukiwania. Ikona zmienia się na krzyżyk. Jeżeli dokonałeś szukania i chcesz powrócić ponownie do kompletnej listy klientów, kliknij ikonę z krzyżykiem.

Sortowanie klientów według. Użyj listy rozwijanej, aby wybrać kryterium sortowania klientów. Można sortować według imienia lub nazwiska, rosnąco lub malejąco, a także można wybrać pokazywanie klientów z najnowszymi sesjami na szczycie listy.

Gdy już zakończyłeś pracę w oknie Samodzielną bazą danych COMPASS GPS, możesz:




- Wykonać nową sesję dopasowania z klientem klikając przycisk *Nowa sesja*.

- Wybrać z listy *Sesje* wcześniejszą sesję dopasowania i klikając przycisk *Otwórz sesję*, otworzyć ją, aby z nią pracować.

- Kliknąć *Zamknij GPS*, aby zamknąć wyszukiwarkę i COMPASS GPS. Zauważ, że Noah 4 pamięta wybór klienta. Jeżeli przed upływem 5 minut uruchomisz COMPASS GPS ponownie, automatycznie będzie wybrany ten sam klient i COMPASS GPS otworzy się bezpośrednio.

Edycja klienta



Edycja klienta otwiera się, gdy tworzysz lub edytujesz klienta. Jest ono takie samo dla obu procesów uruchamianych ikonami *Nowy klient* lub *Edycja klienta* w Samodzielnej bazie danych COMPASS GPS. To okno dialogowe służy do wprowadzania informacji demograficznych dotyczących klienta.

Możesz wypełnić dowolną ilość pól okna, zależnie od potrzeb. Obowiązkowe jest jednak wprowadzenie imienia i nazwiska klienta.


Użycie przycisku *Więcej pól* rozszerza pole dialogowe i wyświetla wszystkie informacje o kliencie.

Oprócz informacji demograficznych pacjenta można wprowadzić także komentarze związane z klientem. Każdy tekst wpisany w pole Komentarze klienta jest prezentowany w Samodzielnej bazie danych COMPASS GPS po wybraniu klienta. Dzięki temu mamy łatwy dostęp do ważnych informacji dotyczących klienta.

Podczas pracy z Edytorem pacjenta można przy pomocy myszki i klikania lub klawisza Tab przenosić się do kolejnych pól.

Po wypełnieniu lub zmianie pól w Edytorze pacjenta, wybierz przycisk *OK*, aby zapisać informacje i zamknąć okno dialogowe.

Audiogram



Otwarcie edytora Audiogramu następuje po wybraniu przycisku *Wprowadź audiogram lub Edycja audiogramu* w polu *Ostatni audiogram*. Otwiera się Audiogram pusty lub ostatni wprowadzony dla wybranego klienta. Jeżeli chcesz obejrzeć wcześniejszy audiogram, wybierz go z listy *Sesje* i kliknij przycisk W*idok* lub kliknij dwukrotnie wejście na liście Sesji.

Wprowadzone dane audiometryczne służą jako podstawa do obliczeń wykonywanych przez COMPASS GPS.

Aby wprowadzić wartości progu słyszenia klienta umieść kursor na właściwym miejscu audiogramu i kliknij, aby wpisać odpowiedni znacznik. Aby ułatwić znalezienie właściwego umiejscowienia znacznika, obok kursora pokazuje się informacja o współrzędnych jego położenia.

Aby wpisać inny rodzaj krzywej, wybierz jej typ z pola wyboru krzywych.

- Opcja HTL (Hearing Threshold Level) służy do wprowadzania wartości dla przewodnictwa powietrznego.
- Opcja BCL (Bone Conduction Level) służy do wprowadzania wartości dla przewodnictwa kostnego.
- Opcja UCL (UnComfortable Level) służy do wprowadzania wartości dla progu dyskomfortu.

Wszystkie znaczniki tego samego typu są automatycznie łączone po ich umieszczeniu na audiogramie. Jeżeli znacznik został umieszczony błędnie, np. dla częstotliwości 1000 Hz, można go przenieść w inne miejsce, klikając gdzie indziej na linii 1000 Hz. Jeżeli chcesz usunąć znacznik, kliknij go raz prawym klawiszem myszki.

Po zakończeniu wprowadzania wartości wybierz *OK,* aby zamknąć moduł audiogramu.

Jeżeli chcesz usunąć wszystkie dane użyj przycisku *Usuń audiogram* znajdującego się w lewym dolnym rogu okna. Gdy naciśniesz ten przycisk zostaniesz poproszony o potwierdzenie chęci usunięcia audiogramu. Odpowiedź *Tak* spowoduje permanentne usunięcie audiogramu z bazy danych.


Jeżeli chcesz zamknąć okno Audiogram bez dokonywania zmian, kliknij przycisk *Anuluj*.

Zamykanie programu COMPASS GPS

Gdy wykonałeś sesję dopasowania i chcesz zamknąć program i zapisać dane, wybierz *Koniec sesji* w górnym prawym rogu okna COMPASS GPS.

W wyświetlonym oknie dialogowym mamy do wyboru trzy opcje:

- Wybór *Koniec sesji* zapisuje dane sesji i zamyka okno COMPASS GPS. Następnie otwiera się ponownie Samodzielna baza danych COMPASS GPS.
- Wybór *Zamknij COMPASS* zapisuje dane sesji i zamyka COMPASS GPS i Samodzielną bazę danych COMPASS GPS.
- Wybór *Anuluj* powoduje powrót do okna COMPASS GPS.



Niniejszy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji może zostać zamówiona na specjalne życzenie bez dodatkowej opłaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-guide, a czas oczekiwania na dostawę wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostępny jest również pod adresem: http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja dokumentu: 3.0. Wydany: 2019-11