COMPASS GPS

DE COMPASS GPS STAND-ALONE DATABASE

De COMPASS GPS stand-alone database is een kleine database waarmee u cliënten kunt toevoegen en selecteren voordat u de aanpassoftware opent. U kunt de database gebruiken voor de demografische en audiologische info over uw cliënt en alle aanpas- en audiometriesessies, ook als u geen toegang hebt tot een volledig business-systeem. Gebruikt u COMPASS GPS onder Noah of Noah business, dan gebruikt COMPASS GPS de Noah-databse i.p.v. de COMPASS GPS stand-alone database.

In het audiogram kunt u gemeten HTL-, BCL- en UCL-waarden aangeven. U kunt alle audiogrammen bekijken die er ooit voor de cliënt zijn toegevoegd en u kunt het meest recente audiogram bewerken. Het meest recente audiogram wordt gebruikt voor de berekeningen en bepalingen die door COMPASS GPS worden gemaakt.

In de database ziet u een lijst met aanpas- en audiometriesessies met uw cliënt. Vanuit de lijst kunt u zowel de meest recente als ook eerste aanpassessies openen. Ook kunt u de meest recente audiometriesessie openen vanuit de cliëntlijst of oudere sessies bekijken.

Open de Stand-alone database

Afhankelijk van de aanwezigheid van Noah wordt de COMPASS stand-alone database op verschillende manieren geopend.

COMPASS GPS zonder Noah

Hebt u geen Noah en opent u COMPASS GPS als stand-alone programma, dan wordt de stand-alone database rechtstreeks geopend:

1. Dubbelklik op het COMPASS GPS-icoon. U krijgt nu de vraag om in te loggen in COMPASS GPS.

2. Voer uw *initialen* en *password* in en klik op *Log in*. The COMPASS GPS stand-alone database wordt geopend.

3. Kies een klant om maak een nieuw bestand aan en u kunt COMPASS GPS openen. Er moet een klant zijn gekozen om COMPASS GPS te kunnen openen. Is het de eerste keer dat u het programma zo opent, dan moet u dus eerst een klantbestand aanmaken voordat u verder kunt.

COMPASS GPS en Noah 4

Beschikt u over Noah 4 en opent u COMPASS GPS zonder dat u eerst Noah hebt geopend, dan opent COMPASS GPS automatisch eerst Noah.

1. Dubbelklik op het COMPASS GPS icoontje op uw desktop, of klik op COMPASS GPS icoontje in het *Start* menu. U krijgt nu de vraag om in te loggen in Noah 4.

2. Voer uw gebruikersnaam en password in en klik op *OK*. Hiermee wordt de Noah 4-database geopend. De database werkt op dezelfde manier als wanneer u Noah 4 rechtstreeks opent. U kunt nieuwe klanten invoeren, klantbestanden bewerken of deze verwijderen. De browser laat de kolommen zien die u hebt gekozen in uw Noah 4 software.

3. Selecteer een klant. Zodra u dit hebt gedaan wordt de COMPASS GPS database geopend met de klantgegevens. U kunt nu een bestaande sessie openen of een nieuwe sessie starten. Ook kunt u een audiogram bewerken of toevoegen.

4. Kies *Nieuwe sessie* of *Open sessie* om de stand-alone database te sluiten en COMPASS GPS te openen.

Beschikt u over Noah 4 en opent u COMPASS GPS vanuit Noah, dan wordt COMPASS GPS direct geopend met de gegevens die u in Noah hebt gekozen. Hebt u in Noah nog geen cliënt gekozen, dan wordt de cliëntbrower van Noah geopend zodat u een cliënt kunt selecteren of toevoegen voorat u COMPASS GPS opent.

Het scherm van de COMPASS GPS Stand-alone database

Opent u COMPASS GPS, dan wordt automatisch de stand-alone database geopend. U moet dan een cliënt kiezen voordat u naar COMPASS GPS kunt.

Hebt u een cliënt gekozen, dan wordt in verschillende velden in het scherm informatie over deze cliënt getoond. U hebt een aantal opties:

- **Cliënten**: dit is een lijst van alle cliënten die u hebt ingevoerd. De lijst wordt alfabetisch op achternaam samengesteld. Dubbelklik op een cliënt om een sessie met deze cliënt te openen. Bestaat er al een aanpassessie, dan wordt de meest recente sessie geopend.

- **Selecteer cliënt**: deze knop wordt getoond in plaats de Cliëntlijst als u inmiddels in Noah 4 een klant hebt geslecteerd. Klik op deze knop als u terug wilt naar de database om een andere klant te slecteren.

- **Sessies**: zodra u een cliënt selecteert uit de lijst, ziet u in de lijst Sessies alle aanpas- en audiometriesessies van die cliënt. Houdt u uw muispijl op een bepaalde sessies, dan kunt u de opmerkingen zien die u bij die sessie hebt gemaakt. Dubbelklik op een sessie om deze te openen. Wilt u een ouder audiogram bekijken, kies dan de sessie en klik op de knop *Bekijken*.

- **Recentste audiogram**: in dit veld ziet u de laatste meting. Wilt u het audiogram bewerken, klik dan op de knop Audiogram bewerken. Eerdere metingen kunt u niet bewerken, maar wel bekijken. Is er nog geen audiogram, klik dan op de knop *Audiogram invoeren* om het audiogramscherm te openen.

- **Huidige toestellen**: in dit veld ziet u de hoortoestellen en DEX-apparatuur van de laatste aanpassessie. U ziet de types en serienummers van de toestellen.

- **Opmerkingen**: dit is een tekstveld waarin u algemene info kunt zetten over uw cliënt, de aanpassing of overige zaken. Dit veld is niet gelinkt aan een specifieke sessie. Het toont teksten die u hebt ingevoerd in hetzij de COMPASS GPS stand-alone database, hetzij de Cliënt editor.

Bovenin de COMPASS GPS stand-alone database kunt u zoeken naar en werken met cliënten:



Cliënt toevoegen. Voeg een nieuwe cliënt toe. Hieronder vindt u meer informatie over het toevoegen van cliënten.



Bewerk cliënt. Bewerk de informatie over de gekozen cliënt.




Verwijder cliënt. Verwijder de gekozen cliënt uit uw database. Klikt u op dit symbool, dan verschijnt de vraag of u zeker weet dat u cliënt wilt verwijderen. Klik op *Ja* om de cliënt permanent uit de database te verwijderen.



Zoeken. Zet een naam (voornaam, tweede naam of achternaam) in het veld. Uw cliëntenlijst wordt beperkt tot de cliënten die voldoen aan de zoektekst. Het icoontje verandert in een kruis. Wilt u terugkeren naar de gehele lijst, klik dan op dit kruis.

Rangschik cliënten op. Gebruik de rollijst om aan te geven hoe u uw cliëntlijst wilt rangschikken. U kunt sorteren op voor- of achternaam, zowel aflopend en oplopend en u kunt ervoor kiezen om de cliënten die recent zijn geweest bovenaan de lijst te tonen.

Hebt u in de stand-alone database een cliënt toegevoegd of gekozen, dan kunt u verder gaan:




- Kies *Nieuwe sessie*, om verder te gaan met een nieuwe sessie.

- Kies een bestaande sessie uit de Sessielijst en klik op *Open sessie,* om met die betreffende sessie verder te gaan.

- Kies *Sluit GPS* om de database en Compass GPS af te sluiten. Noah 4 onthoudt uw cliëntkeuze. Opent u Compass GPS binnen 5 minuten opnieuw, dan wordt automatisch dezelfde cliënt gekozen en zal Compass GPS ook direct worden geopend.

Cliënteditor



Wilt u een cliënt toevoegen of bewerken, dan wordt de COMPASS GPS stand-alone database geopend. Dit is hetzelfde dialoogvenster dat wordt geopend als u kiest voor *Cliënt toevoegen* of *Cliënt bewerken* in de cliëntbrowser. Gebruik het dialoogvenster om demografische gegevens over uw cliënt in te voeren.

U kunt net zoveel velden invullen als u wilt. Alleen de voor- en achternaam zijn verplicht.


Gebruik het icoon *Meer velden* om het dialoogvenster uit te breiden, zodat alle informatie over de cliënt wordt getoond.

Naast de demografische gegevens kunt u ook opmerkingen toevoegen. Zet u tekst in het veld Opmerkingen, dan wordt dit weergegeven in de COMPASS GPS stand-alone database als u de cliënt selecteert. Op deze manier hebt u altijd toegang tot informatie over de cliënt.

Werkt u met de Cliënteditor, dan kunt u met uw muis het gewenste veld aanklikken, maar u kunt ook de Tab-toets gebruiken om van het ene veld naar het andere te gaan.

Hebt u alles ingevuld en/of veranderd, klik dan op *OK* om de informatie op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.

Audiogram



U kunt de audiograméditor openen door te klikken op *Audiogram invoeren* of *Audiogram bewerken* in het veld *Meest recente audiogram*. Hiermee wordt óf een lege audiogrameditor geopend óf het meest recente audiogram. Wilt u een eerder audiogram bekijken, selecteer dit dan in het *Sessieoverzicht* en klik op de knop *Bekijken*, of dubbelklik op de betreffende sessie in het *sessieoverzicht*.

De audiogramgegevens dienen als basis voor de berekeningen die door COMPASS GPS worden uitgevoerd.

Klik, om een audiogram in te voeren, op de betreffende drempelwaarden in het audiogram. Om u te helpen de juiste plaats te vinden is er een numerieke positiegids toegevoegd naast de cursor.

Wilt u een ander curvetype invoeren, kies dan het gewenste typen in het keuzeveld tussen de audiogramkaders.

- Gebruik HTL (Hearing Threshold Level) om de luchtgeleidingsgegevens in te voeren.
- Gebruik BCL (Bone Conduction Level) om de beengeleidingsgegevens in te voeren.
- Gebruik UCL (UnComfortable Level) om de onaangename luidheid in te voeren.

Alle meetpunten van hetzelfde type worden automatisch met elkaar verbonden. Vergist u zich bij het plaatsen van een meetpunt, dan kunt dit verplaatsen door op de juiste plek te klikken. Wilt u een meetpunt verwijderen, klik dan aanmaal met de rechter muistoets.


Kies *OK* om de audiogrammodule te sluiten.

Wilt u alle gegevens verwijderen, kies dan voor de knop *Verwijder audiogram* linksonder in het scherm. Er verschijnt dan de vraag of u zeker weet dat u de gegevens wilt verwijderen. Kies *Ja* om het audiogram permanent uit de database te verwijderen.

Wilt u het audiogramscherm sluiten zonder veranderingen aan te brengen, kies dan voor de knop *Annuleren*.

COMPASS GPS afsluiten

Wilt u de aanpassessie beëindigen, klik dan op *Sessie beëindigen* in de rechter bovenhoek van COMPASS GPS om af te sluiten en de gegevens op te slaan.



In het dialoogvenster dat nu verschijnt hebt u drie opties:

- Kies *Sessie beëindigen* om de gegevens op te slaan en het COMPASS GPS-scherm te sluiten. U keert vervolgens terug naar de COMPASS GPS stand-alone database.
- Kies *Sluit COMPASS* om zowel COMPASS GPS als de COMPASS GPS stand-alone database te sluiten.
- Kies *Annuleren* om terug te keren naar COMPASS GPS.

Dit document wordt aangeboden in elektronische vorm. Een papieren versie kan gratis worden opgevraagd op http://widex.pro/gps-startup-guide, de verwachte leveringstijd bedraagt 7 kalenderdagen. Het document is tevens beschikbaar op http://widex.pro/gps-startup-guide.

Copyright © Widex. Alle rechten voorbehouden.

Documentversie 3.0. Uitgave: 2019-11