COMPASS GPS

COMPASS GPS HASTA GEZGİNİ

COMPASS GPS hasta gezgini veritabanı, uygulama yazılımına girmeden önce hasta seçmenizi veya yeni hasta oluşturmanızı sağlayan küçük bir veritabanıdır. Bu veritabanı hastalarınızın demografik ve odyolojik bilgileri ile tüm uygulama ve odyogram oturumları, tüm işletim sistemine ulaşmadan da izleyebilmenizi sağlar. COMPASS GPS programını bir Noah veya Noah İş sistemi altında kullanıyorsanız, COMPASS GPS hasta veritabanı değil, Noah veritabanı kullanılır.

Odyograma ölçülen HTL, BCL ve UCL değerlerini girebilirsiniz. Veritabanı hastanıza ait giriş yaptığınız tüm odyogramları izleyebilir ve en son odyogramı düzenleyebilirsiniz. En son odyogram COMPASS GPS tarafından yapılan hesaplamalar ve tahminler için temel olarak kullanılır.

Veritabanı hastanızla birlikte yaptığınız uygulama ve odyogram oturumlarının listesini gösterir. Hasta listesinden hem en son hem de önceki uygulama oturumlarından birini açabilirsiniz. Aynı şekilde en son odyogram oturumunu açabilir ya da önceki odyogram oturumlarını izleyebilirsiniz.

COMPASS GPS hasta gezgininin açılması

Ayarlamanıza bağlı olarak COMPASS GPS hasta gezgini farklı şekillerde açılabilir.

Noah olmaksızın COMPASS GPS

Eğer bilgisayarınızda Noah yüklü değilse ve COMPASS GPS'i tek başına açarsanız, doğrudan hasta gezginine ulaşırsınız:

1. Masaüstündeki COMPASS GPS simgesine çift tıklayın, ya da *Başlat* menüsündeki simgeye tıklayın. COMPASS GPS programına giriş yapmanız istenir.

2. *Başharflerinizi* ve *Şifrenizi* girin ve *Giriş* seçeneğine tıklayın. COMPASS GPS hasta gezgini açılır.

3. Bir hasta seçin veya oluşturun, artık COMPASS GPS'e girebilir ve uygulama yapabilirsiniz. COMPASS GPS'i açmadan önce bir hasta seçmeniz gerekir. Eğer programı ilk kez açıyorsanız, devam etmeden önce bir hasta kaydı oluşturmanız gerekir.

COMPASS GPS ve Noah 4

Noah 4 bilgisayarınızda yüklü ise ve Noah'ı açmadan önce COMPASS GPS'i açtıysanız, COMPASS GPS Noah altında şeffaf olarak açılır.

1. Masaüstündeki COMPASS GPS simgesine çit tıklayın ya da *Başlat* menüsünden COMPASS GPS simgesini tıklayın.

2. Kullanıcı adı ve şifrenizi girin ve *Tamam* seçeneğini seçin. Bu Noah 4 Hasta Gezginini açar. Hasta Gezgini Noah 4 altında çalıştığı gibi çalışır. Burada hasta kaydı oluşturabilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. Gezgin Noah 4 yazılımında tanımladığınız sütunları gösterir.


3. Bir hasta seçin. Hastayı seçtiğiniz anda COMPASS GPS Hasta gezgini hasta bilgileriyle birlikte açılır. Şimdi var olan bir oturumu açabilir ya da hasta için yeni bir oturum başlatabilirsiniz. Ayrıca hastanızın odyogramını düzenleyebilir ya da yeni bir odyogram oluşturabilirsiniz.

4. Hasta gezginini kapatıp COMPASS GPS'i açmak için *Yeni oturum* veya *Oturum aç* seçeneğini seçin.

Noah 4 bilgisayarınızda yüklü ise ve COMPASS GPS programını Noah içinden açarsanız, COMPASS programı doğrudan Noah içinden seçtiğiniz hasta kaydını kullanarak açılır. Eğer Noah içinden hasta kaydı seçmediyseniz COMPASS'ı açmadan önce hasta kaydını seçmenizi sağlayacak Noah 4 Hasta gezgini açılır.

Hasta gezgini

COMPASS GPS'i açtığınızda, otomatik olarak hastalarınızın bir listesini gösteren Hasta gezginine ulaşırsınız. COMPASS GPS programına girmeden önce bir hasta seçmeniz gerekir.



Bir hastayı seçtiğinizde, gezginin farklı alanlarında hastayla ilgili bilgiler izlenebilir. Size bazı seçenekler sunulur:

- **Hastalar**: Bu oluşturduğunuz hastaların bir listesidir. Liste hastaların soyadlarına göre sıralanır. Bir hastaya ait oturumu açmak için çift tıklayın. Eğer hastaya ait uygulama oturumu varsa, en son oturum açılır.

- **Hasta seçimi:** Bu tuş Noah 4 Hasta Gezgini içinden bir hastayı seçtiğiniz durumlarda Hasta listesi yerine görünür. Hasta Gezginine dönmek ve yeni bir hasta seçmeniz gerektiğinde bu tuşa tıklayın.

- **Oturumlar**: Hasta listesinden bir hasta seçtiğinizde, Oturum listesi o hastaya ait tüm uygulama oturumlarını ve odyogramları gösterir. Farenin imlecini bir uygulama oturumunun üzerine getirdiğinizde, oturum için yapılan yorumları görebilirsiniz. Bir uygulama oturumunu açmak için üzerine çift tıklayın. Eski bir odyogramı görmek için oturumu seçin ve *Görüntüle* tuşuna tıklayın.

- **En son odyogram**: Bu alanda her zaman en son odyogram bilgisi gösterilir. Odyogramda düzenleme yapmak isterseniz, *Odyogramı düzenle* tuşuna tıklayın. Önceki odyogramlarda düzenleme yapamazsınız, yalnızca görüntüleyebilirsiniz. Eğer henüz odyogram oluşturmadıysanız, odyogram penceresini açmak için *Odyogram giriş* tuşuna tıklayın.

- **Mevcut cihazlar**: Bu alanda son uygulama oturumu sırasında seçilen işitme cihazları ve DEX cihazları görülür. Burada cihazların tipleri adları ve seri numaraları görülebilir.

- **Hasta yorumları**: Burası hastanız, uygulama veya diğer konularla ilgili genel yorumlarınızı yazabileceğiniz bir metin alanıdır. Bu alan özel bir oturuma bağlı değildir. Hasta gezgini ya da Hasta editöründe girdiğiniz metinleri gösterir.

COMPASS GPS hasta gezgini penceresinin üst kısmında hastalarınızı aratabilir ve işlemler yapabilirsiniz:



Hasta oluştur. Yeni hasta oluşturulur. Hasta oluşturma konusunda ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir.



Hastayı düzenle. Seçilen hastayla ilgili bilgileri düzenleyin.



Hastayı sil. Seçilen hastayı veritabanından silin. Bu simgeye tıkladığınızda, hastayı silmek isteyip istemediğiniz sorulur. Hastayı veritabanınızdan kalıcı olarak silmek için *Evet* seçeneğini seçin.



Ara. Alana bir ad yazın (ad, göbek adı veya soyadı). Yazdıkça hasta listesinde azalma olur ve arama metnine uygun olan hastalar gösterilir. Simge bir çarpı şeklini alır. Bir arama yaptıktan sonra hastaların tam listesini yeniden görmek için ‘çapraz’ simgesine tıklayın.


Hasta gezgini ile çalışmanızı tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:

- Seçilen hasta ile yeni oturum başlatmak için *Yeni oturum* seçeneğini seçin.

- *Oturum listesi*nden varolan bir oturumu seçin ve oturumla çalışmak için *Oturumu aç* seçeneğini seçin.

- Hasta gezgini ve COMPASS GPS’i kapatmak için *GPS’i kapat* seçeneğine tıklayın. Noah 4 hasta seçiminizi hatırlar. İlk 5 dakika içinde COMPASS GPS’i yeniden açarsanız aynı hasta otomatik olarak seçilir ve doğrudan COMPASS GPS açılır.

Hasta editörü



Hasta editörü bir hasta kaydı oluşturduğunuzda veya hastayı düzenlediğinizde açılır. Hasta gezgininde *Hasta oluştur* veya *Hastayı düzenle* simgelerinden birini seçtiğinizde aynı iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunu kullanarak hastanızın demografik bilgilerini girebilirsiniz.


Bu iletişim kutusundaki istediğiniz sayıda alanı doldurabilirsiniz. Ancak hastanızın adını ve soyadını mutlaka girmeniz gerekir.

Hastanızın demografik bilgileri yanında hastanızla ilgili yorumları da girebilirsiniz. Hasta yorumları alanına girdiğiniz her metin, hastayı seçtiğinizde Hasta gezgini tarafından gösterilir. Bu şekilde, hastayla ilgili önemli bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Hasta editörü ile çalışırken alanlara ulaşmak için farenizi kullanarak alanın üzerine tıklayın ya da bir sonraki alana geçmek için klavyedeki Sekme tuşuna basın.

Hasta editöründe çeşitli alanları doldurduktan veya değişiklik yaptıktan sonra, bilgileriniz kaydetmek ve iletişim kutusunu kapatmak için *Tamam* seçeneğine tıklayın.

Odyogram



Odyogram editörünü *En son odyogram* alanındaki *Odyogram girişi* veya *Odyogramı düzenle* tuşuna tıklayarak açabilirsiniz. Bu işlemle Odyogram editörü boş olarak ya da seçilen hastaya ait en son girilmiş odyogram ile açılır. Önceki odyogramlardan birini görmek isterseniz, *Oturumlar* listesinden seçin ve *Görüntüle* tuşuna tıklayın, ya da Oturum listesinde bu girişe çift tıklayın.

Odyograma giriş yaptığınız veriler COMPASS GPS tarafından yapılan hesaplamalarda kullanılır.

Bir hastanın işitme eşiklerini girmek için imleci odyogram üzerine getirin ve ölçülmüş değerlerin işaretlerini yerleştirmek için odyogram üzerinde tıklayın. İşaretleri doğru konuma yerleştirmenize yardımcı olması için imlecin yan tarafında konumun sayısal değeri gösterilir.

Başka bir eğri tipinin girişini yapmak için, seçim alanından eğri tipini seçin.

- Hava iletim verilerini girmek için HTL (İşitme Eşikleri Düzeyi) seçeneğini kullanın.

- Kemik iletim verilerini girmek için BCL (Kemik İletim Düzeyi) seçeneğini kullanın.
- UCL verilerini girmek için UCL (Rahatsız Edici Düzey) seçeneğini kullanın.

Aynı türdeki işaretler odyogram alanına yerleştirildiklerinde otomatik olarak birbirine bağlanır. Bir işareti yanlış yerleştirirseniz, örneğin 1000 Hz için, yerini değiştirmek için 1000 Hz çizgisi üzerinde başka bir noktaya tıklamanız yeterlidir. Yerleştirilmiş bir işareti silmek için sağ fare tuşu ile bir kez tıklayın.


Odyogramı tamamladığınızda odyogram modülünü kapatmak için *Tamam* seçeneğine tıklayın.

Tüm verileri silmek isterseniz pencerenin sol alt köşesindeki *Odyogramı sil* tuşuna tıklayın. Bu tuşa tıkladığınızda odyogramı silip silmek istemediğiniz sorulur. Odyogram veritabanınızdan tamamen silmek için Evet seçeneğini seçin.

Odyogram penceresini herhangi bir değişiklik yapmadan kapatmak için *İptal* tuşuna tıklayın.

COMPASS GPS'in kapatılması

Bir uygulama oturumu tamamladıktan sonra COMPASS GPS'i kapatmak ve verileri kaydetmek için pencerenin sağ üst köşesinde *Oturumu sonlandır* seçeneğine tıklayın.



Görülen iletişim kutusunda üç seçenek sunulur:

- Oturumu kaydetmek için *Oturumu sonlandır* seçeneğine tıklayın. Hasta gezginine geri dönülür.
- Verileri kaydetmek ve hem COMPASS GPS penceresini hem de Hasta gezginini kapatmak için *COMPASS'ı kapat* seçeneğini seçin.
- COMPASS GPS penceresine dönmek için *İptal* seçeneğini seçin.

Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadır. Bu belgenin basılı formunu http://widex.pro/gps-startup-guide adresinden ücretsiz olarak talep edebilirsiniz, tahmini gönderim süresi 7 takvim günüdür. Bu belgeyi http://widex.pro/gps-startup-guide adresinde de bulabilirsiniz.

© Widex. Tüm hakları saklıdır

Belge sürümü: 3.0. Yayınlanma: 2019-11