KURZANLEITUNG

COMPASS GPS

HÖRSYSTEME ERKENNEN


Einführung

In dieser Kurzanleitung wird das Erkennen und Verbinden von Hörsystemen in COMPASS erklärt. Vor einer Anpassung müssen Sie alle Hörsysteme erkennen und eine Verbindung herstellen.

Verbindung der Hörsysteme

Um die Hörsysteme zu erkennen und zu verbinden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie Ihren Kunden in Ihrer Datenbank und starten Sie COMPASS.



2. Wählen Sie im Fenster **SITZUNGSBEGINN** oder **HÖRSYSTEM-WAHL** die Programmierschnittstelle in der Aufklappliste ganz oben im Arbeitsbereich. Als Vorgabe wird die zuletzt verwendete Schnittstelle angezeigt. Die Anzahl der angezeigten Programmierschnittstellen hängt davon ab, wie viele Schnittstellen Sie angeschlossen haben.

3. Klicken Sie im Fenster SITZUNGSBEGINN oder HÖRSYSTEM-WAHL auf die Schaltfläche *Verbinden*.

   COMPASS erkennt alle Hörsysteme in Reichweite und zeigt diese in einem Dialogfenster an.

4. Wenn sich mehrere eingeschaltete Hörsysteme in der Nähe einer drahtlosen Programmierschnittstelle befinden, kann es schwierig sein, das für die jeweilige Seite korrekte Hörsystem zu identifizieren. Um die Hörsysteme leichter zu identifizieren, können Sie die Schaltflächen mit der Note (*Abspielen*) in der Spalte

HG identifizieren nutzen. Wenn Sie auf eine dieser Schaltflächen klicken, gibt das entsprechende Hörsystem einen Ton von sich, so dass Sie erkennen können, um welches Hörsystem es sich handelt.

5. Wählen Sie, welches Hörsystem für die rechte und welches für die linke Seite angepasst werden soll, indem Sie in den Spalten *Rechts wählen* und *Links wählen* auf die entsprechenden Optionsfelder klicken.



6. Wenn Sie die Hörsysteme ausgewählt haben, klicken Sie auf *Weiter*, um fortzufahren. Das Dialogfenster *Verbindungs-Status* wird geöffnet. Hier sehen Sie die Hörsysteme. Das Dialogfenster zeigt die Modellbezeichnungen, Seriennummern und Optionen der Hörsysteme.

7. In der Aufklappliste können Sie EarWare wählen bzw. ändern. Die gewählten Einstellungen müssen mit den tatsächlich vorhandenen Gegebenheiten übereinstimmen. Andernfalls sind die errechneten Anpassdaten nicht korrekt und Ihr Kunde wird von seinem Hörsystem nicht in vollem Umfang profitieren können.

8. Klicken Sie auf *Weiter*. Die Hörsysteme sind nun verbunden. Anstatt der Schaltfläche *Verbinden* sehen Sie jetzt die Schaltfläche *Verbindung trennen*.

Weitere Informationen und Ratschläge finden Sie in der Hilfe, die Sie durch Klicken auf das Fragezeichen in der oberen Navigationsleiste von COMPASS oder durch Drücken von F1 öffnen.

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Sie können eine kostenlose gedruckte Version dieser Anleitung auf http://widex.pro/gps-startup-guide bestellen, die voraussichtliche Lieferzeit beträgt ca. 7 Kalendertage. Sie können dieses Dokument natürlich auch Herunterladen auf http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Alle Rechte vorbehalten

Dokumentversion: 2.0. Erstellt: 2019-11