COMPASS GPS

DÉTECTER LES AIDES AUDITIVES

Introduction


Ce guide rapide explique comment détecter / connecter les aides auditives dans COMPASS. Vous devez détecter toutes les aides auditives et vous y connecter avant d'effectuer une programmation.

Connecter les aides auditives

Faites comme suit pour détecter et connecter les aides auditives :

1. Sélectionnez votre patient dans la base de données, puis ouvrez COMPASS.

2. Depuis la fenêtre DÉMARRER SESSION ou SÉLECTION, sélectionnez une interface de programmation dans la liste déroulante en haut de l'espace de travail principal. Le choix par défaut est l'interface que vous avez utilisée en dernier. Le nombre d'interfaces de programmation affiché dépend des interfaces que vous avez connectées.



3. Sélectionnez le bouton *Connecter* en haut de la fenêtre DÉMARRER SESSION ou SÉLECTION.

   COMPASS détecte toutes les aides auditives qu'il voit et les affiche dans une boîte de dialogue.

4. Lorsque deux (ou plusieurs) aides auditives sont allumées près d'une interface de programmation sans fil, trouver l'aide auditive qui correspond au côté droit ou gauche peut être difficile. Pour vous aider à

identifier les aides auditives, utilisez les boutons *Jouer* sous le titre *Identifier AA*. Lorsque vous sélectionnerez un bouton *Jouer*, l'aide auditive correspondante émettra un son pour vous indiquer où elle se trouve.

5. Utilisez les boutons radio des colonnes *Sélectionner droite* et *Sélectionner gauche* pour définir l'aide auditive à utiliser pour le côté droit et le côté gauche.



6. Lorsque vous aurez sélectionné les aides auditives, sélectionnez *Suivant* pour continuer. La boîte de dialogue État de la connexion apparaît. Vous pourrez y voir les aides auditives. La boîte de dialogue affiche le modèle, le numéro de série et les options des aides auditives.

7. Utilisez les listes déroulantes pour choisir ou changer le système de maintien auriculaire. Il est important que vous choisissiez le réglage qui correspond au système de maintien auriculaire de votre patient. Sinon, les données de programmation ne seront pas correctes et votre patient ne tirera pas pleinement profit de l'aide auditive.

8. Sélectionnez *Suivant*. Désormais, les aides auditives sont connectées. Le bouton Déconnecter s'affiche à la place du bouton Connecter.

Ce document est fourni sous forme électronique. Vous pouvez faire la demande d'une version papier gratuitement sur http://widex.pro/gps-startup-guide. Délai de livraison estimé à 7 jours ouvrés. Le document est désormais disponible sur http://widex.pro/gps-startup-guide.

Pour plus d'informations et de conseils, ouvrez le Système d'aide depuis la barre de navigation du programme COMPASS ou appuyez sur le bouton F1 de votre clavier.

© Widex. Tous droits réservés

Version du document : 2.0 . Publié : 2019-11