КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

COMPASS GPS

ОБНАРУЖЕНИЕ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Введение


В данном руководстве вы найдете информацию о том, как обнаружить/подсоединить слуховые аппараты в COMPASS. Вы должны обнаружить все слуховые аппараты и подсоединить их до того, как начнете настройку.

Подсоединение слуховых аппаратов

Выполните следующую процедуру, чтобы обнаружить и подсоединить слуховые аппараты:

1. Найдите пациента в базе данных и откройте COMPASS.

2. В окне НАЧАЛО СЕАНСА или ВЫБОР выберите программирующий интерфейс из выпадающего списка, расположенного в верхней части главной рабочей области. По умолчанию выбран тот интерфейс, который вы использовали в последний раз. Количество программирующих интерфейсов, которые вы видите, зависит от интерфейсов, которые вы подсоединили.



3. Выберите клавишу *Соединить* в верхней части окна НАЧАЛО СЕАНСА или ВЫБОР.

   COMPASS обнаружит все слуховые аппараты в радиусе действия и отобразит их в диалоговом окне.

4. Если рядом с беспроводным программирующим интерфейсом находятся два (или более) включенных слуховых аппаратов, то может быть сложно обнаружить нужный слуховой аппарат для каждой стороны. Чтобы было легче обнаружить слуховые аппараты, используйте клавиши Проиграть под заголовком Идентифицировать СА. После того как вы нажали клавишу Проиграть, соответствующий слуховой аппарат издаст звук, чтобы вы могли определить его местонахождение.

5. Выберите, какой слуховой аппарат вы хотите использовать для правой стороны, а какой- для левой, используя соответствующие кнопки-переключатели в колонках *Выбрать правый* и *Выбрать левый.*

6. После того как вы выбрали слуховые аппараты, выберите *Далее*, чтобы продолжить. Появится диалоговое окно Состояние соединения. Здесь вы можете увидеть слуховые аппараты. Диалоговое окно показывает модель, заводской номер и опции слуховых аппаратов.



7. Используйте выпадающие списки, чтобы выбрать/изменить детали EarWare. Крайне важно выбрать установку, которая соответствует фактическому модулю ушного вкладыша Вашего пациента. В противном случае данные настройки будут неверными, и пациент не получит всех преимуществ от использования слухового аппарата.

8. Выберите Далее. Теперь ваши слуховые аппараты подключены. Вместо клавиши Соединить появится клавишу Отсоединить.

Для получения более подробной информации откройте Справку на верхней навигационной панели программы COMPASS или нажмите клавишу F1 на Вашем экране.

Этот документ представлен электронном формате. Бумажную копию можно бесплатно запросить через сайт http://widex.pro/gps-startup-guide, она будет доставлена примерно через 7 календарных дней. Этот документ также доступен на http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Все права защищены

Версия документа: 2.0. Выход: 2019.11