KRÓTKI PRZEWODNIK

COMPASS GPS

ROZPOZNAJ APARATY SŁUCHOWE

Wprowadzenie


Ten krótki przewodnik wyjaśnia, w jaki sposób rozpoznać / podłączyć aparaty słuchowe w programie COMPASS. Wszystkie aparaty słuchowe muszą zostać rozpoznane w sposób bezprzewodowy, co oznacza, że muszą zostać podłączone przed rozpoczęciem dopasowania.

Podłączenie aparatów słuchowych

Aby rozpoznać i podłączyć aparaty słuchowe należy:

1. Wybrać pacjenta z bazy danych i otworzyć program COMPASS.

2. W oknie ROZPOCZĘCIE SESJI lub WYBÓR, z listy rozwijanej, znajdującej się w górnej części głównego obszaru roboczego, wybrać interfejs programujący. Domyślnie jest to interfejs wybrany przy poprzednim dopasowaniu. Liczba dostępnych na liście interfejsów zależy od tego, ile zostało ich podłączonych do programu.



3. Nacisnąć przycisk *Połącz*, znajdujący się u góry okna ROZPOCZĘCIE SESJI lub WYBÓR.


   Program COMPASS rozpozna wszystkie aparaty słuchowe znajdujące się w zasięgu i wyświetli je w oknie dialogowym.

4. Jeśli w pobliżu bezprzewodowego interfejsu programującego włączone są dwa (lub więcej) aparaty słuchowe, mogą wystąpić trudności w znalezieniu właściwego aparatu dla prawego i lewego ucha. W celu

lepszej identyfikacji aparatów, należy skorzystać z przycisków *Odtwórz*, pod napisem *Rozpoznaj*. Po naciśnięciu tego przycisku w odpowiednim aparacie zabrzmi sygnał identyfikujący.

5. Zaznaczyć, który aparat ma być do prawego, a który do lewego ucha, klikając na odpowiednie przyciski w kolumnach *Dobór prawego* oraz *Dobór lewego*.

6. Po przypisaniu aparatów, należy kliknąć na przyciski *Dalej*, aby przejść do kolejnego okna. Wyświetli się okno dialogowe *Dobrane aparaty słuchowe*, w którym możemy zobaczyć model, numer seryjny oraz opcje dopasowywanych aparatów słuchowych.



7. Korzystając z list rozwijanych wybieramy lub zmieniamy końcówki EarWare. Ważne jest odpowiednie dobranie końcówek do zestawu doprowadzania dźwięku, który posiada użytkownik aparatu. W przeciwnym razie parametry dopasowania będą nieprawidłowe, a użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać z zalet aparatów słuchowych.

8. Następnie należy nacisnąć przycisk *OK*. Aparaty słuchowe są teraz podłączone. Przycisk *Połącz* zmienia się teraz na przycisk *Odłącz*.

Niniejszy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji może zostać zamówiona na specjalne życzenie bez dodatkowej opłaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-guide, a czas oczekiwania na dostawę wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostępny jest również pod adresem: http://widex.pro/gps-startup-guide.

Więcej informacji i instrukcji znajduje się w dziale Pomoc, dostępnym na poziomym pasku nawigacji w oknie programu COMPASS, lub po naciśnięciu klawisza F1.

© Widex. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja dokumentu: 2.0. Wydany: 2019-11