
COMPASS GPS

調整

簡介



此導引簡介 Compass 的調整視窗.

在調整主題的左側導航欄中, 您可以使用反饋測試,Sensogram 和適應,以及工具 Audiometry, Rationale 和 Fitting 精靈.

調整概觀

調整概觀子視窗是調整視窗的首頁, 顯示調整狀態的概觀. 此視窗顯示僅根據聽力圖的調整是足夠, 但若要更精確的調整, 則需做 in-situ 測量, 例如: Feedback test 和 Sensogram.


您可以在此視窗口選擇不同的瀏覽圖表和該圖表的特殊設定. 在兩個圖形間的下拉列表中選擇瀏覽圖表. 在此您可選擇即時,頻譜,輸出,增益和 SoundTracker 圖表.

在視窗中間的「調整狀態」窗格中，您可以看見有關調整的基本資訊。此畫面部份的配置取決於選擇的助聽器，不過通常會出現於聽力圖調整的狀態，而且可以查看是否已進行反饋測試和 Sensogram。

快捷導引

調整精靈

對於 MOMENT 以外的所有助聽器系列，您都可以從左側導覽列中的 FITTING 主題下開啟調整精靈。 調整精靈是個工作導引, 引導執行 feedback test, Sensogram 和 Adaptation (適應), 達到最佳的調整設定. 在精靈中的所有建議執行測量功能都非必需的, 您可隨時結束.



調整精靈的第一步驟是 feedback test. 當啟動調整精靈, 它會展現在左導覽列. 完成後, 點按完成精靈. 所有的調整都會被儲存, 回到調整概觀視窗.

這種啟動指南是以電子形式提供, 若要紙本, 也可以免費向http://widex.pro/gps-startup-guide 索取, 預計交付時間7
天. 啟動指南也可在 http://widex.pro/gps-startup-guide 瀏覽.

若要更詳細的資訊, 請開啟 Compass 程式的導覽列中的小幫手, 或按鍵盤上的 F1 按鈕.

© Widex. 版權所有

Document version: 2.0. Issued: 2019-11