GUIDE RAPIDE


COMPASS GPS

PROGRAMMATION

Introduction

Ce guide rapide vous explique le fonctionnement de la rubrique PROGRAMMATION dans COMPASS.

Depuis la barre de navigation gauche dans la rubrique ADAPTATION, vous pouvez accéder au test du Larsen, au Sensogramme et à la programmation, ainsi qu'aux outils Audiométrie, Méthodologie d'adaptation et Assistant d'appareillage.



Aperçu général sur la programmation


La fenêtre d'aperçu général Programmation est la page de départ de la rubrique PROGRAMMATION. Elle vous donne un aperçu de l'état de votre programmation. Cette fenêtre vous informe qu'une programmation basée sur un audiogramme uniquement est suffisante, mais que COMPASS vous conseille de faire une programmation plus précise grâce à des mesures in situ, tels qu'un Test du Larsen et un Sensogramme.

Vous pouvez choisir parmi différents affichages graphiques de cette fenêtre, ainsi que les réglages spécifiques pour l'affichage sélectionné. Sélectionnez la liste déroulante *Affichages* située entre les représentations graphiques. Cela ouvre une liste de plusieurs possibilités qui vous permet de choisir parmi les réglages performance en temps réel et spectrale, sortie, gain et SoundTracker.

Dans le volet État de l’adaptation au milieu de la fenêtre, vous pouvez voir les informations de base concernant la programmation. La disposition de cette section de l'écran dépend des aides auditives sélectionnées, mais, en règle générale, vous obtenez un rapport sur la programmation basée sur l’audiogramme, et vous pouvez vérifier si un test du Larsen et un Sensogramme ont été réalisés.

Assistant d'appareillage

Pour toutes les séries d'aides auditives, à l'exception de MOMENT, vous pouvez ouvrir l'Assistant d’appareillage depuis la barre de navigation gauche sous la rubrique PROGRAMMATION. L'Assistant d'appareillage est une méthode de travail qui vous guidera pour effectuer un test du Larsen, un Sensogramme et régler l'Accoutumance afin d'obtenir la meilleure programmation possible, recommandée par WIDEX. L'ensemble des trois fonctionnalités de l'assistant sont optionnelles et vous pouvez quitter l'assistant quand vous le voulez.



L'Assistant d'appareillage démarre avec l'étape 1, le test du Larsen. Lorsque vous ouvrez l'assistant d'appareillage, la barre de navigation gauche change pour refléter les étapes de l'assistant. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Quitter l'assistant. Tous les ajustements sont enregistrés et vous retournez à la fenêtre d'aperçu général Programmation qui est désormais actualisée avec les actions que vous avez effectuées avec l'Assistant d'appareillage.

Ce document est fourni sous forme électronique. Vous pouvez faire la demande d'une version papier gratuitement sur http://widex.pro/gps-startup-guide. Délai de livraison estimé à 7 jours ouvrés. Le document est désormais disponible sur http://widex.pro/gps-startup-guide.

Pour plus d'informations et de conseils, ouvrez le Système d'aide depuis la barre de navigation du programme COMPASS ou appuyez sur le bouton F1 de votre clavier.

© Widex. Tous droits réservés

Version du document : 2.0 . Publié : 2019-11