퀵 가이드

COMPASS GPS


사용 설정

소개

본 퀵가이드는 COMPASS 의 '사용 설정' 테마를 다룹니다. 이 테마는 DEX, CROS/BiCROS 및 보청기 설정에 관한 접근을 제공합니다. DEX 와 CROS/BiCROS 에 관한 별도의 퀵가이드가 있으니 참고하십시오.

보청기 설정

'보청기 설정' 창은 아래의 4 가지 탭으로 구성되어 있습니다:



- **경보음 설정**. 보청기에 사용할 음향경보 기능을 설정하는 탭입니다. 원하지 않는 경보음 일부를 해제할 수도 있습니다. 경보음 기능의 사용/해제 (on/off) 설정은 양쪽 보청기에 동시에 적용되며 기본설정은 사용 (on) 상태입니다 (반대편 인식실패 경고는 제외). 레벨 보정 및 기타 기능들도 이

퀵 가이드

탭에서 설정할 수 있습니다. 일부 보청기의 경우 기능의 사용/해제 설정 바로 아래에 있고, 다른 보청기의 경우에는 창의 우측 상단에 있는 *설정* 버튼을 클릭하여 추가 기능을 설정할 수 있습니다. 드롭다운 리스트를 사용하여 해당 기능에 대하여 원하는 설정을 선택할 수 있습니다. 스마트톤 (SmartTone)과 스마트스피크 (SmartSpeak)의 소리 크기 조절도 가능합니다.

- **사용자 조절.** 시작 모드, 프로그램, 음량조절기, 선호도 조절과 같은 보청기의 사용자용 조절기를 설정할 수 있습니다.
- **InterEar 설정.** InterEar (양이 통신) 기능을 사용/해제 (on/off)합니다. 기본설정은 "on"입니다.
- **센터/클리닉 옵션**. 이 탭에는 '서비스 확인'과 '안전코드' 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 기능들은 실제 피팅에는 아무 영향이 없으며 피팅 담당자에게만 관련있습니다. '서비스 확인' 기능은 고객에게 센터 재방문 시기를 보청기로 알려주는 기능이며 '안전코드' 사용시 일정 시간동안 피팅 담당자 이외의 타인은 설정된 코드를 모르고서는 고객의 보청기를 피팅할 수 없도록 합니다.

휴대장치 연결

일부 보청기는 블루투스 휴대장치와 페어링할 수 있습니다. 고객의 보청기가 블루투스 장치와 제대로 통신하지 않는 경우 보청기에 있는 모든 페어링을 삭제하고 다시 연결을 설정하면 문제가 해결되기도 합니다. 아래를 참고하세요:

1. *휴대장치 연결* 창을 엽니다.
2. *모든 페어링 삭제*를 클릭합니다. 페어링 삭제를 묻는 작은 대화상자가 열립니다.
3. *예*를 클릭합니다. 이로써 보청기에 있던 모든 블루투스 페어링이 삭제됩니다. 보청기와 페어링되어 있는 COM-DEX 나 CALL-DEX 에는 아무런 영향이 없습니다.
4. 블루투스 장치에서 (휴대전화, 태블릿 등) 보청기와의 페어링을 직접 삭제합니다.
5. 휴대장치에서 블루투스 페어링을 실시합니다. 휴대장치 제조사의 블루투스 페어링 관련 가이드를 참고하십시오.

퀵 가이드

사용법 설명

‘기타 도구’ 하단에 있는 ‘사용법 설명’을 클릭하면 DEX 사용방법에 대한 창이 나타납니다. DEX 장치의 외관, 여러 버튼과 표시부를 설명하는 창입니다. 또한 DEX 장치의 사용방법을 설명하는 데모 동영상이 포함되어 있습니다.



추가 정보와 설명이 필요하신 경우 COMPASS 프로그램의 상단 바에 있는 도움말 기능을 열거나 키보드의 F1 키를 누르시기 바랍니다.

이 문서는 전자형태로 제공됩니다. 이 설명서의 종이 버전은 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서 무상으로 요청하실 수 있으며 배송은 영업일 기준 7 일 정도 소요됩니다. 이 문서는 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서도 제공됩니다.

Copyright © Widex. All rights reserved.

Document version: 2.0. Issue date: 2019-11