GUIDE RAPIDE

COMPASS GPS


GESTION

Introduction

Ce guide rapide traite de la rubrique GESTION dans COMPASS. Dans cette rubrique, vous pouvez accéder à DEX, CROS/BiCROSS et Configuration AA. Veuillez noter qu'il existe des guides rapides séparés pour DEX et CROS/BiCROS.

Configuration AA

La fenêtre Configuration AA comprend les quatre onglets suivants :



- **Indicateurs acoustiques**. Cet onglet vous permet de définir les différentes indications sonores qu'utilisent les aides auditives. Il vous permet également de désactiver certains indicateurs. Veuillez noter que les réglages marche/arrêt des indicateurs sont uniquement binauraux et que ces fonctionnalités sont activées par défaut (à l'exception de Aide auditive partenaire). Vous pouvez également accéder aux fonctionnalités du niveau par défaut et à d'autres fonctionnalités sous cet onglet. Pour certaines aides auditives, ces réglages sont placés directement sous les réglages marche/arrêt, et pour d'autres aides auditives, vous

pouvez trouver les fonctionnalités supplémentaires en cliquant sur le bouton Réglages en haut à droite de la fenêtre. Utilisez les listes déroulantes pour sélectionner les réglages souhaités pour les fonctionnalités. Vous pouvez initialiser les niveaux de SmartTone et SmartSpeak.

- **Fonctions contrôlées par l'utilisateur.** Vous pouvez y définir les réglages des fonctions contrôlées par l'utilisateur de l'aide auditive, comme le mode de démarrage, le programme, le contrôle du volume ou le contrôle de la préférence.

- **Configuration Interaurale.** Activez ou désactivez les fonctionnalités interaurales. Le réglage par défaut est “marche”.

- **Les options cliniques**. Cet onglet contient les fonctionnalités Rappel service et Code de sécurité. Ces fonctionnalités n'ont aucune influence sur la programmation actuelle, mais elles peuvent avoir une importance pour vous. Le Rappel service rappelle à votre patient qu'il est temps pour lui de prendre un rendez-vous avec vous et le Code de sécurité garantit que les aides auditives de votre patient ne peuvent pas être programmées ailleurs pendant une période donnée à moins d'avoir accès au code.

Connectivité mobile

Certaines aides auditives peuvent être appairées aux appareils mobiles Bluetooth. Si les aides auditives de votre patient ne communiquent pas correctement avec les appareils Bluetooth, vous pouvez supprimer tous les appairages des aides auditives et les rétablir. Cela résout bien souvent le problème. Faites comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre *Connectivité mobile*.

2. Cliquez sur *Supprimer tous les appairages*. Une petite boîte de dialogue s'ouvre et vous demande si vous voulez supprimer les appairages.

3. Cliquez sur *Oui*. Cela supprime tous les appairages Bluetooth des aides auditives. Cependant, cela n'influence pas les COM-DEX ou CALL-DEX appairés aux aides auditives.

4. Sur les appareils Bluetooth (téléphone portable, tablette, etc.), supprimez manuellement l'appairage aux aides auditives.

Rétablissez manuellement les appairages Bluetooth sur les appareils mobiles. Veuillez suivre les notices des fabricants des appareils mobiles sur la façon d'établir des appairages Bluetooth.

Instructions

Sous PLUS D'OUTILS vous avez accès à la fenêtre Instructions DEX. Cette fenêtre vous montre les appareils DEX et définit les différents boutons et indicateurs. Elle vous donne également accès aux vidéos de démonstration qui vous expliquent comment utiliser les appareils DEX.



Ce document est fourni sous forme électronique. Vous pouvez faire la demande d'une version papier gratuitement sur http://widex.pro/gps-startup-guide. Délai de livraison estimé à 7 jours ouvrés. Le document est désormais disponible sur http://widex.pro/gps-startup-guide.

Pour plus d'informations et de conseils, ouvrez le Système d'aide depuis la barre de navigation du programme COMPASS ou appuyez sur le bouton F1 de votre clavier.

© Widex. Tous droits réservés

Version du document : 2.0 . Publié : 2019-11