GUIDA RAPIDA

COMPASS GPS


GESTIONE

Introduzione

Questa Guida Rapida si occupa dell'area GESTIONE di COMPASS. Da qui potete accedere anche alle voci DEX, CROS/BiCROS e Configurazione AA. Si prega di notare che per i dispositivi DEX e per le soluzioni CROS/BiCROS potete consultare le guide rapide dedicate.

Configurazione AA

La schermata Configurazione AA è formata dalle seguenti 4 schede:



- **Avvisatori acustici** Il pannello Avvisatori acustici vi permette di definire i diversi segnali di avvertimento sonori che emette l'apparecchio acustico. Inoltre, vi consente di disabilitare alcune funzioni sonore di avvertimento. Si fa notare che le regolazioni on/off degli avvisatori acustici sono solo binaurali. Come impostazione predefinita tali funzioni sono attive (tranne che quella per la perdita di comunicazione tra i due apparecchi). Da questa stessa scheda è possibile accedere anche ad altre funzioni ed alle regolazioni di bilanciamento del livello (offset) Per alcuni apparecchi acustici, queste regolazioni si

trovano direttamente sotto le funzioni di accensione e spegnimento, mentre per altri apparecchi acustici sono considerate funzioni extra, accessibili cliccando sul pulsante Impostazioni situato in alto a destra nella schermata. Selezionate l'impostazione preferita per le funzioni dall'elenco a discesa. Potete regolare l'offset dei livelli dei segnali di avvertimento SmartTone e SmartSpeak.

- **Controlli utente** Da qui potete definire le regolazioni dei controlli dell'apparecchio acustico a disposizione dell'utente, come ad esempio il controllo del volume, la modalità di avvio oppure il controllo preferenza.

- **Configurazione InterEar** Questa funzione, come impostazione predefinita, è attiva, ma potete anche disattivarla.

- **Opzioni cliniche** Questa scheda contiene le informazioni circa i Codici Sicurezza ed il Memo Assistenza. Sono funzioni che non influenzano il fitting in corso, ma che possono essere utili per il vostro lavoro. Il Memo Assistenza è una funzione che ricorda al cliente quando è arrivato il momento di rivolgersi al vostro Centro per un controllo, mentre il Codice Sicurezza fa in modo che l'apparecchio - per un determinato periodo di tempo - non possa essere regolato né modificato da altri, a meno che non siano persone autorizzate ed in possesso dello specifico codice di accesso.

Connessione dispositivi mobili

Alcuni apparecchi acustici possono essere accoppiati con i dispositivi mobili dotati di Bluetooth. Nel caso in cui gli apparecchi acustici del cliente non siano in grado di comunicare correttamente con un dispositivo Bluetooth, rimuovere tutti gli accoppiamenti già esistenti dagli apparecchi e ripetere la procedura di accoppiamento. Questo, il più delle volte risolve il problema. Ecco come fare:

1. Aprire la schermata *Connessione* M*obile*.

2. Cliccare su *Rimuovi tutti gli accoppiamenti.* La piccola finestra di dialogo che si apre chiede se si desiderano rimuovere tutti accoppiamenti.

3. Cliccare *Sì*. Questo consente di cancellare tutti gli accoppiamenti Bluetooth memorizzati in precedenza negli apparecchi acustici. Questo comando, comunque, non influenza gli eventuali dispositivi COM-DEX o CALL-DEX accoppiati con gli apparecchi.

4. Sui dispositivi Bluetooth (telefono cellulare, tablet ecc), rimuovere manualmente l'abbinamento con gli apparecchi acustici.

Ristabilire manualmente gli accoppiamenti Bluetooth sui dispositivi mobili. Seguire le indicazioni presenti sul manuale della casa produttrice del dispositivo mobile, per stabilire i nuovi accoppiamenti Bluetooth.

Istruzioni

Dalla voce ALTRI STRUMENTI potete accedere alla schermata con le istruzioni per i dispositivi DEX. Questa schermata mostra i DEX, definendo i diversi pulsanti e gli indicatori. Inoltre, vi permette di accedere ai video dimostrativi che mostrano come utilizzare i dispositivi DEX.



Per ulteriori informazioni e consigli aprire l´Aiuto dalla barra di navigazione superiore di COMPASS, oppure premere il pulsante F1 sulla tastiera.

Questo documento viene fornito in formato elettronico. La versione cartacea può essere richiesta gratuitamente a http://widex.pro/gps-startup-guide e la si può ricevere via posta in circa 7 giorni lavorativi. Il documento è disponibile anche tramite questo link: http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Tutti i diritti riservati.

Versione documento V2.0. Data pubblicazione: 2019-11