QUICK GUIDE

COMPASS GPS

KEUZE

Inleiding

In deze quick guide wordt het thema KEUZE in COMPASS toegelicht.

⚠	Sommige hoortoestellen hebben een maximale geluidsdruk die hoger is dan 132 dB SPL. Let extra goed op bij het werken met deze hoortoestellen, omdat deze een schadelijke geluidsdruk kunnen geven. COMPASS GPS toont een dialoogvenster met een waarschuwing als u high-power hoortoestellen selecteert.

Let er bij gebruik van REMOTE CARE op dat:

⚠	REMOTE CARE uitsluitend bedoeld is voor personen ouder dan 18 jaar. REMOTE CARE niet bedoeld is voor personen die gebruik maken van een high power hoortoestel of een high power ontvanger in een of beide oren.

Selecteer hoortoestel

In het midden van het scherm kunt u specifieke series, modellen, etc kiezen met behulp van rollijsten en knoppen. Gebruik de knoppen om RIC/RITE-, AHO-, IHO- en CIC-hoortoestellen te zien en gebruik de zes rollijsten om de hoortoestellen te filteren, zodat u alleen de toestellen met de gewenste elementen ziet.

Kiest u een knop, bijv. de CIC-knop, dan worden alle CIC-toestellen weergegeven onder in het veld. Kiest u tevens the AHO-knop, dan worden alle beschikbare CIC- en AHO-toestellen getoond. Hetzelfde geldt voor de rollijsten – u kunt filteren wat u wilt zien.




Kiest u voor de optie *Markeer geschikt aanpasbereik*, dan wordt onder de hoortoestellen die binnen het benodigde aanpasbereik vallen een vinkje getoond.

Onder in dit scherm kunt u alle beschikbare hoortoestellen zien, afhankelijk van de keuzes die u in het midden van het scherm hebt gemaakt. U beschikt nu over een aangepaste selectie van de beschikbare hoortoestellen, in die zin dat u zelf aangeeft welke hoortoestellen u wilt zien. Gebruik de horizontale scrollbalk om alle beschikbare hoortoestellen te bekijken.

Hoortoestelinformatie

Gebruik de muispijl om een set hoortoestellen te kiezen. Houdt u de muispijl op een hoortoestel, kies dan het rode R-symbool voor het rechter oor en het blauwe L-symbool voor het linker oor. Hebt u uw keuze gemaakt, dan worden deze hoortoestellen bovenaan in het werkveld weergegeven. Elk van deze vakken bevat het volgende:



- Het exacte type hoortoestel, naast hetzij een rood R-symbool voor het rechter hoortoestel of een blauw L-symbool voor het linker hoortoestel
- Audiogram
- Aanpasbereik
- Rollijsten voor de keuze van de EarWare (afhankelijk van het type hoortoestel)
- Informatieknop (informatie over het gekozen type hoortoestel)

- Zoom-knop
- Verwijderknop
- Kopieer EarWare-knop
- Afbeelding van het gekozen hoortoestel (zodra u EarWare selecteert wordt ook deze weergegeven)
- Knop om de tabel voor het omrekenen van de ontluchting te openen, die u helpt de juiste diameter van de ontluchting te kiezen voor het oorstukje/de oortip van uw cliënt

Open voor meer informatie het Help-systeem in de bovenste navigatiebalk in Compass, of door te drukken op F1 op uw toetsenbord.Het Help-systeem is Engelstalig.

Dit document wordt aangeboden in elektronische vorm. Een papieren versie kan gratis worden opgevraagd op http://widex.pro/gps-startup-guide, de verwachte leveringstijd bedraagt 7 kalenderdagen. Het document is tevens beschikbaar op http://widex.pro/gps-startup-guide.

Copyright © Widex. Alle rechten voorbehouden.

Documentversie 2.0. Uitgave: 2019-11.