KISA KILAVUZ

COMPASS GPS

SEÇİM

Giriş


Bu kısa kılavuzda COMPASS'ın SEÇİM başlığı açıklanmaktadır.

⚠	Bazı işitme cihazlarında maksimum ses basınç düzeyi 132 dB SPL.yi aşabilir. Zarar verebilecek ses basıncı düzeyine ulaşabilecekleri için bu işitme cihazlarıyla çalışırken daha dikkatli olunmalıdır. COMPASS GPS içinde çok güçlü işitme cihazlarını seçtiğinizde bir uyarı kutucuğu görüntülenir.

REMOTE CARE'yi kullanırken lütfen dikkat edin:

⚠	REMOTE CARE 18 yaşından büyük kullanıcılar içindir. REMOTE CARE bir veya iki kulağında yüksek çıkış güçlü işitme cihazı veya yüksek çıkış gücüne sahip hoparlör kullanıcılarının yapmasını arzu etmediğimiz bir durumdur

İşitme cihazı seçimi




Pencerenin ortasında, açılır listeler ve butonlarla belirli serileri, modelleri vb. seçebilirsiniz. RIC / RITE, BTE, ITE ve CIC işitme cihazlarını görmek için butonları ve işitme cihazlarını filtrelemek için altı açılır listeyi kullanın; böylece yalnızca istenen öğelere sahip modelleri görürsünüz.

Bir düğme seçerseniz, örneğin CIC düğmesi, mevcut tüm CIC modelleri pencerenin altında görüntülenir. BTE düğmesini de seçerseniz, mevcut tüm CIC ve BTE modelleri görüntülenir. Aynısı açılır listeler için de geçerlidir - görüntülenmesini istediğiniz şeyi filtreleyebilirsiniz.

Eğer Uygulama aralığına uygunları işaretle onay kutucuğunu seçerseniz pencerenin alt kısmında uygulama aralığı hastanızın odyogramına uygun işitme cihazlarının altında bir onay işareti gösterilir.

Pencerenin alt kısmında pencerenin orta kısmında yaptığınız seçimlere uygun işitme cihazları gösterilir. Bu kullanılabilir işitme cihazları arasından görmek istediğiniz işitme cihazlarını seçebileceğiniz özelleştirilmiş bir görünümdür. Kullanılabilir tüm işitme cihazlarını görmek için yatay kaydırma çubuğunu kullanın.

Seçilmiş işitme cihazı



Bir işitme cihazı setini seçmek için fare imleci kullanılabilir. Fare imlecini bir işitme cihazı üzerine getirdiğinizde, sağ kulak için kırmızı sağ simgesini R ve sol kulak için mavi sol simgesini L seçin. Seçtiğiniz işitme cihazı setini çalışma alanının üst kısmında görebilirsiniz. Her kutuda şunlar bulunur:

- Sağ işitme cihazı için kırmızı sağ simgesi R veya sol işitme cihazı için mavi sol simgesi L yanında model adı
- Odyogram
- Uygulama aralığı
- TamTakım seçimi için aşağı-açılır liste (işitme cihazı modeline bağlı olarak)

KISA KILAVUZ

- Bilgi tuşu (seçilen işitme cihazı hakkında bilgi)
- Yakınlaştır tuşu
- Sil tuşu
- TamTakımı kopyala tuşu
- Seçilen işitme cihazının resmi (bir TamTakım parçası seçtiğinizde işitme cihazı TamTakım ile görülür)

Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadır. Bu belgenin basılı formunu http://widex.pro/gps-startup-guide adresinden ücretsiz olarak talep edebilirsiniz, tahmini gönderim süresi 7 takvim günüdür. Bu belgeyi http://widex.pro/gps-startup-guide adresinde de bulabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi ve yönlendirme için, COMPASS yazılımındaki üst gezinme çubuğuna tıklayarak ya da klavyenizde F1 tuşuna basarak Yardım sistemini açın

© Widex. Tüm hakları saklıdır

Belge sürümü: 2.0. Yayınlanma: 2019-11