クイックガイド

COMPASS GPS

選択

はじめに

補聴器の選択について説明します。

⚠	補聴器によっては、132 dB SPL を越える音圧レベルを出力します。聴力を損傷する可能性があるので、十分に注意して取り扱ってください。このような高出力の補聴器が選択されると COMPASS GPS は、警告画面を表示します。

リモートケア使用時に注意する点：

⚠	リモートケアは、18 歳以上の補聴器ユーザーを対象としています。 リモートケアは、ハイパワータイプ（ハイパワーのレシーバ）の補聴器ユーザーを対象にしていません。

補聴器の選択


画面の中ほどにボタンとドロップダウンリストがあり、選択が容易にできます。ボタンで RIC/RITE, BTE, ITE および CIC 補聴器を選び、6 つのドロップダウンリストでシリーズやクラス、機能などを指定し希望のものだけを表示します。

例えば CIC ボタンを押すと、すべての CIC モデルが画面の下部に表示されます。BTE ボタンを押せば、すべての CIC と BTE が表示されます。ドロップダウンリストも同様で見たいものだけをフィルターすることができます。

クイックガイド


「適応聴力範囲を表示」にチェックをすると、下段に表示される各モデルの適応聴力範囲内にユーザーの聴力が入っている場合には、モデルごとにチェックマークが表示されます。

中段で指定された条件にあうモデルはすべて下段に表示されます。水平スクロールバーを動かしてすべてのモデルを見ることができます。



選択された補聴器

画面下部のリストにある補聴器モデルにマウスポインタを合わせると表示される赤いＲ（右耳用）あるいは青いＬ（左耳用）もしくは中央の赤青マーク（両耳用）を選択します。選択された補聴器モデルは、下記項目とともに画面上段に表示されます。



- モデル名は、右を示す赤いＲマークおよび左を示す青いＬマークの横に表示されます。
- オージオグラム
- 適応聴力範囲
- イヤワイヤやイヤセットの選択（モデルにより変わります）
- 情報ボタン（選択されたモデルの情報）
- ズーム ボタン
- 削除ボタン
- イヤセット情報のコピーボタン
- 補聴器の画像（指定されたイヤワイヤやイヤセットも表示）

クイックガイド

- イヤチップやイヤモールドのベントサイズの参照資料を開く

より詳細な説明を *COMPASS* ヘルプで参照できます。？アイコンをクリックするか *F1* キーを押してください。

この文書は、電子データで供給されています。印刷されたものが御入用の場合、無償にてサイト http://widex.pro/gps-startup-guide,から依頼できます。配達には 7 営業日かかります。また、この文書は、サイト http://widex.pro/gps-startup-guide からダウンロード可能です。

Copyright © Widex. All rights reserved.

Document version: 2.0. Issue date: 2019-11