QUICK GUIDE

COMPASS GPS

VALG

Introduktion

Denne guide omhandler emnet VALG i COMPASS.

⚠	Nogle høreapparater har et maksimalt lydtryksniveau på over 132 dB SPL. Vær ekstra forsigtig, når du arbejder med disse høreapparater, da de kan afgive et skadeligt lydtryk. COMPASS GPS viser en advarselsdialogboks, når du vælger high power høreapparater.


Ved brug af REMOTE CARE bedes du bemærke følgende:

⚠	REMOTE CARE er kun beregnet til høreapparatbrugere over 18 år. REMOTE CARE er ikke beregnet til høreapparatbrugere, der anvender et high-power høreapparat eller en high-power højttaler til et øre eller til begge ører.


Vælg høreapparat

I midten af vinduet kan du vælge specifikke serier, modeller osv. ved hjælp af rullelister og knapper. Anvend knapperne til at se RIC/RITE-, BTE-, ITE- og CIC-høreapparater, og brug de seks rullelister til at filtrere høreapparaterne, så du kun ser modeller med de ønskede elementer.

Hvis du vælger en knap, f.eks. *CIC*-knappen, vises alle tilgængelige CIC-modeller nederst i vinduet. Hvis du også vælger *BTE*-knappen, vises alle tilgængelige CIC- og BTE-modeller. Det samme gælder for de tre rullelister. Du kan filtrere det, du ønsker at få vist.




Hvis du vælger afkrydsningsfeltet *Marker relevant tilpasningsområde*, kan du nederst i vinduet se en afkrydsning under de høreapparater, hvor klientens audiogram falder inden for tilpasningsområdet.



Nederst i vinduet kan du se de høreapparater, der er til rådighed, ud fra dine valg i midten af vinduet. Du har nu en tilrettet visning af høreapparaterne forstået på den måde, at du vælger, hvilke høreapparater du ønsker at se. Brug det vandrette rullepanel for at se de høreapparater, der er til rådighed.

Høreapparatinformation

Brug musemarkøren til at vælge et sæt høreapparater. Når du holder musemarkøren over et høreapparat, skal du vælge enten det røde R-ikon for højre øre, det blå L-ikon for venstre øre eller det røde og blå ikon mellem de to førstnævnte ikoner. Når du har valgt et sæt høreapparater, kan du se dem øverst i arbejdsområdet. Hver rude indeholder følgende:



- Modelnavn på høreapparatet, som vises enten ud for et rødt R-ikon, der angiver højre høreapparat, eller ud for et blåt L-ikon, der angiver venstre høreapparat
- Audiogram
- Tilpasningsområde
- Rullelister for valg af EarWare (afhængigt af høreapparatmodel)
- Informationsknap (information om høreapparatet)

- Zoom-knap
- Slet-knap
- Kopiér EarWare-knap
- Illustration af høreapparatet (når du vælger en EarWare-del, vises høreapparatillustrationen med den valgte EarWare-del)
- Knap til at åbne omregningstabellen for ventilation, som kan hjælpe dig med at vælge den rette ventilation til klientens eartip/øreprop.

Du kan få mere information og vejledning ved at åbne Hjælp-systemet fra øverste navigationsbjælke i COMPASS programmet eller ved at trykke på F1-knappen på tastaturet.

Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af vejledningen kan bestilles uden ekstra omkostninger på http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes også på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Alle rettigheder forbeholdes

Dokumentversion: 2.0. Udstedt: 2019-11