SNABBGUIDE

COMPASS GPS

HÖRAPPARATVAL

Inledning

I den här guiden tar vi upp menyn HÖRAPPARATVAL i COMPASS.

⚠	Vissa hörapparater har en maximal ljudtrycksnivå som överstiger 132 dB SPL. Var extra försiktig när du arbetar med sådana hörapparater, eftersom de kan avge ett skadligt ljudtryck. COMPASS GPS visar en varningsdialogruta om du väljer hörapparater med hög effekt.

Observera följande när du använder REMOTE CARE:

⚠	REMOTE CARE är endast avsett hörapparatanvändare över 18 år. REMOTE CARE är inte avsett för hörapparatanvändare som använder en highpower-hörapparat eller en highpower-hörtelefon för det ena eller båda öronen.

Välja hörapparat

I mitten av fönstret kan du välja specifika serier, modeller, etc. med hjälp av rullgardinslistor och knappar. Använd knapparna för att se RIC-/RITE-, BTE-, ITE- och CIC-hörapparater och använd de sex rullgardinsmenyerna för att filtrera hörapparaterna så att du bara ser modeller med de önskade valen.

Om du väljer en knapp, ex. CIC-knappen kommer alla tillgängliga CIC-modeller att visas längst ner i fönstret. Om du även väljer BTE-knappen kommer alla tillgängliga CIC- och BTE-modeller att visas. Samma sak gäller för de tre övriga kolumnerna – du kan filtrera på det som du vill ska visas.




Om du markerar kryssrutan för *Markera lämpligt anpassningsområde* kan du se en bock under de hörapparater längst ner i fönstret där din klients audiogram hamnar inom anpassningsområdet.

Längst ner i fönstret kan du se alla tillgängliga hörapparater beroende på dina val i mitten av fönstret. Du har nu en personlig vy över hörapparaterna, dvs. att du har valt vilka hörapparater du vill se. Använd den horisontella rullningslisten för att se alla tillgängliga hörapparater.

Hörapparatinformation

Välj hörapparater med muspekaren. När du håller muspekaren över en hörapparat kan du välja antingen den röda R-ikonen för höger öra, den blå L-ikonen för vänster öra eller den röda och blå ikonen mellan de två övriga. När du har valt ett par hörapparater kan du se dem högst upp i arbetsfältet. Varje fönster innehåller följande:



- Modellnamn på hörapparaten bredvid antingen en röd R-ikon för höger hörapparat eller en blå L-ikon för vänster hörapparat
- Audiogram
- Anpassningsområde
- Listruta för val av EarWare (beroende på hörapparatmodell)
- Informationsknapp (information om hörapparaten)

- Zoom-knapp
- Raderingsknapp
- Kopiera EarWare-knapp
- Bild på den valda hörapparaten (när du väljer en EarWare, visas en bild av hörapparaten med EarWare)
- Knapp för att öppna konverteringstabellen för ventilationskanaler, som du kan använda för att välja rätt ventilationskanal för klientens ear-tip/insats.

Detta dokument tillhandahålls i elektronisk form. Du kan begära en pappersversion av instruktionerna utan extra kostnad på http://widex.pro/gps-start-guide – förväntad leveranstid är sju kalenderdagar. Dokumentet är även tillgängligt på http://widex.pro/gps-start-guide.

För ytterligare information och hjälp, öppna Hjälpsystemet från det övre navigeringsfältet i COMPASS-programmet, eller genom att välja F1-knappen på ditt tangentbord.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversion: 2.0. Utfärdat: 2019-11