KURZANLEITUNG

COMPASS GPS

HÖRSYSTEM-WAHL

Einführung

In dieser Kurzanleitung wird die HÖRSYSTEM-WAHL in COMPASS beschrieben.

⚠	Einige Hörsysteme haben einen maximalen Schalldruckpegel von über 132 dB SPL. Bei der Arbeit mit diesen Hörsystemen ist besonders vorsichtig vorzugehen, weil sie einen für das Ohr schädlichen Schalldruck erzeugen können. COMPASS GPS zeigt bei der Auswahl von Hochleistungs-Hörsystemen eine Warnung an.


Beachten Sie bei der Verwendung von REMOTE CARE bitte Folgendes:

⚠	REMOTE CARE ist nur für Hörsystem-Träger über 18 Jahre gedacht. REMOTE CARE ist nicht für Hörsystem-Träger gedacht, die ein Highpower-Hörsystem oder Highpower-Hörer für ein Ohr oder beide Ohren verwenden.

Hörsystem wählen

In der Fenstermitte können Sie über das Dropdown-Menü und der Schaltflächen bestimmte Serien, Modelle usw. auswählen. Nutzen Sie die Tasten zur Anzeige von RIC/RITE-, BTE-, ITE- und CIC-Hörsystemen, und filtern Sie die Hörsysteme über die sechs Dropdown-Menüs, um die die Hörsysteme so zu filtern, dass ~~Sie~~ nur die Modelle mit den gewünschten Elementen angezeigt werden.

Wenn Sie eine Schaltfläche anwählen, z. B. *CIC,* erscheinen alle verfügbaren CIC-Modelle unten im Fenster. Wenn Sie auch die *HdO* Schaltfläche anwählen, werden alle verfügbaren CIC- und HdO-Modelle angezeigt. Das Gleiche gilt für das Dropdown-Menü– Sie können filtern, was angezeigt werden soll.




Wenn Sie das Kästchen *Passenden Anpassbereich markieren* anklicken, werden alle die unten im Fenster angezeigten Hörsysteme gekennzeichnet, deren Anpassbereich mit dem Audiogramm Ihres Kunden zusammenfällt.

Unten im Fenster werden alle verfügbaren Hörsysteme angezeigt, die die Suchkriterien erfüllen, die Sie in der Mitte des Fensters über die markierten Kästchen eingegeben haben. Durch die Wahl der gewünschten Features und anderen Eigenschaften können Sie die Ansicht der verfügbaren Hörsysteme an Ihre Bedürfnisse und die Ihres Kunden anpassen. Durch Bewegen des Schafts der waagerechten Bildlaufleiste können Sie durch alle verfügbaren Hörsysteme scrollen.

Modellinformation

Wählen Sie mit Ihrem Mauszeiger die gewünschten Hörsysteme. Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Hörsystem halten, wählen Sie entweder das rote Symbol R für das rechte Ohr oder das blaue Symbol L für das linke Ohr bzw. das rote und das blaue Symbol zwischen den beiden anderen. Die ausgewählten Hörsysteme werden im oberen Teil des Arbeitsbereichs angezeigt. Jeder Arbeitsbereich enthält folgende Angaben:



- Modellbezeichnung des Hörsystems neben dem roten Symbol R (rechtes Hörsystem) oder dem blauen Symbol L (linkes Hörsystem)
- Audiogramm
- Anpassbereich

- Aufklapplisten zur Wahl von EarWare (abhängig vom Hörsystem-Modell)
- Info-Schaltfläche (mit Informationen über das gewählte Hörsystem)
- Zoom-Schaltfläche
- Lösch-Schaltfläche
- Schaltfläche EarWare kopieren
- Abbildung des Hörsystems (sobald EarWare wie Schlauch bzw. Ohrstück gewählt ist, wird auch diese angezeigt)
- Schaltfläche zum Öffnen der Vent Umrechnungstabelle, die bei der Wahl der richtigen Ventgröße für das Ohrstück/die Otoplastik Ihres Kunden helfen kann.

Weitere Informationen und Ratschläge finden Sie in der Hilfe, die Sie durch Klicken auf das Fragezeichen in der oberen Navigationsleiste von COMPASS oder durch Drücken von F1 öffnen.

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Sie können eine kostenlose gedruckte Version dieser Anleitung auf http://widex.pro/gps-startup-guide bestellen, die voraussichtliche Lieferzeit beträgt ca. 7 Kalendertage. Sie können dieses Dokument natürlich auch Herunterladen auf http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Alle Rechte vorbehalten

Dokumentversion: 2.0. Erstellt: 2019-11