GUÍA RÁPIDA

COMPASS GPS

SELECCIÓN

Introducción

Esta guía rápida explica la sección SELECCIÓN de COMPASS.

⚠	Algunos audífonos seleccionados tienen una presión sonora máxima de más de 132 dB SPL. Tenga especial cuidado cuando trabaja con estos audífonos ya que pueden proporcionar una presión sonora que puede causar daños. COMPASS GPS mostrará una casilla de diálogo con un aviso cuando seleccione audífonos potentes.

Al usar REMOTE CARE, tenga en cuenta lo siguiente:

⚠	REMOTE CARE está concebido solo para usuarios de audífonos mayores de 18 años. REMOTE CARE no está concebido para usuarios de audífonos que utilicen un audífono o auricular de alta potencia en uno o ambos oídos.

Seleccionar audífono

En el centro de la ventana se pueden seleccionar series, modelos y otros elementos específicos, mediante listas desplegables y botones. Utilice los botones para ver los audífonos RIC/RITE, BTE, ITE y CIC, y use las seis listas desplegables para filtrar los audífonos, de modo que solo vea los modelos con los elementos deseados.

Si selecciona un botón, como el botón *CIC*, se mostrarán en la parte inferior de la pantalla, todos los modelos CIC disponibles. Si también selecciona el botón *BTE*, se mostrarán todos los modelos CIC y BTE disponibles. Puede hacer lo mismo con cualquier lista desplegable y filtrar lo que desee ver.




Si selecciona la casilla Indicar rango de adaptación apropiado, verá un símbolo debajo de los audífonos apropiados para el cliente.

En la parte inferior de la ventana puede ver los audífonos a su disposición filtrados según sus elecciones previas. Ahora tiene una vista personalizada de los audífonos disponibles, lo que significa que puede ver los audífonos que desee. Utilice la barra de navegación horizontal para ver los audífonos disponibles.

Información sobre el audífono

Utilice el ratón para elegir audífonos. Mantenga el ratón encima de un audífono y después, seleccione el icono D rojo para el oído derecho, el icono L azul para el izquierdo, o el icono rojo y azul entre los dos. Una vez que haya seleccionado un par de audífonos, los puede ver en la parte superior de la zona de trabajo. Cada uno de los paneles contiene la información siguiente:



- El modelo de audífono, un icono rojo (derecho) o azul (izquierdo)
- Audiograma
- El rango de adaptación
- Listas para la selección de adaptadores de oído
- Un botón de información (información sobre el audífono)
- Un botón zoom

- Un botón Borrar
- Un botón Copiar EarWare
- Una ilustración del audífono (si selecciona un juego adaptador de oído, podrá ver el audífono con el adaptador de oído)
- Botón para abrir la tabla de Conversión de venting que le puede ayudar a corregir el efecto del venting para el adaptador de oído del cliente.

Para más información utilice el sistema de Ayuda situado en la barra de navegación superior o pulse la tecla F1 en el teclado.

Este documento se suministra en versión electrónica. Puede solicitar una versión impresa sin costo adicional en http://widex.pro/gps-startup-guide. El plazo de entrega estimado es de 7 jornadas laborales. Este documento también está a su disposición en http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Reservados todos los derechos

Versión de documento: 2.0. Fecha de emisión: 2019-11