GUIDA RAPIDA

COMPASS GPS

SELEZIONE

Introduzione

Questa Guida Rapida spiega come lavorare nell'area SELEZIONE di COMPASS.


⚠	Alcuni apparecchi acustici possono arrivare a produrre un livello di pressione sonora che supera i 132 dB SPL. È importante fare molta attenzione quando si lavora con questo tipo di prodotti, in quanto la pressione sonora che sono in grado di generare potrebbe provocare danni permanenti all'udito. COMPASS GPS vi avverte, quando si selezionano apparecchi acustici ad alta potenza, mostrando una finestra con un messaggio di allerta.

Quando si utilizza REMOTE CARE si prega di notare:

⚠	Il servizio REMOTE CARE è destinato soltanto ai pazienti audioprotesici di età superiore ai 18 anni. L'assistenza REMOTE CARE non è indicata per i pazienti che utilizzano apparecchi acustici potenti o ricevitori ad alta potenza, sia mono che binaurali.

Selezione apparecchio acustico

Al centro della schermata è possibile selezionare la serie specifica, il modello dell'apparecchio acustico prescelto ecc. mediante l'elenco a discesa e le rispettive caselle di controllo - le caselle sono suddivise in quattro colonne.



Dal centro della schermata è possibile selezionare le serie di apparecchi acustici specifiche, i modelli, ecc. utilizzando gli elenchi a discesa e i relativi pulsanti. Servirsi dei pulsanti per visualizzare gli apparecchi acustici RIC/RITE, ITE e CIC e tramite i sei elenchi a discesa filtrare gli apparecchi acustici per visualizzare solo i modelli desiderati.


Se si seleziona un pulsante, ad esempio il pulsante *CIC*, nella parte inferiore della schermata compaiono tutti i modelli CIC disponibili. Premendo anche il pulsante *BTE*, vengono visualizzati tutti i modelli CIC e BTE disponibili. Lo stesso vale per gli elenchi a discesa, che consentono di filtrare gli elementi che si desiderano visualizzare.Selezionando la casella *Campo Applicativo Appropriato*, vedrete apparire un segno di spunta sotto quegli apparecchi acustici il cui campo applicativo soddisfa i requisiti dell'audiogramma del vostro cliente.

Selezionando la casella Campo Applicativo Appropriato, vedrete apparire un segno di spunta sotto quegli apparecchi acustici il cui campo applicativo soddisfa i requisiti dell'audiogramma del vostro cliente.

Nella parte inferiore della schermata compaiono tutti gli apparecchi acustici disponibili, in base alle scelte effettuate poco prima nell'area centrale della schermata. Potete anche personalizzare la visualizzazione, scegliendo gli apparecchi acustici da voi prescelti. Tramite la barra di scorrimento orizzontale, potete scorrere e vedere tutti gli apparecchi acustici disponibili.

Informazioni sugli apparecchi acustici

Con il puntatore del mouse potete scegliere una serie di apparecchi acustici. Quando si posiziona il puntatore del mouse su un apparecchio acustico, selezionare l'icona rossa R per l'orecchio destro, l'icona blu L per l'orecchio sinistro o l'icona rossa e blu, posizionata tra i due. Una volta scelta la coppia di apparecchi acustici da applicare, essi vengono visualizzati nella parte



superiore dell'area di lavoro. Ogni pannello comprende i seguenti elementi:

- Nome del modello dell'apparecchio acustico vicino all'icona rossa (R) per l'apparecchio acustico destro, oppure di colore blu (L) per quello sinistro.
- Audiogramma
- Campo applicativo
- Elenco a discesa per la selezione degli Auricolari (in base al modello di apparecchio acustico prescelto)
- Pulsante Informazioni (relative all'apparecchio acustico prescelto)
- Pulsante Zoom
- Pulsante Elimina
- Pulsante Copia Auricolare
- Illustrazione dell'apparecchio acustico prescelto (quando si sceglie la tipologia di l'Auricolare, l'illustrazione mostra l'apparecchio acustico insieme alla soluzione prescelta).
- Pulsante per accedere alla tabella con i dati di conversione della Ventilazione, per aiutarvi a scegliere la misura di ventilazione corretta per l'auricolare o la chiocciola del vostro paziente.

Per ulteriori informazioni e consigli aprire l'Aiuto dalla barra di navigazione superiore di COMPASS, oppure premere il pulsante F1 sulla tastiera.

Questo documento viene fornito in formato elettronico. La versione cartacea può essere richiesta gratuitamente a http://widex.pro/gps-startup-guide e la si può ricevere via posta in circa 7 giorni lavorativi. Il documento è disponibile anche tramite questo link: http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Tutti i diritti riservati.

Versione documento V2.0. Data pubblicazione: 2019-11