GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

COMPASS GPS

SELECÇÃO

Introdução

Este guia rápido aborda o tema SELEÇÃO no COMPASS.

⚠	Alguns aparelhos auditivos têm um nível máximo de pressão sonora que excede 132 dB NPS. Tenha um cuidado extra quando estiver a trabalhar com estes aparelhos auditivos, pois podem proporcionar uma pressão sonora nociva. O COMPASS GPS exibe uma caixa de diálogo de aviso quando seleciona aparelhos auditivos de elevado potência.

Quando utilizar o REMOTE CARE tenha em atenção o seguinte:

⚠	O REMOTE CARE destina-se apenas a utilizadores de aparelho auditivo com idade superior a 18. O REMOTE CARE não se destina a utilizadores de aparelho auditivo que utilizem um aparelho auditivo de alta potência ou um recetor de alta potência para um ou ambos os ouvidos.

Selecione aparelho auditivo

No meio d janela pode selecionar séries e modelos específico, etc. a partir de uma lista suspensa e caixas de seleção - as caixas de seleção são divididas em quatro colunas.

GUIA RAPIDO

Ao centro da janela pode selecionar séries e modelos específicos, etc. a partir de listas suspensas e botões. Utilize os botões para visionar aparelhos auditivos RIC/RITE, BTE, ITE e CIC, e utilize as listas suspensas para filtrar os aparelhos auditivos para ver apenas os modelos com os elementos pretendidos.




Se assinalar um botão, por exemplo um botão CIC, todos os modelos CIC disponíveis são exibidos na parte inferior da janela. Se para além disso também escolher um botão BTE, todos os modelos CIC e BTE disponíveis são exibidos. O mesmo se passa para as listas suspensas - pode filtrar o que deseja ver exibido.

Na parte inferior da janela consegue ver todos os aparelhos auditivos disponíveis, dependendo das escolhas que fez no meio da janela. Agora tem uma vista personalizada dos aparelhos auditivos, no sentido em que escolhe quais os aparelhos auditivos que quer ver. Utilize a barra de rolagem para ver todos os aparelhos auditivos disponíveis.

Informação do aparelho auditivo

Utilize o ponteiro do rato para escolher um conjunto de aparelhos auditivos. Quando mantem o ponteiro do rato em cima de um aparelho auditivo, selecione o ícone vermelho R para o ouvido direito, o ícone azul L para o ouvido esquerdo, ou ícone vermelho e azul que se encontra no meio dos outros. Assim que tiver escolhido um conjunto de aparelhos auditivos, pode vê-los na parte superior da área de trabalho. Cada um dos painéis contem o seguinte:



- Nome do modelo de aparelho auditivo, junto do ícone vermelho R para o aparelho auditivo direito ou junto do ícone azul L referente ao aparelho auditivo esquerdo.
- Audiograma
- Gama de adaptação
- Listas suspensas para seleção de EarWare (dependendo do modelo de aparelho auditivo)

- Botão de informação (informação sobre o aparelho auditivo)
- Botão de zoom
- Botão eliminar
- Botão copiar EarWare.
- Ilustração do aparelho auditivo (quando seleciona uma peça de EarWare, a ilustração do aparelho auditivo é exibida com o EarWare)
- Botão para abrir a tabela de Conversão da abertura pode ajudá-lo a escolher a abertura correta para a ponta/molde do seu cliente.

Para mais informação e orientação, abra o sistema de Ajuda na barra de navegação superior do programa COMPASS, ou prima o botão F1 no seu teclado.

Este documento é fornecido em formato eletrónico. Uma versão em papel destas instruções pode ser solicitada sem custo adicional em http://widex.pro/gps-startup-guide, com tempo previsto de entrega de 7 dias. Este documento também está disponível em http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Todos os direitos reservados

Versão do documento: 2.0. Emitida: 2019-11