快速指南

COMPASS GPS

选择

简介

本指南将介绍 COMPASS 中的选择主题。

⚠	一些助听器的最大声压级超过 132 dB SPL。使用这些助听器时要格外小心，因为它们能够产生有害的声压。在您选择大功率助听器时，COMPASS GPS 会显示警告对话框。

使用 REMOTE CARE 时请注意：

⚠	REMOTE CARE 仅适用于 18 岁以上的助听器用户。 REMOTE CARE **不适用于**单侧**或**双侧**使用大功率助听器或大功率接收器的助听器用**户。

选择助听器

在窗口中间可以通过下拉列表和按钮选择特定的系列、型号等。使用按钮来查看 RIC/RITE、BTE、ITE 和 CIC 助听器，并使用 6 个下拉列表来筛选助听器，以便您只能看到带有所需元素的型号。




如果选中某个按钮，比如 *CIC* 按钮，所有可用的 CIC 型号将显示在窗口底部。如果同时选中 ***BTE*** 按钮，则会显示所有可用的 CIC 及 BTE 外形。对于下拉列表也是一样，您可以过滤想要显示的内容。

如果选中标记适当验配范围复选框，则一旦

客户的听力图落在验配范围内，您便可以在窗口底部看到相应助听器下方显示有选中标记。

在此窗口底部，您可以看到所有可用的助听器，具体取决于您在窗口中部所作的选择。现在，您已选择了想要查看的助听器，换言之便拥有了一个自定义助听器视图。您可以使用水平滚动条，查看所有可用的助听器。

助听器信息



使用鼠标指针，选择一组助听器。将鼠标指针悬停在助听器上方，选择对应右耳的红色 R 图标或对应左耳的蓝色 L 图标， 或选择两者之间的红蓝色图标。选择一组助听器之后，您可以看到它们显示在工作区顶部。各个窗格包含以下内容：

- 助听器的型号名称，显示在对应右耳助听器的红色 R 图标旁，或显示在对应左耳助听器的蓝色 L 图标旁
- 听力图
- 验配范围
- 耳塞下拉列表（取决于助听器型号）
- 信息按钮（有关助听器的信息）
- 缩放按钮
- 删除按钮
- 复制耳塞按钮
- 助听器图示（选择耳塞后，助听器图示将与该耳塞一同显示）
- 用于打开通气孔转换表的按钮；此表可帮助您选择适合客户所用耳塞/导声管的通气孔。

如需了解更多信息及说明，请在 COMPASS 程序中使用顶部导航栏或按键盘上的 F1 按钮，打开帮助系统。

本文件将以电子形式提供。如需获取纸质版，可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 索取，不另行收费， 预计交付时间为 7 个日历日。 您也可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 查阅本文件。

© Widex. 版权所有

文件版本：2.0。发布日期：2019-11