QUICK GUIDE

COMPASS GPS

VALG

Introduksjon

Denne guide omhandler VALG modulen i COMPASS.


⚠	Noen høreapparater har et maksimalt lydtrykksnivå som overstiger 132 dB SPL. Vær ekstra varsom når du jobber med disse høreapparatene, siden de kan oppnå et skadelig lydtrykksnivå. COMPASS GPS viser en advarsel i en dialogboks når du velger et high-power høreapparat.

Ved bruk av REMOTE CARE vennligst merk:

⚠	REMOTE CARE er kun ment å brukes mot høreapparatbruker som er eldre enn 18 år. REMOTE CARE skal ikke brukes til høreapparatbrukere som benytter Power- høreapparater eller HP- receivere.

Valg av høreapparat

I midten på bilde kan du velge serie og modell o.l. ved hjelp av drop-down listen og knappene. Bruk knappene for å se RIC/RITE, BTE, ITE og CIC høreapparater. Bruk de seks drop-down listene for å filtrere på de høreapparatene som du ønsker å se basert på ønskede valg.




Dersom du velger for eksempel CIC knappen, vil alle tilgjengelige CIC modeller vises nede på vinduet. Dersom du også velger BTE knappen, vil alle CIC og BTE modellene vises. Det samme gjelder for drop-down listen. Du kan filtrere på det du ønsker vist.

Dersom du merker av for Vis i henhold til *anbefalt tilpasningsområdet* vil du se en hake plassert under de modellene som passer med klientens hørselstap.

Helt neders i vinduet ser du alle tilgjengelige høreapparat modeller avgengig av dine valg på midten av vinduet. Du har nå individualisert spesifikk oversikt av høreapparatene..

Høreaparat informasjon

Bruk muse-pekeren til å velge høreapparat. Hold muse-pekeren over enten rød R ikonet for høyre, og blå B ikonet for venstre, eller det røde/blå ikonet immelom de to for å velge. Når du har valgt høreapparat, vil du se dem på toppen i vinduet. Hvert panel inneholder følgende:



- Modellnavn på høreapparatet, ved siden av et rødt R ikone, eller et blått B ikon for å angi høyre og venstre side
- Audiogram
- Tilpasningsområdet
- Drop-down liste for valg av EarWare (avhengig av høreapparat modell)
- Informasjonsknapp (informasjon om høreapparatet)

- Zoom knapp
- Slette knapp
- Kopier EarWare knapp
- Illustrasjon av høreapparatet (når du har valgt EarWare, vil høreapparat illustrasjonen vises med riktig EarWare sett)
- Knapp for å åpne konverterings tabellen for Ventilasjon. Denne vil kunne hjelpe deg med å velge riktig ventilasjon basert på klientens ear-tip/øreprop.

For tilgang til mer hjelp og veiledning, åpne Hjelp systemet fra top-meny-baren i COMPASS programmet, eller ved å trykke på F1 tasten på tastaturet.

Dette dokumentet finnes også I en elektronisk utgave. En papirutgave av denne kan bestilles uten ekstra kostnader på http://widex.pro/gps-startup-guide, antatt leveringstid er 7 kalenderdager. Dokumentet er også tilgjengelig på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversjon: 2.0. Utgitt 2019-11