퀵 가이드

COMPASS GPS

선택

소개

본 퀵가이드는 COMPASS 의 '선택' 테마에 대한 내용입니다.

⚠	일부 보청기의 최대출력은 132 dB SPL 을 초과합니다. 유해를 가하는 수준의 음압을 발생할 수 있는 있는 보청기를 다룰 때에는 각별히 주의하십시오. COMPASS GPS 는 고출력 보청기를 선택할 때 경고표시를 합니다.

REMOTE CARE 사용시 주의:

⚠	REMOTE CARE 는 18 세 이상의 보청기 사용자만을 대상으로 합니다. REMOTE CARE 는 한쪽 또는 양쪽에 고출력 보청기 또는 고출력 리시버를 사용하는 보청기 사용자에게는 적합하지 않습니다.

보청기 선택

창 중앙의 드롭다운 리스트와 버튼을 사용하여 특정 시리즈, 모델 등을 선택할 수 있습니다. 버튼을 사용하여 RIC/RITE, BTE, ITE, CIC 보청기들을 구분하고, 6 가지의 드롭다운 리스트로 원하는 요소를 가진 보청기 모델만 필터하여 볼 수 있습니다.

퀵 가이드

예를 들어, CIC 버튼을 클릭하면 창 아래쪽에 모든 CIC 모델이 표시됩니다. 마찬가지로 BTE 버튼을 추가로 클릭하면 모든 CIC, BTE 모델이 함께 표시됩니다. 드롭다운 리스트도 마찬가지로 원하는 사항만 필터하여 표시할 수 있습니다..




*피팅범위에 적합한 제품 표시*란에 체크하면 해당제품의 피팅범위가 고객의 청력도와 적합함을 나타내는 체크마크가 창 하단에 열거된 보청기 사진 아래부분에 표시됩니다.

창의 하단부에는 선택할 수 있는 모든 보청기 종류들이 표시되며 창 중앙의 체크박스 사용에 따라 열거되는 제품종류는 달라집니다. 중앙의 체크박스를 적절히 활용하면 표시를 원하는 보청기들만 정렬되므로 맞춤형 보기 설정이 가능합니다. 선택가능한 보청기 모두를 보려면 수평 스크롤바를 사용하십시오.

보청기 정보

마우스 포인터를 사용하여 한 쌍의 보청기를 선택합니다. 마우스 포인터를 보청기 위에 둔 상태에서 오른쪽 보청기로 선택하려면 빨간색 “우” 아이콘을, 왼쪽 보청기로 선택하려면 파란색 “좌” 아이콘을 선택합니다. 보청기 선택을 완료하면 작업공간 상단에 선택모델이 나타나며 아래의 내용이 표시됩니다:



- 좌우측의 보청기의 모델명이 빨간색 글씨의 ”우”, 파란색 글씨의 ”좌” 아이콘 옆에 각각 나타납니다.
- 청력도

퀵 가이드

- 피팅 범위
- EarWare (이어웨어) 선택을 위한 드롭다운 리스트 (보청기 모델에 따라 다름)
- 정보 버튼 (선택한 보청기의 제품정보)
- 확대 버튼
- 삭제 버튼
- EarWare 선택사항 복사 버튼
- 선택한 보청기의 사진 (이어웨어 선택시 해당 이어웨어가 결합된 보청기 사진이 표시됨)
- 고객의 이어팁/이어몰드에 적합한 벤트를 선택할 수 있도록 도움을 주는 벤트 변환표 열기 버튼

추가 정보와 설명이 필요하신 경우 COMPASS 프로그램의 상단 바에 있는 도움말 기능을 열거나 키보드의 F1 키를 누르시기 바랍니다.

이 문서는 전자형태로 제공됩니다. 이 설명서의 종이 버전은 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서 무상으로 요청하실 수 있으며 배송은 영업일 기준 7 일 정도 소요됩니다. 이 문서는 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서도 제공됩니다.

Copyright © Widex. All rights reserved.

Document version: 2.0. Issue date: 2019-11