QUICK GUIDE

COMPASS GPS

LYDDAGBOG

Introduktion

Denne quick guide forklarer det grundlæggende om Lyddagbogen. Du finder vinduet for Lyddagbogen under emnet LOG. Da funktionen varierer meget, afhængigt af hvilket høreapparat du har valgt, er denne quick guide opdelt i to afsnit – én for hver måde at vise data for Lyddagbogen.

Lyddagbog til DREAM

Lyddagbogen til DREAM høreapparater viser data for et høreapparat ad gangen. I en binaural tilpasning skal du bruge R- og L-knapperne i øverste højre hjørne af vinduet til at skifte mellem højre og venstre høreapparat.

Oversigt

Oversigt-fanen er placeret i øverste venstre hjørne af arbejdsområdet, ved siden af venstre navigationsbjælke.


Under denne fane kan du se oplysninger om brugen af høreapparatet. Et lagkagediagram viser, hvor meget hvert program anvendes, og under *Aktivering af Lyddagbog* kan du angive, om COMPASS skal logge disse oplysninger.



CE 0459

Brug af lydstyrkeregulering

Fanen Brug af lydstyrkeregulering er placeret ved siden af oversigtsfanen.



Under denne fane kan du se lydstyrkereguleringen for individuelle programmer i høreapparatet under loggingperioden. Under *Seneste programmer* kan du se, hvor meget lydstyrken er blevet ændret under den seneste brug af høreapparatet.

For hvert program i høreapparatet kan du se, hvor meget volumenkontrollen har været anvendt til at øge eller sænke lydstyrkeniveauet. Den mørkeste farveindikation er den oftest anvendte indstilling, mens de lysere farver angiver, at lydstyrkeindstillingerne har været mindre anvendt.

Miljø

Fanen Miljø er placeret ved siden af fanen Brug af lydstyrkeregulering



Fanen viser de lydmiljøkategorier, hvor de forskellige programmer har været brugt. Omgivelserne er kategoriseret og vises som en procentdel af den samlede brug i det relevante program.

Ud over en søjle for hvert defineret program i høreapparatet er der en søjle, som giver en generel indikation af de lydmiljøkategorier, hvor høreapparatet har været brugt.


Lyddagbog til UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT

Lyddagbogen til WIDEX UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT høreapparater viser data for begge høreapparater i en binaural tilpasning. Du har adgang til fire forskellige faner. Alle fanerne viser den loggingperiode, Lyddagbogen dækker.

Bemærk: Hvis du tilpasser EVOKE eller MOMENT høreapparater, og SoundSense Adapt er slået til, bliver brug af præferencekontrol ikke vist i Lyddagbogens faner Programbrug, Miljø og Inputniveau.

Loggingoversigt

Lyddagbogen åbner i fanen *Loggingoversigt*. Under denne fane kan du se generelle data om brugen af høreapparatet under loggingperioden. Fanen viser:




- Hvornår der blev logget data – loggingperioden.
- Hvor mange timer pr. dag klienten gennemsnitligt har brugt høreapparaterne. Hvis der findes en forudgående loggingperiode, vises det gennemsnitlige antal timer pr. dag også for den pågældende periode.
- Hvor meget klienten har brugt programknappen og præferencekontrollen, og hvor mange gange pr. dag høreapparatet er blevet slået til.
- Hvor meget tid klienten har brugt høreapparaterne i omgivelser henholdsvis med og uden tale.


I bunden af fanen kan du vælge, om du ønsker, at Lyddagbogen skal være aktiv, når du afslutter den aktuelle tilpasning eller finjustering.

Programbrug

Under fanen *Programbrug* kan du se antallet af programmer i høreapparatet, og hvor meget hver af programmerne er blevet brugt. Fanen viser, hvor meget hvert program er blevet brugt, angivet som en procentdel af den totale tid, for både højre og venstre høreapparat. Under den grafiske repræsentation er der en liste over alle programmer i høreapparatet. Hvis høreapparatet er forsynet med en præferencekontrol, kan du vælge et af programmerne for at få vist, hvor meget præferencekontrollen er blevet anvendt i det pågældende program.



Miljø



Fanen *Miljø* viser, hvor meget høreapparaterne er blevet brugt i de forskellige miljøer. Hvis du har defineret mere end et program i høreapparaterne, kan du vælge blandt programmerne til venstre i vinduet. For hvert program (gælder kun programmer med mikrofoninput) kan du se, i hvor høj grad de forskellige miljøer har været aktive. Når du peger på et af miljøerne, viser en pop-up-besked den procentdel af den totale brugsperiode, hvor det pågældende miljø har været aktivt.

Under miljøgrafikken kan du se, hvor meget præferencekontrollen har været brugt i de forskellige miljøer. Denne grafiske repræsentation viser også, hvor meget præferencekontrollen har været brugt i miljøer med og uden tale.

På basis af de miljøer, der er aktive i høreapparatet, vil du måske justere høreapparaterne, så de passer bedre til klientens behov, og klienten derfor ikke behøver at bruge programknappen så ofte. I bunden af fanen Miljø kan du klikke på teksten for at gå direkte til vinduet *Lydklasser*.

Inputniveau



Under fanen *Inputniveau* kan du se, hvor meget høreapparaterne er blevet brugt på forskellige lydniveauer. Kolonnerne viser procentdelene for, hvor meget høreapparaterne er blevet brugt ved svage, normale og kraftige lyde.

Under grafikken finder du en angivelse for brug af præferencekontrollen. Hvis klienten ofte foretager opadgående eller nedadgående justeringer af præferencekontrollen, fremgår det her. I så fald vil du måske vælge at justere høreapparaterne, så de passer bedre til klientens behov, og klienten derfor ikke behøver at bruge præferencekontrollen så ofte.

Du kan få mere information og vejledning ved at åbne Hjælp-systemet fra øverste navigationsbjælke i COMPASS programmet eller ved at trykke på F1-knappen på tastaturet.

Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af vejledningen kan bestilles uden ekstra omkostninger på http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes også på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Alle rettigheder forbeholdes

Dokumentversion: 2.0. Udstedt: 2019-11