QUICK GUIDE

COMPASS GPS

SOUND DIARY

Inleiding

In deze Korte handleiding worden de basisbeginselen van de Sound Diary uitgelegd. U vindt het scherm Sound Diary onder het thema LOG. De Sound Diary is sterk afhankelijk van de hoortoestelserie die u hebt gekozen, daarom is deze handleiding onderverdeeld in twee secties – één voor elke manier om de gegevens weer te geven.


Sound Diary voor DREAM

De Sound Diary voor WIDEX DREAM-hoortoestellen toont de gegevens voor één hoortoestel tegelijkertijd. Gebruik bij een binaurale aanpassing de knoppen R en L in de rechter bovenhoek om te wisselen tussen het rechter en het linker hoortoestel.

Overzicht


Het tabblad Overzicht vindt u links bovenaan in het werkveld, naast de navigatiebalk.

In dit tabblad ziet u de gegevens over de duur het hoortoestelgebruik. In een taartdiagram wordt het gebruik van de programma's weergegeven en onder Activering Sound Diary kunt u aangeven of deze informatie in COMPASS moet worden opgeslagen.



Gebruik volumeregelaar

Het tabblad Gebruik volumeregelaar staat naast het tabblad Overzicht.



In dit tabblad kunt u zien hoe de volumeregelaar is gebruikt in de verschillende programma's gedurende de log-periode. Onder Recente programma's kunt u zien hoe veel de volumeregelaar is gebruikt tijdens het recente gebruik van het hoortoestel.

U kunt voor elk programma in het hoortoestel zien hoe vaak de volumeregelaar is gebruikt om het volume te verhogen of verlagen. De donkerste kleur geeft aan dat die instelling het vaakst is gebruikt en de lichtere kleuren geven de minder vaak gebruikte kleuren aan.

Omgeving

Het tabblad Omgeving staat naast het tabblad Volumeregelaar.



Dit tabblad laat zien in welke geluidsomgevingen de verschillende programma's zijn gebruikt. De omgevingen zijn gecategoriseerd en worden weergegeven als percentage van het totale gebruik van het betreffende programma.

Naast een kolom voor elk programma is er een kolom met een algemeen overzicht van de geluidsomgevingen waarin het toestel is gebruikt.


Sound Diary voor UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT

De Sound Diary voor WIDEX UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT laat bij een binaurale aanpassing de gegevens van beide hoortoestellen zien. U hebt de beschikking over vier tabbladen. Op alle tabbladen kunt u de opgeslagen periode zien waarop de Sound Diary betrekking heeft.

Let op: past u EVOKE/MOMENT-hoortoestellen aan en is SoundSense Adapt ingeschakeld, dan wordt het gebruik van de voorkeursregelaar niet weergegeven in de Sound Diary onder Programmagebruik, Omgevingen en Ingangsniveau.

Opslagoverzicht

De Sound Diary wordt geopend in het tabblad *Opslagoverzicht*. Hier ziet u algemene gegevens over het gebruik van de hoortoestellen gedurende de opslagperiode. U ziet hier:




- Wanneer de gegevens zijn opgeslagen – de opslagtijd.
- Het aantal uur per dag dat uw cliënt de hoortoestellen gemiddeld heeft gedragen. Bestaat er een eerdere opslagperiode, dan wordt ook voor deze periode de gemiddelde gebruiksduur per dag getoond.
- Hoe veel uw cliënt de programmaknop en de voorkeursschakelaar heeft gebruikt en hoe vaak het hoortoestel op een dag is ingeschakeld.
- Hoe vaak de hoortoestellen zijn gebruiklt in een omgeving met spraak en hoe vaak in een omgeving zonder spraak.

Onder in het tabblad kunt u kiezen of de Sound Diary moet worden ingeschakeld na het beëindigen van de huidige aanpas- of fijnregelsessie.


Programmagebruik

In het tabblad *Programmagebruik* kunt u zien welke programma's in de hoorstoestellen staan en hoe lang deze zijn gebruikt. Van elk programma wordt de totale gebruiksduur getoond, zowel voor het rechter als het linker hoortoestel. Onder de grafiek staat een lijstje met alle programma's in de hoortoestellen. Zijn de hoortoestellen voorzien van een voorkeursregelaar, dan kunt u een programma kiezen om te zien hoe vaak de voorkeursregelaar in dat programma is gebruikt.



Omgeving

In het tabblad *Omgeving* wordt getoond hoe vaak de hoortoestellen zijn gebruikt in de diverse omgevingen. Staat er meer dan één programma in de hoortoestellen, dan kunt u de verschillende programma's links in het scherm selecteren. Voor elk programma (uitsluitend de programma's met een microfoon-input) kunt u zien in welke mate de diverse omgevingen zijn voorgekomen. Wijst u met uw muis een omgeving aan, dan verschijnt er een pop-uptekst met het percentage van de totale gebruiksperiode dat deze omgeving van toepassing was.



Onder de omgevingsgrafieken kunt u zien hoe vaak de voorkeursregelaar is gebruikt in de diverse situaties. Tevens wordt getoond hoe vaak de voorkeursregelaar is gebruikt in omgevingen met en zonder spraak.

Gebaseerd op de omgevingen die actief zijn in de hoortoestellen, kan het nodig zijn om de hoortoestellen bij te stellen voor uw cliënt, zodat de programmaknop niet zo vaak hoeft te worden gebruikt. Onderaan het tabblad Omgevingen kunt u op de tekst klikken om meteen naar het scherm *Sound classes* te gaan.

Ingangsniveau

In het tabblad Ingangsniveaus kunt u zien hoe vaak de hoortoestellen zijn gebruikt bij verschillende ingangsniveaus. De kolommen geven aan hoe vaak de hoortoestellen zijn gebruikt bij zachte, normale en luide geluiden.



Onder de grafieken vindt u een indicatie van het gebruik van de voorkeursregelaar. Doet uw cliënt opwaardse of neerwaardse aanpassingen, dan wordt dat hier aangegeven. Het kan dan nodig zijn om de hoortoestellen aan te passen, zodat de voorkeursregelaar minder vaak hoeft te worden gebruikt.

Voor meer informatie kunt u het Helpsysteem openen vanuit de bovenste navigatiebalk of met behulp van de F1-toets op uw toetsenbord.Het Helpsysteem is Engelstalig.

Dit document wordt aangeboden in elektronische vorm. Een papieren versie kan gratis worden opgevraagd op http://widex.pro/gps-startup-guide, de verwachte leveringstijd bedraagt 7 kalenderdagen. Het document is tevens beschikbaar op http://widex.pro/gps-startup-guide.

Copyright © Widex. Alle rechten voorbehouden.

Documentversie 2.0. Uitgave: 2019-11.