GUIDE RAPIDE

COMPASS GPS

JOURNAL SONORE

Introduction

Ce guide rapide vous explique les fondements du Journal sonore. Vous trouverez la fenêtre Journal sonore sous la rubrique ENREGISTREMENT. Étant donné que cette fonctionnalité est très différente selon l'aide auditive sélectionnée, ce guide rapide est divisé en deux sections, une section distincte pour chaque façon d'afficher les données du Journal sonore.

Le Journal sonore pour DREAM

Le Journal sonore pour les aides auditives WIDEX DREAM affiche les donnés d'une aide auditive à la fois. Lors d'une adaptation binaurale, utilisez les boutons D et G en haut à gauche de la fenêtre pour passer de l'aide auditive droite à l'aide auditive gauche et inversement.

Vue générale


L'onglet Vue générale est situé en haut à gauche de la zone de travail, à côté de la barre de navigation gauche.

Sous cet onglet, vous pouvez voir les détails concernant l'utilisation de l'aide auditive. Un diagramme vous indique combien de temps chaque programme est utilisé. Sous *Activation du journal sonore*, vous pouvez indiquer si COMPASS doit enregistrer ces informations.



Utilisation du contrôle du volume

L'onglet Utilisation du contrôle du volume se situe à côté de l'onglet Vue générale.



Sous cet onglet, vous pouvez voir le réglage du volume de chaque programme de l'aide auditive pendant la période d'enregistrement. Sous *Programmes récents*, vous pouvez voir comment le volume a été modifié lors de l'utilisation récente de l'aide auditive.

Pour chaque programme de l'aide auditive, vous pouvez voir avec quelle fréquence le contrôle du volume a été utilisé pour augmenter ou diminuer le niveau sonore. Les couleurs foncées indiquent les réglages les plus fréquemment utilisés, tandis que les couleurs plus claires indiquent les réglages du contrôle du volume les moins utilisés.

Environnement

L'onglet Environnement se situe à côté de l'onglet Utilisation du contrôle du volume.



Cet onglet indique les catégories d'environnement sonore dans lesquelles les différents programmes ont été utilisés. Les environnements sont classés et affichés en fonction du pourcentage d'utilisation du programme en question.

Outre une colonne pour chaque programme défini dans l'aide auditive, vous trouverez une colonne affichant une indication générale des catégories d'environnement sonore dans lesquelles l'aide auditive a été utilisée.


Le Journal sonore pour UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT

Lors d'une programmation binaurale, le Journal sonore pour les aides auditives WIDEX UNIQUE/BEYOND/ EVOKE/MOMENT affiche les données des deux aides auditives. Vous avez accès à quatre onglets différents. Dans tous les onglets, vous pouvez voir la période d'enregistrement couverte par le Journal sonore.

Remarque : Si vous programmez des aides auditives EVOKE/MOMENT et que SoundSense Adapt est actif, aucune utilisation de contrôle de préférence n'est affichée dans les onglets du Journal sonore Utilisation du programme, Environnement et Niveau d'entrée.

Aperçu de l'enregistrement


Le Journal sonore s'ouvre dans l'onglet *Aperçu de l'enregistrement*. Sous cet onglet, vous pouvez voir les données générales concernant l'utilisation des aides auditives pendant la période d'enregistrement. Cet onglet vous montre :



- Lorsque les données ont été enregistrées (la période d'enregistrement).
- Combien d'heures par jour votre patient a utilisé ses aides auditives en moyenne. Si une période d'enregistrement précédente existe, le nombre d'heures moyen par jour est également affiché pour cette période.
- La fréquence d'utilisation par votre patient du bouton de sélection des programmes et du contrôle de la préférence, et le nombre de fois par jour où l'aide auditive a été allumée.
- Combien de temps votre patient a utilisé ses aides auditives dans des environnements avec de la parole et sans parole.

En bas de l'onglet, vous pouvez choisir si vous voulez que le Journal sonore soit actif lorsque vous terminez la session de programmation ou de réglage fin en cours.

Utilisation du programme




Sous l'onglet Utilisation du programme, vous pouvez voir le nombre de programmes que comportent les aides auditives et combien de temps chaque aide auditive a été utilisée. Pour chaque programme, l'onglet affiche le pourcentage du temps total pendant lequel le programme a été utilisé, aussi bien pour l'aide auditive droite que pour l'aide auditive gauche. Tous les programmes des aides auditives sont listés sous la représentation graphique. Si les aides auditives sont équipées d'un contrôle de la

préférence, vous pouvez sélectionner un des programmes pour montrer la fréquence d'utilisation du contrôle de la préférence dans ce programme.

Environnement

L'onglet Environnement montre combien de temps les aides auditives ont été utilisées dans les différents environnements. Si vous avez défini plusieurs programmes dans les aides auditives, vous pouvez sélectionner ces programmes à gauche de la fenêtre. Pour chaque programme (seulement les programmes avec entrée pour le microphone), vous pouvez voir dans quelle mesure les divers environnements ont été actifs. Lorsque vous pointez sur l'un des environnements, un texte contextuel montre le pourcentage de la période d'utilisation totale pendant laquelle cet environnement a été actif.



Sous le graphique des environnements, vous pouvez voir la fréquence d'utilisation du contrôle de la préférence dans les divers environnements. Cette représentation graphique montre également la fréquence d'utilisation du contrôle de la préférence dans les environnements avec et sans la parole.

À partir des environnements actifs dans les aides auditives, vous pouvez régler les aides auditives pour les adapter à votre patient, afin qu'il n'utilise pas aussi souvent le bouton de sélection des programmes. En bas de l'onglet Environnement, vous pouvez cliquer sur le texte pour aller directement à la fenêtre *Classes de sons*.

Niveau d'entrée

Sous l'onglet *Niveau d'entrée*, vous pouvez voir combien de temps les aides auditives ont été utilisées à divers niveaux sonores. Les colonnes affichent le temps d'utilisation en pourcentage des aides auditives en présence de sons forts, normaux et faibles.

Sous le graphique, vous trouverez une indication de l'utilisation du contrôle de la préférence. Si votre patient a tendance à régler le contrôle de la préférence vers le haut ou vers le bas, cela est indiqué ici. Vous pouvez effectuer



un réglage des aides auditives pour les adapter aux besoins du patient, afin qu'il n'ait pas besoin d'utiliser aussi fréquemment le contrôle de la préférence.

Ce document est fourni sous forme électronique. Vous pouvez faire la demande d'une version papier gratuitement sur http://widex.pro/gps-startup-guide. Délai de livraison estimé à 7 jours ouvrés. Le document est désormais disponible sur http://widex.pro/gps-startup-guide.

Pour plus d'informations et de conseils, ouvrez le Système d'aide depuis la barre de navigation du programme COMPASS ou appuyez sur le bouton F1 de votre clavier.

© Widex. Tous droits réservés

Version du document : 2.0. Publié : 2019-11