COMPASS GPS

INSTALACJA I URUCHOMIENIE PROGRAMU

Wprowadzenie

Prezentujemy nowy program do dopasowania aparatów słuchowych WIDEX® COMPASS™ GPS, przystosowany do współpracy z programem Noah. Program COMPASS zapewnia proste dopasowanie najnowszych modeli bezprzewodowych aparatów słuchowych WIDEX. Niniejszy przewodnik opisuje wymagania systemowe, instalację, automatyczne aktualizacje oraz sposoby włączania i wyłączania programu COMPASS i modułu pomocy tego programu.

Przeznaczenie: Kompas GPS przeznaczony jest do użytku przez protetyków słuchu, aby dopasować i wyregulować precyzyjnie aparaty słuchowe oraz połączyć akcesoria z aparatami słuchowymi.

Przed instalacją

Przed instalacją programu COMPASS, należy się upewnić, że system komputerowy jest gotowy do uruchomienia programu COMPASS oraz, że dostępne jest kompletne oprogramowanie dodatkowe niezbędne do korzystania z funkcji programu COMPASS. Jeśli potrzebujesz dodatkowego oprogramowania, możesz pobrać go z Internetu lub skontaktuj się z przedstawicielem firmy WIDEX, który może Ci pomóc.

Wymagania systemowe

Koniecznie trzeba sprawdzić, czy system spełnia wymagania niezbędne do uruchomienia programu COMPASS. Najważniejsze są następujące wymagania systemowe:

Minimalne wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Wersja 1607 lub nowszej*
.NET	Dla Windows 7 SP1 i późniejszych: .NET Framework 4.7.2 Jeśli używany jesy interfejs progrmujący nEARcom, należy mieć .NET 2.0 (zawarty w instalacji .NET Framework 3.5).
RAM	2 GB
CPU	1.8 GHz

PRZEWODNIK URUCHAMIANIA

Minimalne wymagania systemowe	
Dysk twardy	1000 MB wolnego miejsca
Opcje zasilania Windows	Wysoka wydajność
Internet	Konieczne połączenie z internetem dla działania programu COMPASS GPS Updater
Rozdzielczość ekranu	1366x768

* Należy pamiętać, że system Windows 10 S nie jest obsługiwany

Wymagania wstępne dla COMPASS GPS V3.3	
Microsoft Visual C++	• Microsoft Visual C++ 2017 (x64) • Microsoft Visual C++ 2017 (x86) • Microsoft Visual C++ 2013 (x86)
Microsoft .NET Framework	Microsoft .NET Framework 4.7.2
Jeśli brakuje jednego lub więcej z powyższych, instalator GPS COMPASS zapewni, że zostaną one zainstalowane jako część instalacji wstępnej, zanim rozpocznie się rzeczywista instalacja COMPASS GPS. Może być wymagane ponowne uruchomienie, przynajmniej po instalacji .NET. Wszystkie pliki instalacyjne znajdują się w folderze **\ISSetupPrerequisites**	
{237BF186-A2AF-48C2-BFC9-0AA2DA3829DD}	Microsoft Visual C++ 2017 (x64)
{72AAD3AB-420C-41F0-9BE5-D854C4037DEF}	Microsoft Visual C++ 2017 (x86)
{BFF4A593-74C5-482F-9771-7495035EBBB0}	Microsoft .NET Framework 4.7.2
{C3DFB4AD-52AB-442A-A51C-04ED229A8540}	Microsoft Visual C++ 2013 (x86)
USBLink	Sterownik Widex USB Link

Aktualizacje systemu Windows

Przed rozpoczęciem instalowania programu COMPASS, należy się upewnić, że system Windows zainstalowany na komputerze jest aktualny.Jeżeli potrzebne są informacje o sposobie przeprowadzenia aktualizacji, można je znaleźć na stronie internetowej Microsoft Support.


Instalacja programu COMPASS GPS


Aby prawidłowo zainstalować program COMPASS, należy postępować zgodnie zprzedstawioną poniżej instrukcją. Należy się upewnić, że program Noah, jeśli jest dostępny, został wyłączony przed rozpoczęciem instalacji programu COMPASS. Informacje na temat instalacji programu Noah są dostępne w dokumentacji Noah. Jeśli pracujecie Państwo w sieci, program COMPASS musi zostać zainstalowany, a następnie uruchamiany na każdym indywidualnym komputerze.

Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji programu Noah 4 i stałe instalowanie dostępnych aktualizacji Noah.

PRZEWODNIK URUCHAMIANIA

W celu zainstalowania programu COMPASS GPS, należy.





1. Podłączyć do komputera nośnik instalacyjny COMPASS GPS. Okno instalacji powinno się otworzyć automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, należy włączyć przeglądarkę Windows Explorer, znaleźć i dwukrotnie kliknąć na plik *Setup.exe*.

2. W oknie powitalnym nacisnąć przycisk Dalej.


3. Przeczytać uważnie warunki umowy licencyjnej i w przypadku braku zastrzeżeń zaznaczyć okienko obok stwierdzenia “Akceptuję warunki umowy licencyjnej”. Korzystając z przycisku Drukuj można tu również wydrukować umowę licencyjną.

4. Nacisnąć przycisk Dalej, aby kontynuować.

5. Po zatwierdzeniu folderu docelowego, nacisnąć przycisk Dalej. W przeciwnym razie, przed kliknięciem na przycisk Dalej, należy zaznaczyć opcję Zmień i wybrać folder, w którym ma zostać zapisany program COMPASS.

6. Wybrać języki, z których chcemy korzystać w programie COMPASS. W tym celu zaznaczamy wybrany język na liście po lewej i klikamy na przycisk Dodaj znajdujący się pomiędzy listami. Wybrany język zostanie przeniesiony do listy po prawej. W razie pomyłki możemy przesunąć język z powrotem do pola po lewej, poprzez zaznaczenie go i klknięcie na przycisk Usuń.

7. Kliknąć na przycisk *Dalej* po ukończeniu wybierania języków.



8. Zaznaczyć, który z wybranych języków ma być główny. Będzie to język opisów i poleceń w programie COMPASS. Możemy go zmienić po otwarciu programu, ale tylko, jeśli w czasie insatalacji programu COMPASS, z głównej listy wybraliśmy więcej niż jeden język.

9. Nacisnąć przycisk Dalej, aby kontynuować.

10. W oknie Wybór dystrybutra, na liście rozwijanej zaznaczyć swój kraj.

11. Zaznaczyć pole wyboru umożliwiając automatyczne aktualizacje programu COMPASS (zalecane). Więcej informacji na temat automatycznych aktualizacji można przeczytać w następnej części tego dokumentu.


12. Nacisnąć Dalej, aby kontynuować.

13. Kliknąć na przycisk *Instaluj,* aby rozpocząć instalację programu. Ten proces można zatrzymać w dowolnym momencie jego trwania naciskając przycisk *Anuluj*.

14. Jeśli instalacja przebiegła pomyślnie, w okienku dialogowym pojawi się pytanie czy chcemy zainstalować sterowniki do inerfejsu Widex USB Link.


    - Jeśli nie ma potrzeby zainstalowania tych sterowników lub są one już zainstalowane, należy kliknąć przycisk *Zakończ*. Kończy to proces instalacji programu.

    - Jeśli trzeba instalować sterowaniki programu Widex USB Link, należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru i kliknąć na przycisk *Zakończ*. Kończy to proces instalowania programu i rozpoczyna instalowanie sterowników interfejsu Widex USB Link. Należy sie upewnić, że w czasie instalowania sterowników interfejs Widex USB Link nie jest podłączony do komputera.



15. Jeśli rozpoczęła się instalacja sterowników interfejsu Widex USB Link, należy nacisnąć przycisk *Dalej*.

16. Prawdopodobnie wyświetli się okno dialogowe *Bezpieczeństwo Systemu Windows* z pytaniem czy decydujemy się na zainstalowanie wybranego oprogramowania. Należy zaznaczyć pole wyboru *Zawsze ufaj oprogramowaniu firmy Widex A/S,* a następnie nacisnąć przycisk *Instaluj*.




17. Jeśli instalacja przebiegła bezproblemowo, w ostatnim oknie dialogowym należy kliknąć na przycisk *Zakończ*. Kończy to instalację oprogramowania Widex USB Link.

18. Po zakończeniu instalacji i przed uruchomieniem programu C-tune II należy zrestartować komputer.

Automatyczne aktualizacje

Poza zwyczajnym trybem instalacji nowej wersji programu COMPASS, można aktualizaować i instalować nowe wersje programu korzystając z programu COMPASS GPS Updater (serwis automatycznych aktualizacji). Firma Widex przygotowuje nowe wersje programu COMPASS w formie dostępnej w internetowym serwerze aktualizacji.



Po zaznaczeniu w czasie instalacji programu COMPASS pola wyboru dotyczącego automatycznych aktualizacji, nowe wersje programu można pobierać z progaramu COMPASS GPS Updater. Za każdym razem, gdy uruchamiamy system Windows, uruchamia się również program COMPASS GPS Updater.

COMPASS GPS Updater sprawdza czy są aktualnie dostępne nowe wersje programu COMPASS. Jeśli tak jest, aktualizacja wczytywana jest automatycznie i pojawia się pytanie czy użytkownik zgadza się na instalację tej aktualizacji.

Aby uruchomić program należy kliknąć na ikonę COMPASS GPS Updater. W oknie dialogowym pojawią się informacje na temat wersji aktualnie zainstalowanej wersji programu COMPASS GPS, oraz numer wersji programu dostepnej w formie aktualiazcji.

Jeśli żadna aktualiazacja nie jest dostępna, pojawia się komunikat “Twój program COMPASS GPS jest aktualny”.

Nową wersję programu COMPASS można odszuć również wtedy, gdy w czasie instalacji programu COMPASS nie zostało zaznaczone pole wyboru przy funkcji automatycznych aktualiazcji. W tym celu, w menu Start lub w folderze, w którym zainstalowany został program COMPASS GPS, należy włączyć program COMPASS GPS Updater.

Następnie, należy zaznaczyć pole wyboru przy automatycznych aktualizacjach. Program COMPASS GPS Updater sprawdzi czy są dostępne nowe wersje programu COMPASS. Jeśli nowa wersja jest dostępna można ją zgrać a następnie zainstalować.

Uruchamianie programu COMPASS GPS

Z programu COMPASS można korzystać od razu po zainstalowaniu. Sposób jedgo uruchamiania zależy od ststemu komputera.

COMPASS GPS i Noah 4

Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Noah 4, ale program COMPASS GPS zostanie uruchomiony przed otwarciem programu Noah, konieczne będzie zalogowanie się w programie Noah 4. Następnie uruchomi się baza pacjentów w Noah, w której można zaznaczyć wybranego pacjenta i otworzyć zapisane dopasowanie lub otowrzyć nową sesję dopasowania.

Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Noah 4 i program COMPASS GPS zostanie otwarty po jego wcześniejszym uruchomieniu, w programie COMPASS wyświetlą się od razu dane pacjenta wybranego wcześniej w programie Noah. Jeśli nie został wybrany żaden pacjent w bazie Noah, automatycznie otworzy się baza pacjentów programu Noah 4, aby umożliwić wybór pacjenta przed kontunuowaniem pracy w programie COMPASS.

COMPASS GPS bez Noah

Jeśli na komputerze nie został zainstalowany program Noah, a program COMPASS GPS zostanie uruchomiony jako samodzielny, automatycznie wyświetli się baza pacjentów programu COMPASS GPS.

1. Klikając na ikonę programu COMPASS GPS na pulpicie lub w menu *Start*, należy uruchomić program COMPASS GPS, a następnie zalogować się.

2. W tym celu należy wpisać swoje inicjały i hasło, a następnie kliknąć na przycisk *Zaloguj*. Otworzy się baza pacjentów programu COMPASS GPS.

3. Należy wybrać lub stworzyć profil pacjenta. Od razu po tym, można przejść do programu COMPASS GPS i rozpocząć dopasowanie. Należy pamiętać, że pacjent musi zostać wybrany przed otwarciem


programu COMPASS GPS. Przed pierwszym uruchomieniem programu należy stworzyć profil nowego pacjenta.

Zamykanie programu COMPASS GPS

Po zakończeniu dopasowania, należy kliknąć na przycisk *Zamknij* znajdujący się w prawym, górnym rogu okna COMPASS GPS, aby zamknąć program i zapisać wprowadzone dane.

W oknie dialogowym wyświetlą się trzy możliwości. Można tu:

- Zaznaczyć pole *Zamknij* aby zachować wprowadzone dane i zamknąć okno programu COMPASS GPS. Ponownie otworzy się okno bazy pacjentów.
- Zaznaczyć pole *Zamknij COMPASS* aby zachować wprowadzone dane ale zamknąć zarówno okno programu COMPASS GPS, jak i bazę pacjentów.
- Zaznaczyć pole *Anuluj,* aby powrócić do pracy w oknie programu COMPASS GPS.



Pomoc

Jeśli podczas pracy z programem COMPASS GPS potrzebujemy rady, możemy skorzystać z różnych opcji pomcy, w zależności od tego jaka funkcja czy proces sprawiają nam kłopot. Najprościej jest kliknąć na ikonę ze znakiem zapytania, znajdującą się w polu narzędzi głównych, na górnym, poziomym pasku nawigacji programu COMPASS.

- **Pomoc programu COMPASS** – system pomocy, w którym możemy odnaleść informacje na temat wszystkich funkcji programu COMPASS. Podczas pracy w programie, aby szybko przejść do systemy pomocy, możemy w każdej chwili nacisnąć na klawiaturze klawisz F1.
- **Krótkie przewodniki** – wybór różnych krótkich przewodników, opisujących poszczególne tematy, procesy i funkcje programu.
- **Biblioteka filmów** – wybór krótkich filmów ilustrujących wykonanie konkretnych zadań.
- **O programie COMPASS GPS** – zbiór podstawowych informacji na temat zainstalowanej na danym komputerze wersji programu COMPASS, a także dostępu do różnych narzędzi pomocniczych.

Poza tym, po najechaniu kursorem na wybrany element (ikonę, pole wyboru) i przytrzymaniu go przez chwilę w miejscu, obok kursora pojawiają się opisy/wskazówki dotyczące tego elementu. W każdej chwili można też skorzystać z klawisza F1, który otwiera na ekranie system pomocy programu COMPASS.

W przypadku, gdy nośnik instalacyjny COMPASS GPS jest uszkodzona, należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Widex aby otrzymać nowy. Jeśli pojawi się problem w oprogramowaniu COMPASS GPS i potrzebujesz pomocy w jego rozwiązaniu, możesz skontaktować się ze swoim dostawcą Widex, lub

możesz wysłać pytanie do skrzynki pocztowej Wsparcia Rozwoju Oprogramowania: wasssupport@widex.com.

Niniejszy “Przewodnik uruchamiania” dostępny jest w wersji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji może zostać zamówiona na specjalne życzenie bez dodatkowej opłaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-guide, a czas oczekiwania na dostawę wynosi 7 dni kalendarzowych. “Przewodnik uruchamiania” dostępny jest również pod adresem: http://widex.pro/gps-startup-guide.

Symbol

Symbole często używane przez Widex A/S na etykietach urządzeń medycznych (etykiety/ IFU/ itd.)

Symbol	**Tytuł**	**Opis**
	Producent	Produkt jest wytwarzany przez producenta, którego nazwa i adres są umieszczone obok symbolu.
	Sprawdź instrukcje obsługi	Instrukcje użytkownika zawierają ważne informacje i należy je przeczytać przed użyciem produktu.
	Uwaga	Przed użyciem produktu należy przeczytać tekst oznaczony symbolem ostrzegawczym.
	Oznakowanie CE	Produkt jest zgodny z wymogami określonymi w europejskich dyrektywach dotyczących znakowania CE.
	Numer fabryczny	Używany z kodem kreskowym UDI i informacjami, aby podać numer fabryczny producenta, identyfikujący wersję produktu.
	Numer katalogowy	Wskazuje numer katalogowy produktu.

© Widex. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja dokumentu: 3.0. Wydany: 2019-11