QUICK GUIDE

COMPASS GPS

OVERFØR INDSTILLINGER

Introduktion

Denne quick guide forklarer værktøjet Overfør indstillinger i COMPASS GPS. Du finder det under START KONSULTATION. Med Overfør indstillinger kan du kopiere høreapparatindstillinger fra ét høreapparat til et andet.

Før du bruger værktøjet

Værktøjet Overfør indstillinger er ikke tilgængeligt for alle høreapparatserier. Du kan overføre indstillinger mellem forskellige funktionalitetsniveauer, forskellige modeller og med forskellig EarWare, så længe høreapparaterne indgår i samme serie.


Hvis de høreapparater, der bruges til at modtage data, allerede er blevet tilpasset til en anden klient – og derfor kan indeholde data, der ikke passer til din klient – må din klient IKKE bruge høreapparaterne, før Overfør indstillinger er gennemført.

EVOKE/MOMENT – SoundSense Adapt
Hvis du ønsker, at overførslen skal inkludere eventuelle SoundSense Adapt data, som din klient har genereret under afprøvningen af tidligere høreapparater derhjemme, skal du først eksportere dataene fra høreapparaterne til databasen og gemme eksportfilen som en ny session. Vælg derefter den nye session som base for din overførsel, når flowet Overfør indstillinger gennemløbes.

Bemærk, at funktionen Overfør indstillinger importerer indstillinger, ikke lyd.


Importer data

Import af data fra en gemt session:



1. Vælg *Overfør indstillinger* i vinduet START KONSULTATION. Fanebladet *Importer data* åbner i vinduet Overfør indstillinger.


2. Placér høreapparaterne tæt på programmeringsinterfacet på dit bord (det anbefales IKKE at overføre indstillingerne, mens høreapparaterne er i klientens ører).




3. Klik på *Vælg databasesession* for at få en liste over alle de gyldige sessioner, der kan importeres fra din database.

4. Alle gyldige sessioner er vist med den nyeste øverst. Vælg den session, du ønsker at importere, gør de nye høreapparater klar til tilslutning, og vælg *Tilslut til nyt høreapparat*.

5. Detekterede høreapparater vises. Vælg de korrekte høreapparater, vælg side, og klik på *Næste*.



6. COMPASS viser de tilsluttede høreapparater med EarWare fra den gemte session. Hvis det er muligt at ændre EarWare til de valgte høreapparater, er denne valgmulighed tilgængelig. Vælg den relevante EarWare og akustik. Klik på *Næste* for at bekræfte.



7. COMPASS viser en oversigt over importerede data. Denne oversigt angiver, hvilke indstillinger der vil blive overført, og hvordan. Alle andre indstillinger bliver sat til standard for de nye høreapparater. Dette er det sidste trin. Hvis det accepteres, er det ikke længere muligt at annullere processen. Klik på *Import* for at acceptere.

8. COMPASS importerer data, og processen afsluttes.

Nærmere oplysninger om import

Bemærk følgende vedrørende import:

- Alle audiometriske data importeres til de nye høreapparater. Programmer, lydklasser og funktionsindstillinger importeres, hvis det er muligt.
- Tilvænningsindstillinger importeres. Særlige forhold kan gøre sig gældende, når Automatisk tilvænning er aktiveret.
- Alle målte feedback- og Sensogram-værdier importeres, **hvis det er muligt.** Hvis den akustiske identitet er blevet ændret (ændring af model, højttaler, øreprop per, wire/slanger osv.), importeres feedback- og Sensogram-værdier ikke, og de skal derfor måles igen.
- Alle andre indstillinger indstilles til de anbefalede værdier. Akustiske indikatorer, Brugerstyrede funktioner, InterEar konfiguration og Klinikvalg sættes til standardindstillingen.
- Eventuelle eksisterende data i de nye apparater overskrives.
- Bemærk, at matchninger af DEX/CRO/BiCROS eller apps ikke overføres. Alle matchninger og parringer skal foretages igen.

Yderligere oplysninger og vejledning kan fås ved at åbne Hjælp-systemet i den øverste navigationsbjælke i COMPASS programmet eller ved at trykke på F1-knappen på tastaturet.

Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af denne vejledning kan bestilles uden yderligere omkostninger på http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes også på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Alle rettigheder forbeholdes

Dokumentversion: 2.0. Udstedt: 2019-11