COMPASS GPS

УСТАНОВКИ ПЕРЕНОСА

Введение

В этом руководстве содержится информация об инструменте Перенос настроек в COMPASS GPS, который находится в разделе НАЧАЛО СЕАНСА. С помощью переноса настроек Вы можете копировать установки с одного аппарата на другой.

Перед использованием инструмента


Инструмент Перенос настроек доступен не для всех серий. Вы можете переносить установки между различными уровнями функциональности, различными моделями и различными EarWare, но слуховые аппараты должны быть из одной серии.

Если слуховые аппараты, которые используются для приема данных, уже были настроены для другого клиента, и поэтому могут содержать данные, которые не подходят новому клиенту, Ваш клиент НЕ должен носить эти аппараты, пока не завершится процесс переноса настроек.

EVOKEMOMENT – SoundSense Adapt
Если Вы хотите переносить данные SoundSense Adapt, которые накопились за то время, когда клиент пробовал носить предыдущие аппараты дома, то сначала Вы должны экспортировать данные из слуховых аппаратов в базу данных и сохранить экспорт как новый сеанс. Затем выберите новый сеанс в качестве базы для переноса, когда будете выполнять процесс переноса.

Обратите внимание, что инструмент Перенос настроек позволяет импортировать только настройки, не звук.


Импорт данных



Чтобы импортировать данные из сохраненного сеанса:


1. Выберите *Перенос настроек* в окне НАЧАЛО СЕАНСА. В окне Перенос настроек откроется вкладка *Импорт данных*.

2. Положите слуховые аппараты рядом с программирующим интерфейсом на Вашем столе (мы не рекомендуем проводить перенос настроек, когда аппараты надеты на уши клиента).




3. Нажмите *Выбрать сеанс из базы данных,* чтобы получить список доступных сеансов , которые можно импортировать из базы данных.

4. Показаны все сеансы, начиная с самого последнего. Выберите сеанс, который Вы хотите импортировать, подготовьте слуховые аппараты для подсоединения и выберите *Подсоединить новые СА*.



5. Отображаются обнаруженные слуховые аппараты. Выберите нужные слуховые аппараты, выберите сторону и нажмите *Далее*.

6. COMPASS показывает подсоединенные слуховые аппараты с конфигурацией EarWare в сохраненном сеансе. Вы можете поменять конфигурацию EarWare для выбранных слуховых аппаратов. Для этого выберите соответствующую акустическую конфигурацию и нажмите *Далее*.



7. COMPASS показывает список импортированных данных. Здесь показано, каким образом и какие настройки будут перенесены. Остальные установки для слуховых аппаратов будут заданы по умолчанию. Это последний шаг. Если Вы подтверждаете, процесс нельзя будет остановить. Чтобы подтвердить, нажмите *Импорт*.

8. COMPASS импортирует данные, на этом

процесс переноса настроек завершен.

Детали об импорте данных

При импорте данных обратите внимание на следующее:

- Импортируются все аудиометрические данные в новые слуховые аппараты: программы, звуковые классы и функции.
- Установки адаптации импортированы. Могут применяться особые условия, когда активируется Автоматическая адаптация.
- Импортируются все значения теста обратной связи и Сенсограммы, **если возможно.** Если акустическая конфигурация была изменена (другая модель, ресивер, вкладыш, провод/трубочка), то значения обратной связи и Сенсограммы не импортируются, их нужно будет измерить заново.
- Все другие настройки установлены в рекомендованных значениях. Акустические индикаторы, клавиши управления, конфигурация InterEar и опции для клиники – по умолчанию.
- Все существующие данные в слуховых аппаратах будут переписаны.
- Все сопряжения DEX/CROS/BiCROS и настройки приложений не переносятся. Все сопряжения необходимо делать заново.

Чтобы получить подробную информацию, откройте Справку на верхней навигационной панели в программе COMPASS или нажмите клавишу F1.

Этот документ доступен в электронной форме. Бумажную копию можно заказать бесплатно на http://widex.pro/gps-startup-guide, доставка осуществляется в течение 7 календарных дней.

© Widex. Все права защищены

Версия документа: 2.0. Выход: 2019-11