COMPASS GPS

TRANSFER INSTELLINGEN

Inleiding

In deze korte handleiding wordt de feature Transfer instellingen van COMPASS GPS uitgelegd. U vindt deze feature in het thema START SESSIE. Met Transfer instellingen kunt u de instellingen van een hoortoestel kopieren naar een ander hoortoestel.

Alvorens hiermee te werken

Transfer instellingen is niet beschikbaar voor alle hoortoestelseries. U kunt instellingen overzetten tussen verschillende segmenten, verschillende modellen en met verschillende EarWare zolang het hoortoestellen zijn uit dezelfde serie (dus bijv. van UNIQUE naar UNIQUE).


Zijn de hoortoestellen waarnaar de gegevens moeten worden overgeschreven eerder aangepast voor een andere klant – waardoor ze gegevens bevatten die niet geschikt zijn voor uw klant – dan is het belangrijk dat uw klant de hoortoestellen niet draagt voordat de gegevensoverdracht is voltooid.

EVOKE/MOMENT – SoundSense Adapt
Als u wilt dat bij de overdracht ook SoundSense Adapt-gegevens worden meegenomen die uw klant heeft verzameld bij het thuis uitproberen van andere hoortoestellen, moet u de gegevens eerst van de hoortoestellen exporteren naar de database en de export opslaan als een nieuwe sessie. Vervolgens moet u bij het doorlopen van de overdrachtinstellingen de nieuwe sessie selecteren als basis voor uw overdracht.

Merk op dat met Transfer instellingen alleen instellingen worden overgezet, geen geluid.

Importeer gegevens


Om gegevens van een opgeslagen sessie te importeren:



1. Kies *Transfer instellingen* in het scherm START SESSIE. Het tabblad *Importeer gegevens* wordt geopend in het scherm Transfer instellingen.


2. Leg de hoortoestellen op tafel, vlakbij de programmeerinterface (we RADEN AF om instellingen over te dragen terwijl de hoortoestellen in het oor zitten).

3. Klik op *Kies databasesessie* voor een lijst met alle geldige sessies die uit uw database kunnen worden geïmporteerd.




4. Alle geldige sessies worden getoond, met de meest recente bovenaan. Kies de sessie die u wilt importeren en kies dan *Sluit aan op nieuw HT.*

5. De gedetecteerde hoortoestellen worden getoond. Kies de juiste hoortoestellen, kies het betreffende oor en klik op *Volgende*.



6. COMPASS toont de aangesloten hoortoestellen met de EarWare uit de opgeslagen sessie. U kunt de EarWare voor de nieuwe hoortoestellen veranderen, deze optie is nu toegangkelijk. Kies de juiste EarWare en Akoestische identiteit en klik dan op *Volgende*.

   COMPASS toont een overzicht van geïmporteerde gegevens. Hierin ziet u welke instellingen worden overgezet en hoe. Alle overige instellingen worden in de basisinstelling gezet voor de nieuwe hoortoestellen. Dit is de laatste stap. Accepteert u dit, dan kan het proces niet meer worden geannuleerd. Klik, om te accepteren, op *Importeren*.



7. COMPASS importeert de gegevens en het proces wordt voltooid.

Details over de import

Houd rekening met deze punten:

- Alle audiometrische gegevens worden in de nieuwe hoortoestellen geïmporteerd. Programma's, sound classes en feature-instellingen worden indien mogelijk geïmporteerd.
- Adaptatie-instellingen zijn geïmporteerd. Er kunnen speciale omstandigheden van toepassing zijn als Automatische adaptatie is ingeschakeld.
- Alle gemeten terugkoppelings- en Sensogramgegevens worden **indien mogelijk** geimporteerd. Is de akoestische identiteit veranderd (ander model, telefoontje, oorstukje, slangetje, etc.) Dan worden deze gegevens niet geïmporteerd en moet er een nieuwe meting worden gedaan.
- Alle overige instellingen worden op de aanbevolen waarden ingesteld. Regelaars voor de gebruiker, InterEar configuratie en Opties voor de audicien worden ook in de basisinstelling gezet.
- Alle bestaande instellingen van het nieuwe hoortoestel worden overschreven.
- Een eventuele matching met DEX/CROS/BiCROS of apps worden niet overgenomen. Alle matchingen en paringen moeten opnieuw worden gedaan.

Voor meer informatie verwijzen we naar het Helpsysteem in de bovenste navigatiebalk van COMPASS. Dit kan ook worden geopend met de F1-toets op uw toetsenbord.

Dit document wordt in elektronische vorm aangeboden. Een papieren versie kan zonder extra kosten worden aangevraagd op http://widex.pro/gps-startup-guide, de verwachte levertijd bedraagt 7 kalenderdagen. Dit document is voor download ook beschikbaar via http://widex.pro/gps-startup-guide.

Copyright © Widex. Alle rechten voorbehouden.

Documentversie 2.0. Uitgave: 2019-11.