GUIDE RAPIDE

COMPASS GPS

TRANSFERER LES REGLAGES

Introduction

Ce guide rapide explique comment fonctionne l'outil *Transfert des paramètres* de COMPASS GPS. Vous trouverez l'outil sous la rubrique DÉMARRAGE DE SESSION. *Transfert des paramètres* vous permet de copier les réglages d'une aide auditive vers une autre aide auditive.

Avant d'utiliser l'outil


L'outil Transférer les réglages n'est pas disponible pour toutes les séries d'aides auditives. Vous pouvez transférer les réglages entre différents niveaux de performance, différents modèles et avec différents couplages acoustiques dans la mesure où les aides auditives sont de la même série.

Si les aides auditives utilisées pour la réception des données ont déjà été programmées pour un autre patient, et qu'elles sont de ce fait susceptibles de contenir des données qui ne conviennent pas à votre patient, ce dernier ne doit PAS porter les aides auditives avant que le processus de *Transfert des paramètres* ne soit terminé.

Notez que la fonctionnalité *Transfert des paramètres* importe les réglages et non le son.

EVOKE/MOMENT – SoundSense Adapt
Si vous souhaitez que le transfert inclue les données SoundSense Adapt que votre client a générées précédemment lors de l'essai des aides auditives chez lui, vous devez d'abord exporter les données depuis les aides auditives vers la base de données et enregistrer l'exportation telle une nouvelle session. Puis sélectionnez la nouvelle session comme base de votre transfert lors du déroulé Transférer les réglages.


Importation de données



Pour importer les données d'une session enregistrée :

1. Sélectionnez *Transfert des paramètres* dans la fenêtre DÉMARRAGE DE SESSION. L'onglet *Importation des données* s'affiche dans la fenêtre Transfert des réglages.


2. Connectez les aides auditives à l'interface de programmation choisie, sur votre bureau. (il n'est PAS recommandé de transférer les réglages lorsque les aides auditives sont portées par votre patient).



3. Cliquez sur *Sélectionner une session de la base de données* pour obtenir une liste de toutes les sessions valides à importer depuis votre base de données.


4. Toutes les sessions valides sont affichées en commençant par les plus récentes. Sélectionnez la session que vous souhaitez importer, préparez les nouvelles aides auditives pour la connexion et sélectionnez *Connecter aux nouvelles AA*.

5. Les aides auditives détectées sont affichées. Sélectionnez les aides auditives qui conviennent, sélectionnez le côté, puis cliquez sur *Suivant*.



6. COMPASS affiche les aides auditives connectées avec l'EarWare (*) de la session enregistrée. S'il est possible de modifier l'EarWare pour les aides auditives sélectionnées, cette option est accessible. Sélectionnez l'EarWare et l'acoustique appropriés. Pour confirmer, cliquez sur *Suivant*.

7. COMPASS affiche une vue d'ensemble des données importées. Cet aperçu indique quels réglages seront transférés et comment. Tous les autres réglages seront paramétrés par défaut pour les nouvelles aides auditives. Ceci est la dernière étape. Si vous l'acceptez, vous ne pourrez plus annuler le processus. Pour accepter, cliquez sur *Importer*.



8. COMPASS importe les données et le processus est terminé.

(*) Choix constitué de plusieurs dômes, tubes, écouteurs, etc., proposé pour équiper la sortie de l’aide auditive.

Informations sur l'importation

Notez ce qui suit concernant l'importation

- Toutes les données audiométriques sont importées dans les nouvelles aides auditives. Les programmes, les classes de sons et les réglages des fonctionnalités sont importés, si possible.
- Les paramètres d’accoutumance sont importés. Des conditions particulières peuvent s'appliquer lorsque la fonctionnalité Accoutumance automatique est activée.
- Toutes les valeurs concernant les effets Larsen et le Sensogramme sont importées, **si possible.** Si l'identité acoustique a été modifiée (changement de modèle, écouteur, embouts, fils/tubes, etc.), les valeurs concernant les effets Larsen et le Sensogramme ne sont pas importées et devront être mesurées à nouveau.
- Tous les autres réglages sont paramétrés avec leurs valeurs recommandées. Indicateurs acoustiques, contrôles de la préférence et configuration interaurale sont paramétrés avec les valeurs par défaut.
- Toutes les données existantes dans les nouvelles aides auditives sont écrasées.
- Notez que les jumelages de DEX/CROS/BiCROS ou des applications ne sont pas transférés. Tous les jumelages doivent être faits à nouveau.

Pour plus d'informations et de conseils, ouvrez le système d'aide depuis la barre de navigation supérieure dans le programme COMPASS ou appuyez sur la touche F1 de votre clavier.

Ce document est transmis sous forme électronique. Une version papier de ces instructions peut être demandée gratuitement sur http://widex.pro/gps-startup-guide. Délai de livraison estimée à 7 jours ouvrables. Le document est également disponible sur http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Tous droits réservés

Version du document : 2.0. Publié : 2019-11