SNABBGUIDE

COMPASS GPS

ÖVERFÖR INSTÄLLNINGAR

Inledning

I den här snabbguiden förklaras funktionen Överför inställningar i COMPASS GPS. Du hittar funktionen under SESSIONSSTART. Med Överför inställningar kan du kopiera hörapparatinställningar mellan olika hörapparater.

Innan du använder funktionen

Flytt av inställningar är inte tillgängligt för alla hörapparatsserier. Du kan överföra inställningar mellan olika prestandanivåer, olika modeller och med olika EarWare, så länge hörapparaterna ingår i samma serie.


Om hörapparaterna som används för att ta emot data redan är anpassade till en annan kund, och därmed kan innehålla data som inte passar din kund, så får din kund INTE använda hörapparaterna förrän processen Överför inställningar är slutförd.

EVOKE/MOMENT – SoundSense Adapt
Om du vill att överföringen ska omfatta SoundSense Adapt-data som användaren har genererat hemma under provperioden med de tidigare hörapparaterna, måste du först exportera dessa data från hörapparaterna till databasen och spara exporten som en ny session. Välj sedan den nya sessionen som bas för överföringen när du går igenom flödet för överföringsinställningarna.

Observera att funktionen Överför inställningar importerar inställningar, inte ljud.


Importera data

Så här importerar du data från en sparad session:



1. Välj *Överför inställningar* i fönstret SESSIONSSTART. Fliken *Importera data* öppnas i fönstret Överför inställningar.


2. Placera hörapparaterna nära programmeringsgränssnittet på bordet (vi rekommenderar INTE att du överför inställningarna medan kunden har hörapparaterna i öronen).




3. Klicka på *Välj databassession* för att visa en lista över alla giltiga sessioner som kan importeras från din databas.

4. Alla giltiga sessioner visas nedan, med den senaste överst. Välj sessionen du vill importera, förbered de nya hörapparaterna för anslutning, och välj *Anslut till ny hörapparat*.

5. Detekterade hörapparater visas. Välj rätt hörapparater, välj sida, och klicka på *Nästa*.



6. COMPASS visar de anslutna hörapparaterna med EarWare från det sparade sessionen. Detta alternativ är tillgängligt om det går att ändra EarWare för de valda hörapparaterna. Välj lämplig EarWare-lösning. Bekräfta genom att klicka på *Nästa*.



7. COMPASS visar en översikt över importerade data. Denna översikt visar vilka inställningar som kommer att överföras, och hur. Alla andra inställningar ställs in på standardinställningar för de nya hörapparaterna. Detta är det sista steget. Om det godkänns går det inte längre att avbryta processen. Acceptera genom att klicka på *Importera*.

8. COMPASS importerar data och processen är slutförd.

Uppgifter om importen

Tänk på följande i samband med importen:

- Alla audiometriska data importeras till de nya hörapparaterna. Program, ljudklasser och funktionsinställningar importeras, om möjligt.
- Tillvänjningsinställningarna importeras. Särskilda villkor kan gälla när Automatisk tillvänjning är aktiverad.
- Alla uppmätta Sensogram- och återkopplingsvärden importeras, **om möjligt.** Om den akustiska identiteten har ändrats (ändring av modell, mottagare, insatser, slang/rör etc.), importeras inte återkopplingsvärden och Sensogram-värden utan måste mätas på nytt.
- Alla andra inställningar ställs in på rekommenderade värden. Akustiska indikatorer, användarkontroller, InterEar-konfigurering ställs in på standardinställningen.
- Alla befintliga data i de nya hörapparaterna skrivs över.
- Observera att matchningarna för DEX/CROS/BiCROS eller appar inte överförs. Alla matchningar och parkopplingar måste göras om.

För ytterligare information och hjälp, öppna Hjälpsystemet från det övre navigeringsfältet i COMPASS-programmet, eller via F1-knappen på ditt tangentbord.

Detta dokument tillhandahålls i elektronisk form. Du kan begära en pappersversion av instruktionerna utan extra kostnad på http://widex.pro/gps-start-guide. Förväntad leveranstid är sju kalenderdagar. Dokumentet är även tillgängligt på http://widex.pro/gps-start-guide.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversion: 2.0. Utfärdat: 2019-11